

Wymagane i oferowane parametry techniczne myjni - dezynfektora - 1 sztuka

L.p.	Wymagane parametry techniczne	Oferowane parametry (Podać zakres, opisać)
1.	Urządzenie przeznaczone do: opróżniania, mycia, dezynfekcji: plastikowych basenów i kaczek, pojemników na mocz (szklane i plastikowe z przykrywkami)	
2.	Urządzenie nowe, kompletne, z uchwytem i kompletnym zestawem połączeń gotowe do pracy i nie wymagające dodatkowych zakupów	
3.	Urządzenie przystosowane do mycia i dezynfekcji ogólnodostępnych: basenów (z krótkim uchwytem) i kaczek	
4.	W zestawie z urządzeniem kosz do mycia i dezynfekcji drobnego sprzętu medycznego oraz pakiet startowy wymaganych środków chemicznych (do mycia i odkamieniania) minimum 5 litrów	
5.	Możliwość stosowania środków myjących i odkamieniających różnych firm (co najmniej 3; podać których)	
6.	Możliwość wymiany i stosowania uchwytów specjalistycznych	
7.	Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE, dokumenty dopuszczające oferowane urządzenie do obrotu i używania przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
8.	Urządzenie wolnostojące, wykonane ze stali nierdzewnej (komora i obudowa)	
9.	Minimalna pojemność komory dla uchwytu standardowego: 1 basen z pokrywą i 1 kaczka lub 3 kaczkę	
10.	Możliwość wymiany i stosowania uchwytów specjalistycznych	
11.	Automatyczne opróżnianie naczyń z chwilą zamknięcia drzwi	
12.	Dezynfekcja termiczna zgodna z normą PN/EN ISO 15883-3	
13.	Urządzenie posiadające własną wytwornicę pary zasilaną wodą bieżącą	
14.	System dysz strumieniowych zapewniający dużą efektywność czyszczenia, niezależnie od zmian ciśnienia wody zasilającej. Minimum 8 dysz, w tym rotacyjne	
15.	Wewnętrzna automatyczna samodezynfekcja termiczna urządzenia	
16.	Wbudowana w urządzenie pompa - dozownik wymaganego środka chemicznego (odkamieniającego i myjącego)	
17.	Mikroprocesorowe sterowanie pracą urządzenia	
18.	Alarm informujący o błędach (podać rodzaj alarmu)	
19.	Ekran wyświetlający informacje niezbędne do obsługi i kontroli urządzenia w języku polskim	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wymagane parametry techniczne	Oferowane parametry (Podać zakres, opisać)
20.	Program dla mniej lub bardziej zabrudzonych przedmiotów poddawanych procesowi mycia i dezynfekcji. Minimum 3 programy standardowe	
21.	Zasilanie z sieci elektrycznej jednofazowej 230 V 50 Hz 50 Hz	
22.	Wymiary maksymalne: szerokość 600 mm, głębokość 600 mm, wysokość 1610 mm	
23.	Podłączenie do kanału 100 mm, podłączenie do wodociągu 1/2 cala	
24.	Blokada drzwi przez cały czas trwania cyklu	
25.	Czujnik drożności odpływu kanalizacyjnego	
	Pozostałe wymagania	Opisać
1.	Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą urządzenia	
2.	Dostawa urządzenia w terminie do 30 dni od daty obowiązywania umowy	
3.	W cenie oferty montaż, podłączenie i uruchomienie u Zamawiającego na Oddziale Rehabilitacji	
4.	Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne w języku polskim, dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia oraz jego zdjęcie (fotografię)	
5.	Gwarancja i wliczony w cenę oferty serwis w okresie min. 12 miesięcy od daty protokolarnego odbioru uruchomionego urządzenia	
6.	Gwarantowany czas od zgłoszenia usterki do jej usunięcia maksymalnie 7 dni roboczych	
7.	W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy	
8.	Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników Zamawiającego przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego	
	Podać informacje	Opisać
1.	Czas trwania poszczególnych cykli/programów	
2.	Zużycie energii elektrycznej w poszczególnych programach	
3.	Zużycie wody w poszczególnych programach	
4.	Poziom wytwarzanego hałasu	
5.	Wymienić wszystkie elementy/części urządzenia które ulegają zużyciu w trakcie eksploatacji i należy je okresowo wymieniać. Podać: nazwę, ilość niezbędnych wymian w ciągu roku, ceny jednostkowe tych elementów/części	

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty