

.....  
.....

**Znak: AE/ZP-27-109/09**

Tarnów, 2009-12-23

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawę sterylizatorów parowych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.**

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 9** - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie, w którym zasilanie w sprężone powietrze może być w zakresie 5-8 bar?
2. **Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 14** - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o wymiarach : 1970 x 980 x 1340 (wysokość x szerokość x głębokość)?
3. **Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 10** – Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie poprzez „system oszczędzania wody” i jaka woda ma być oszczędzana (woda zimna, woda ciepła, woda demineralizowana)?
4. **Dotyczy Załącznika Nr 2** - Czy Zamawiający będzie wymagał, aby układ zasilania i rozprowadzania wody w urządzeniu był w całości wykonany ze stali klasy minimum AISI 304 ?

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad.1** Zasilanie w sprężone powietrze maksimum 6 bar oznacza, iż w szpitalnej sieci sprężonego powietrza występuje ciśnienie 6 bar i oferowane urządzenia nie mogą mieć wymagania zasilania w sprężone powietrze o ciśnieniu większym niż 6 bar. Zamawiający dopuści urządzenie, w którym zasilanie w sprężone powietrze może być w przedziale 5-8 bar.

**Ad.2** Zamawiający nie dopuści do zaoferowania urządzenia o wymiarach : 1970 x 980 x 1340 (wysokość x szerokość x głębokość).

**Ad.3** Zamawiający poprzez „system oszczędzania wody” rozumie system oszczędzania wody chłodzącej pompę wytwarzającą próżnię.

**Ad.4** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza urządzenie, w którym układ zasilania i rozprowadzania wody w całości wykonany jest ze stali klasy minimum AISI 304.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a