



AE/ZP-27-111/09

Załącznik Nr 2

**Wymagane i oferowane parametry techniczne
myjni ultradźwiękowej dla Centralnej Sterylizacji – 1 kpl.**

L.p	Wymagane parametry techniczne	Oferowane parametry (Podać zakres, opisać)
1.	Urządzenia fabrycznie nowe rok produkcji 2009 lub 2010	
2.	Zasilanie 230V/50Hz	
3.	Woda zasilająca – wodociąg miejski ciśnienie min. 4 atm.	
4.	Myjnia dwukomorowa, jedna komora do namaczania, druga komora do mycia z pokrywą.	
5.	Moc ultradźwięków min. 1000 W	
6.	Zakres regulacji temperatury min. od 10°C do 60°C	
7.	Zakres regulacji czasu działania ultradźwięków min. od 1 do 60 minut.	
8.	Zawór wody uzdatnionej do ostatniego przepłukiwania.	
9.	Pistolet selekta do mycia i suszenia drobnego sprzętu z min. ośmioma końcówkami wymiennymi.	
L.p	Pozostałe wymagania	Podać
10.	Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą myjni	
11.	Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy dokumentacji techniczno-ruchowej zawierającej między innymi opis podejść mediów – w szczególności sprężonego powietrza, energii elektrycznej i wody - umożliwiającej Zamawiającemu wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach Centralnej Sterylizacji wraz z odpowiednimi podejściami instalacji	

.....
Podpis osoby uprawnionej do składania oferty





12.	Realizacja zamówienia w okresie : etap pierwszy : od 15 marca 2010r do 30 czerwca 2010r., w terminie 14 dni od przesłania przez Zamawiającego zamówienia faxem, etap drugi : do 8 tygodni od daty dostarczenia urządzeń, na wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni od przesłania przez Zamawiającego wezwania faxem.	
13.	Szkolenie pracowników w zakresie obsługi myjni przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego.	
14.	Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne (w języku polskim) dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia oraz jego zdjęcie (fotografię).	
15.	Gwarancja i bezpłatny serwis w okresie min. 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru uruchomionej myjni.	
16.	Gwarantowany czas od zgłoszenia usterki do jej usunięcia maksymalnie 7 dni roboczych.	
17.	W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy	

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty

.....
Podpis osoby uprawnionej do składania oferty

