



AE/ZP-27-112/09

Załącznik Nr 2

**Wymagane i oferowane parametry techniczne
urządzeń do uzdatniania wody na potrzeby Centralnej Sterylizacji – 1 kpl.**

L.p	Wymagane parametry techniczne	Oferowane parametry (Podać zakres, opisać)
1.	Urządzenia fabrycznie nowe	
2.	Zasilanie 230V/50Hz	
3.	Woda zasilająca – wodociąg miejski ciśnienie min. 4 atm.	
4.	Kolumna zmiękczacza z automatyczną czasową głowicą sterującą o przepływie min. 2500 l/h	
5.	Jednostka odwróconej osmozy o wydajności min. 100 l/h	
6.	Układ filtrów wstępnych – mechanicznego i węglowego, typ Big Blue.	
7.	Wyłącznik ciśnieniowy zabezpieczający przed pracą na sucho.	
8.	Manometry pozwalające na ocenę zużycia filtrów wstępnych	
9.	Manometry pozwalające na ustawienie charakterystyki pracy membran.	
10.	Przepływomierz produktu.	
11.	Przepływomierz odrzutu.	
12.	Zbiornik na wodę min. 300 l z filtrem przeciwbakteryjnym oraz systemem czujników sterujących bezobsługowa pracą jednostki RO	
13.	System dystrybucji wody uzdatnionej w skład, którego wchodzi: lampa ultravioletowa, pompa dystrybucyjna wykonana ze stali nierdzewnej. Orurowanie, złączki i zawory z tworzywa sztucznego.	
14.	Wyprodukowana woda musi spełniać wymogi aktualne normy PN EN 285	
15.	Cały zestaw ma być zamontowany w pomieszczeniu o wymiarach długość 237 cm, szerokość 180 cm,	

.....
Podpis osoby uprawnionej do składania oferty





L.p	Pozostałe wymagania	Podać
16.	Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą systemu	
17.	Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy dokumentacji techniczno-ruchowej zawierającej między innymi opis podejść mediów – w szczególności energii elektrycznej i wody - umożliwiającej Zamawiającemu wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach Centralnej Sterylizacji wraz z odpowiednimi podejściami instalacji	
18.	Realizacja zamówienia w okresie : etap pierwszy od 15 marca 2010r do 30 czerwca 2010r., w terminie 14 dni od przesłania przez Zamawiającego zamówienia faxem, etap drugi : do 8 tygodni od daty dostarczenia urządzeń, na wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni od przesłania przez Zamawiającego wezwania faxem.	
19.	Szkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego.	
20.	Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne (w języku polskim) dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia oraz jego zdjęcie (fotografię).	
21.	Gwarancja i bezpłatny serwis w okresie min. 12 miesięcy od daty protokolarnego odbioru uruchomionego systemu.	
22.	Gwarantowany czas od zgłoszenia usterki do jej usunięcia maksymalnie 7 dni roboczych.	
23.	W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy	

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty

.....
Podpis osoby uprawnionej do składania oferty

