



.....
.....
.....

Znak: AE/ZP-27-113/09

Tarnów, 2009-12-22

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

Pytanie nr 1

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek o wymiarach 6cm x 7cm spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Pytanie nr 2

Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek wykonany z czystej bawełny spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Pytanie nr 3

Dotyczy Pakietu nr 4 - Czy Zamawiający oczekuje podania ceny za rękaw w stanie luźnym czy rozciągniętym?

Pytanie nr 4

Dotyczy Pakietu nr 4 - Czy Zamawiający dopuści rękawy opatrunkowe pakowane a 7 metrów w stanie luźnym?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1. Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 1 poz. 2 opatrunku o wymiarach 6 cm x 7cm spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Ad. 2. Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 3 poz. 1 opatrunek wykonany z czystej bawełny spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

Ad. 3. Zamawiający zgodnie z wymogiem zawartym w Formularzu Cenowym w Pakiecie Nr 4 poz. 1 – 4 wymaga zaoferowanie ceny za opakowanie rękawa w stanie rozciągniętym.

Ad. 4. Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 4 rękawów opatrunkowych pakowanych a 7 metrów w stanie luźnym.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

