



.....
.....
.....

Znak: AE/ZP-27-113/09

Tarnów, 2009-12-23

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

Pytanie nr 1

Dotyczy Pakietu nr 2 poz.1-3 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydrokoloidowego, który zamiast zmiany koloru podczas pozostawiania na ranie zmienia objętość?

Pytanie nr 2

Dotyczy Pakietu nr 3 poz.1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 10 x 10 cm o następującym opisie : „Do miejscowego leczenia ran zakażonych, zarówno przewlekłych jak i ostrych, oparzeń 2 stopnia, ran objętych krytyczną kolonizacją bakteryjną oraz jako środek w zapobieganiu infekcjom podczas leczenia ran, szczególnie u pacjentów osłabionym systemem immunologicznym. Opatrunek jest typową warstwą kontaktową i powinien być przykryty wtórnym opatrunkiem chłonnym. W zależności od rodzaju rany można zastosować dowolnie wybrany opatrunek wtórny.”?

Pytanie nr 3

Dotyczy Pakietu nr 1 poz.1 – Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wyrażając ją w mb. Obecny opis pozwala na złożenie oferty zarówno przez wykonawcę posiadającego w swojej ofercie przylepiec o długości 9 mb, co przy wskazanej ilości 2700 szt. daje 24 300 mb, jak i przez wykonawcę posiadającego w swojej ofercie przylepiec o długości 10 mb, co przy wskazanej ilości daje 27 000 mb.

Pytanie nr 4

Dotyczy Pakietu nr 2 poz.1,2,3 – Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy należy zaoferować opatrunek hydrokoloidowy składający się z trzech hydrokoloidów, żelatyny, pektyny i karboksymetylocelulozy, co gwarantuje szybki przebieg procesu gojenia się rany.

Pytanie nr 5

Dotyczy Pakietu nr 2 poz.1,2,3 - Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, iż w pozycji 1,2 oraz 3 wymagany jest opatrunek hydrokoloidowy standardowy a nie w wersji cienkiej przeznaczonej do ran w miejscach trudnodostępnych w fazie naskórkowania.

Pytanie nr 6

Dotyczy Pakietu nr 3 poz.1 - Uprzejmie prosimy o dopuszczenie opatrunku z siatki bawełnianej nasyczonego parafiną spełniającego pozostałe warunki SIWZ.

Pytanie nr 7

Dotyczy Pakietu nr 4 poz.1,2,3,4 - Uprzejmie prosimy o wyrażenie zapotrzebowania w mb w stanie rozciągniętym.

Pytanie nr 8

Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 4 – Czy w pozycji nr 4 możemy zaoferować rękaw opatrunkowy przeznaczony na kończyny (ramię, kończyna dolna) i małe głowy?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz.1-3 dopuści również opatrunek hydrokoloidowy, który zamiast zmiany koloru podczas pozostawiania na ranie zmienia objętość.

Ad.2

Zamawiający nie dopuści w Pakiecie nr 3 poz.1 opatrunku (Atrauman Ag) o podanym przez wykonawcę opisie. Zamawiający wymaga zaoferowania opatrunku z dzianiny wiskozowej do zastosowania bezpośrednio na ranę, nieprzywierającego do rany, niealergizującego, nasączonego parafiną, silikonem lub chlorhexydyną, mającego zastosowanie w ranach zainfekowanych, 9,5-10cm x 9,5-10cm.

Ad.3

Zamawiający zgodnie z wymogiem zawartym w Formularzu Cenowym w Pakiecie nr 1 poz.1 wymaga zaoferowania 2700 szt. przylepca włókninowego hipoalergicznego o długości 9m x 2,5 cm lub 2700 szt. przylepca włókninowego hipoalergicznego o długości 10 m x 2,5 cm.

Ad.4

Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie nr 2 poz.1,2,3 opatrunek hydrokoloidowy składający się z trzech hydrokoloidów, żelatyny, pektyny i karboksymetylocelulozy, pod warunkiem, że spełnia pozostałe wymagania SIWZ..

Ad.5

Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie nr 2 poz.1,2,3 opatrunku hydrokoloidowego standardowego.

Ad.6

Zamawiający dopuści również w Pakiecie nr 3 poz.1 opatrunek z siatki bawełnianej nasycony parafiną, spełniający pozostałe warunki SIWZ.

Ad.7

Zamawiający zgodnie z wymogiem zawartym w Formularzu Cenowym w Pakiecie Nr 4 poz. 1 – 4 wymaga zaoferowanie ceny za opakowanie rękawa w stanie rozciągniętym.

Ad.8

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 4 poz. 4 rękawa opatrunkowego przeznaczonego na kończyny (ramię, kończyna dolna) i małe głowy.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a