



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-114/09

Tarnów, 2009-12-29

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawy: sterylnych i niesterylnych wyrobów jednorazowego użytku: fartuchów i ubrań operacyjnych, czepków, prześcieradeł, podkładów, serwet, zestawów obłożeń operacyjnych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu nr 2 pozycja 1.** Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający miał na myśli pisząc fartuch chirurgiczny „poszerzony”?
2. **Dotyczy Pakietu nr 2 pozycja 1.** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego fartucha chirurgicznego z rękawami zakończonymi elastycznym mankietem z poliestrowej dzianiny?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 2.** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 200 x 150 cm?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 3.** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 150 x 90 cm?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 4.** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia z materiału dwuwarstwowego składającego się z warstwy polietylenowa oraz polipropylenowej ?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 5.** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety do zabiegów angiografii w rozmiarze 210 x 300 cm, owiniętą w serwetę w rozmiarze 150 x 200 cm z dwoma ręcznikami celulozowymi 33 x 33 cm (pozostałe parametry zgodne z SIWZ)?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 13.** Prosimy o dopuszczenie zestawu serwet do wszczepu endoprotezy składającego się z:
serwety samoprzylepnej w rozmiarze 240 x 150 cm z wycięciem U
serwety samoprzylepnej w rozmiarze 200 x 240 cm
serwety w rozmiarze 150 x 200 cm
serwety na stół instrumentariuszki w rozmiarze 140 x 190 cm
dwóch ręczników celulozowych 33 x 33 cm
dodatkowo niezależnie pakowana od zestawu osłona na kończynę
8. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 15.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet do cesarskiego cięcia spełniających wszystkie wymagania SIWZ o następującym składzie i rozmiarach:
1 serweta na stół narzędziowy – 150 x 200 cm
1 serweta do nakrycia stoika Mayo - 80 x 145 cm
1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny oraz samoprzylepnym oknem wypełnionym folią chirurgiczną 250 x 315 cm
1 serweta dla noworodka 87 x 90 cm

- 1 taśma samoprzylepna – 10 x 50 cm
2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm
9. **Dotyczy Pakietu nr 2 pozycja 16.** Prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia oferty na zestaw wykonany z nieprzemakalnego laminatu 2-warstwowego o gramaturze 54g/m² spełniające wszystkie pozostałe wymogi dotyczące nieprzemakalności i wytrzymałości na rozerwanie. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na zestaw o następującym składzie i rozmiarach:
- 1 serweta na stół narzędziowy 140 x 190 cm
1 serweta samoprzylepna (głowa) 150 x 240 cm
1 serweta samoprzylepna (nogi) 170 x 175 cm
2 serwety samoprzylepne 75 x 90
1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm
z jednokomorową kieszenią w rozmiarach 43 x 38 cm pakowana oddzielnie?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający wymaga aby oferowane zestawy obłożań, serwety i odzież operacyjna spełniały wymogi normy EN 13705 1, 2, 3 obowiązujące w stosunku do materiałów barierowych stosowanych na bloku operacyjnym? Czy fakt spełniania wymogów w wymienionej normie należy potwierdzić stosownymi dokumentami dołączonymi do oferty?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 5.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z Pakietu Nr 2 poz. 5 do oddzielnego pakietu.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 1 pisząc fartuch chirurgiczny „poszerzony” miał na myśli model fartucha, który rozszerza się ku dołowi począwszy od dolnej linii wszycia rękawów lub co najmniej od pasa w dół.

Ad.2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 2 poz. 1 również fartucha chirurgicznego z rękawami zakończonymi elastycznym mankietem z poliestrowej dzianiny.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 2 również serwety w rozmiarze 200 x 150 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 3 również serwety w rozmiarze 150 x 90 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad. 5 Zamawiający wyraża zgodę na złożenie w Pakiecie Nr 2 poz. 4 również oferty na obłożenia z materiału dwuwarstwowego składającego się z warstwy polietylenowa oraz polipropylenowej, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad. 6 Zamawiający wyraża zgodę na złożenie w Pakiecie Nr 2 poz. 5 również oferty na serwety do zabiegów angiografii w rozmiarze 210 x 300 cm, owiniętą w serwetę w rozmiarze 150 x 200 cm z dwoma ręcznikami celulozowymi 33 x 33 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad. 7 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 13 również zestawu serwet do wszczepu endoprotezy składającego się z:

serwety samoprzylepnej w rozmiarze 240 x 150 cm z wycięciem U

serwety samoprzylepnej w rozmiarze 200 x 240 cm

serwety w rozmiarze 150 x 200 cm

serwety na stół instrumentariuszki w rozmiarze 140 x 190 cm

dwóch ręczników celulozowych 33 x 33 cm

dodatkowo niezależnie pakowana od zestawu osłona na kończyne
pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad. 8 Zamawiający wyraża zgodę na złożenie w Pakiecie Nr 2 poz. 15 oferty również na zestaw serwet do cesarskiego cięcia spełniających wszystkie wymogi SIWZ, o następującym składzie i rozmiarach:

- 1 serweta na stół narzędziowy – 150 x 200 cm
- 1 serweta do nakrycia stoika Mayo - 80 x 145 cm
- 1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny oraz samoprzylepnym oknem wypełnionym folią chirurgiczną 250 x 315 cm
- 1 serweta dla noworodka 87 x 90 cm
- 1 taśma samoprzylepna – 10 x 50 cm
- 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm

Ad. 9 Zamawiający wyraża zgodę na złożenie w Pakiecie Nr 2 poz. 16 oferty również na zestaw wykonany z nieprzemakalnego laminatu 2-warstwowego o gramaturze 54g/m² spełniającego wszystkie pozostałe wymogi dotyczące nieprzemakalności i wytrzymałości na rozerwanie. Równocześnie Zamawiający wyraża zgodę na złożenie w Pakiecie Nr 2 poz. 16 oferty również na zestaw o następującym składzie i rozmiarach:

- 1 serweta na stół narzędziowy 140 x 190 cm
- 1 serweta samoprzylepna (głowa) 150 x 240 cm
- 1 serweta samoprzylepna (nogi) 170 x 175 cm
- 2 serwety samoprzylepne 75 x 90
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm
- z jednokomorową kieszenią w rozmiarach 43 x 38 cm pakowana oddzielnie.

Ad. 10 Wymaganie dotyczące przedmiotu zamówienia Zamawiający określił w SIWZ i podtrzymuje je z uwzględnieniem udzielonych odpowiedzi na zapytania do SIWZ. W SIWZ Zamawiający określił również jakich dokumentów i kiedy będzie żądał.

Ad. 11 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 2 poz. 5 do oddzielnego pakietu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a