



.....

.....

Znak: AE/ZP-27-20/09

Tarnów, 2009-03-10

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawy artykułów medycznych (zestaw do cewnikowania noworodków, porty centralne tytanowe, przyrządy do pobierania płynu infuzyjnego i do przetoczeń, strzykawki do podawania kontrastu, układy oddechowe, elektrody do defibrylatora oraz korki do kaniul do wlewów dożylnych).

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

- Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 1 :** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wszczepialnego zestawu do podawania leków z jednoczęściową komorą z tytanu, zawierającą przeponę z gumy silikonowej, cewnik silikonowy z oznaczoną długością 500 mm, dający cień RTG mocowany trwale do portu, w skład zestawu wchodzi port, cewnik, igła stalowa, prowadnica stalowa, prowadnica rozrywalna, prowadnica Seldingera, strzykawka 10 ml, prowadnica do tunelizacji cewnika. Rozmiar cewnika 1,1 x 2,2 mm 7Fr.
- Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 3 :** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do portów tytanowych zgodnej z SIWZ w rozmiarze 20G x 15-20 mm.
- Dotyczy Pakietu Nr 3 pozycja 1 :** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wszczepialnego zestawu do podawania leków z jednoczęściową komorą z tytanu, pokrytą żywicą epoksydową, zawierającą przeponę z gumy silikonowej, cewnik silikonowy z oznaczoną długością 500 mm, dającą cień w RTG. W skład zestawu wchodzi port cewnika, igła stalowa, prowadnica rozrywalna, prowadnica Seldingera, strzykawka 10 ml, prowadnica do tunelizacji cewnika. Rozmiar cewnika 1,1 x 2,2 mm 7Fr.
- Dotyczy Pakietu Nr 4 pozycja 1 :** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego przyrządu do pobierania płynu infuzyjnego wyposażonego w filtr bakteryjny 0,2 µm, a więc o parametrze lepszym niż u Zamawiającego.
- Dotyczy Pakietu Nr 7 pozycja 1 :** Czy Zamawiający pod pojęciem sterylny ma na myśli układ oddechowy pakowany w opakowanie folia-papier?
- Dotyczy Ogólne warunki umowy :** Prosimy Zamawiającego o dodanie w pkt.4 zapisu „dopuszcza się zmianę cen spowodowaną zmianą cen producenta, zmianą kursu walut oraz zmianą wskaźnika inflacji ogłoszonego przez GUS oraz urzędową zmianą stawek VAT”.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz.1 podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga zaoferowania wszczepialnego zestawu do podawania leków z jednoczęściową komorą z tytanu, zawierającego przeponę z gumy silikonowej, cewnik silikonowy z oznaczoną dł. ok. 750 mm, dający cień RTG mocowany trwale do portu, w skład zestawu wchodzi port, cewnik, igła stalowa, prowadnica rozrywalna, prowadnica Seldingera, strzykawka 10 ml, prowadnica do tunelizacji cewnika. Rozmiar cewnika średnica 1,1 x 2,2 mm 6,6Fr

Ad.2 Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz.3 podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga zaoferowania igły do portów tytanowych z łyżeczkowatym ostrzem nie uszkadzającym membrany zakrzywionej pod

kątem 90 stopni z dołączonym cewnikiem do podawania leku 15 cm, plaster mocujący, elastyczny syfonik umożliwiający dostosowanie igły do różnych głębokości wkłucia. Rozmiar 19G x 15-20 mm

Ad. 3 Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz.1 podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga zaoferowania wszczepialnego zestawu do podawania leków z jednoczęściową komorą z tytanu, pokrytą żywicą epoksydową, zawierającego przeponę z gumy silikonowej, cewnik silikonowy z oznaczoną dł. powyżej 500 mm, dający cień RTG nie połączony trwale do portu, w skład zestawu wchodzi port, cewnik, igła stalowa, prowadnica rozrywalna, prowadnica Seldingera, strzykawka 10 ml, prowadnica do tulenizacji cewnika. Rozmiar cewnika średnica ok. 1,1 x 2,2 mm 6,6Fr

Ad. 4 Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz.1 podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga zaoferowania sterylnego przyrządu do pobierania płynu infuzyjnego z butelek wyposażonego w filtr bakteryjny 0,45 mm zapewniający jałowość płynu minimum 24 godz.

Ad. 5 Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz.1 pod pojęciem sterylny rozumie układ oddechowy pakowany w opakowanie folia-papier

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie w punkcie XIV podpunkt 4 Ogólnych warunków umowy zapisu dopuszczającego zmianę cen spowodowaną zmianą cen producenta, zmianą kursu walut oraz zmianą wskaźnika inflacji ogłoszonego przez GUS. Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje zapis punktu XIV podpunkt 4 i 16 Ogólnych warunków umowy.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a