



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-29/09

Tarnów, 2009-03-31

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawy artykułów medycznych (zestaw do cewnikowania noworodków, porty centralne tytanowe, folie operacyjne, protezy (siatki) do powięzi mięśni, cewniki dwukanałowe do hemodializ)

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

- Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 1 :** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wszczepialnego zestawu do podawania leków z jednocześnie komorą z tytanu, zawierającą przeponę z gumy silikonowej, cewnik silikonowy z oznaczoną długością 500 mm, dający cień RTG mocowany trwale do portu, w skład zestawu wchodzi port, cewnik, igła stalowa, prowadnica stalowa, prowadnica rozrywalna, prowadnica Seldingera, strzykawka 10 ml, prowadnica do tunelizacji cewnika. Rozmiar cewnika 1,0 x 2,2 mm 7Fr.
- Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 2 :** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do portów tytanowych zgodnej z SIWZ w rozmiarze 20G, 1", 27mm.
- Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 3 :** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do portów tytanowych zgodnej z SIWZ w rozmiarze 20G x 14-20 mm.
- Dotyczy Pakietu Nr 3 pozycja 1 :** Czy Zamawiający dopuści folię o opisie jak podano w SIWZ, o powierzchni przylepnej 15 cm x 28 cm?
- Dotyczy Ogólne warunki umowy :** Prosimy Zamawiającego o dodanie w pkt.4 zapisu „dopuszcza się zmianę cen spowodowaną zmianą cen producenta, zmianą kursu walut oraz zmianą wskaźnika inflacji ogłoszonego przez GUS oraz urzędową zmianą stawek VAT”.
- Dotyczy Pakietu Nr 2 :** Czy Zamawiający dopuści podskórny port z komorą tytanową, o wysokości 10,1 mm, przeponą silikonową, cewnikiem silikonowym o średnicy wew. 1,02 mm, zewn. 2,16 mm, oznakowanym co 1 cm i opisanym co 5 cm o długości 600 mm z zestawem wprowadzającym jak w SIWZ ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 i 6 Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz.1 podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga zaoferowania wszczepialnego zestawu do podawania leków z jednocześnie komorą z tytanu, zawierającego przeponę z gumy silikonowej, cewnik silikonowy z oznaczoną dł. ok. 750 mm, dający cień RTG mocowany trwale do portu, w skład zestawu wchodzi port, cewnik, igła stalowa, prowadnica rozrywalna, prowadnica Seldingera, strzykawka 10 ml, prowadnica do tunelizacji cewnika. Rozmiar cewnika średnica 1,1 x 2,2 mm 6,6Fr

Ad.2 Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 2 poz.2 igłę do portów tytanowych w rozmiarze 20G, 1", 27mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 2 poz.3 igłę do portów tytanowych w rozmiarze 20G x 14-20 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ..

Ad. 4 Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie Nr 3 poz.1 folii o opisie jak podano w SIWZ, o powierzchni przylepnej 15 cm x 28 cm.

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie w punkcie XIV podpunkt 4 Ogólnych warunków umowy zapisu dopuszczającego zmianę cen spowodowaną zmianą cen producenta, zmianą kursu walut oraz zmianą wskaźnika inflacji ogłoszonego przez GUS. Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje zapis punktu XIV podpunkt 4 i 16 Ogólnych warunków umowy.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a