



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-30/09

Tarnów, 2009-04-07

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dzierżawę systemu do wykonywania biopsji mammotomicznej pod kontrolą USG wraz z dostawą igieł do biopsji mammotomicznej i innych niezbędnych akcesoriów dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. Uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu dostawy w/w aparatu do 4 tygodni od daty podpisania umowy.
2. Prosimy o wydłużenie czasu na wykonanie naprawy i określenie go w następujący sposób:
 - a. naprawa do 3 dni roboczych od zgłoszenia awarii w przypadku naprawy bez wymiany sprowadzanych od producenta części
 - b. naprawa do 7 dni roboczych w przypadku konieczności importu części zamiennych od producenta zagranicznego
 - c. w przypadku nieskutecznej naprawy czas wymiany na sprawny system do 10 dni roboczych
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w przetargu igieł do mamotomicznej biopsji pod kontrolą USG, 9 i 12 G, kompatybilnych z systemem do wykonywania mammotomicznej biopsji pod kontrolą USG
4. **Dotyczy zapisu Rozdziału XV ust. 6 SIWZ stanowiącego o ogólnych warunkach umowy, w związku z zapisem: „... 6. Zmianę cen w oparciu o w/w przyczyny – Wykonawca udokumentuje.”** Wnosimy o wykreślenie powyższego zapisu.
5. **Dotyczy zapisu Rozdziału XV ust. 9 SIWZ stanowiącego o ogólnych warunkach umowy, w związku z zapisem: „... 9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:**
 - a) 0,5 % wartości zamówionej partii towaru za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.
 - b) 0,5 % wartości zamówionej partii towaru - w przypadku dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości.Naliczanie kar umownych poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 7 dni.” Wnosimy o zmianę powyższego zapisu na: „... 9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
 - a) 0,5 % wartości niedostarczonego a zamówionego towaru za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.
 - b) wykreślonyNaliczanie kar umownych poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 7 dni.”
6. **Dotyczy zapisu Rozdziału XV ust. 9 SIWZ stanowiącego o ogólnych warunkach umowy: „... 9. Powtarzające się niewypełnianie warunków umowy przez Wykonawcę, tj. nieterminowa lub niezgodna pod względem asortymentu bądź ilości z zamówieniami realizacja dostaw, a także istotne powtarzające się uchybienia w zakresie jakości dostarczanych towarów lub ich**

terminów ważności – dają podstawę Zamawiającemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do naliczania kar umownych”. Wnosimy o wykreślenie powyższego zapisu.

7. **Dotyczy zapisu Rozdziału XV ust. 11 SIWZ stanowiącego o ogólnych warunkach umowy:**
„... 11. Za nieterminową zapłatę należności Wykonawca może naliczać odsetki w wysokości w skali roku”. Wnosimy o zmianę na zapis: „Za nieterminową zapłatę należności Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe”.
8. **Dotyczy zapisu Rozdziału XV ust. 12 SIWZ stanowiącego o ogólnych warunkach umowy:**
„... 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obrębie asortymentu w ramach ustalonej wartości zamówienia w zależności od potrzeb Szpitala”. Wnosimy o zmianę powyższego zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Wykonawcą wprowadzania zmian w obrębie asortymentu w ramach ustalonej wartości zamówienia w zależności od potrzeb Szpitala. Negatywna odpowiedź Wykonawcy na negocjacje skutkuje odstąpieniem od umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy”.
9. **Dotyczy zapisu Rozdziału XV ust. 14 SIWZ stanowiącego o ogólnych warunkach umowy:**
„... 14. W przypadku nie wykonania zamówienia przez Wykonawcę z jego winy, Zamawiający może dokonać zakupu towarów od innych Wykonawców na koszt Wykonawcy związanego z Zamawiającym niniejszą umową”. Wnosimy o wykreślenie powyższego zapisu.
10. **Dotyczy zapisów SIWZ.** W związku z faktem, że ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2008 r. nr 171 poz. 1058) wprowadziła znaczne zmiany w art. 144 ust. 1 ustawy pzp prosimy o rozważenie rozszerzenia katalogu możliwości okoliczności zmiany postanowień powyższej umowy o poniższe przypadki: „... Strony dopuszczają zmiany umowy czasowe lub trwałe w trakcie jej obowiązywania, pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, w niżej wymienionych przypadkach:
 - Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie obciążenia cen jednostkowych poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia.
 - Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie cen jednostkowych poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia jeżeli średni kurs EURO lub USD ulegnie zmianie minimum 5% w stosunku do kursu z dnia upływu terminu składania ofert.
 - Konieczność wprowadzenia zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
 - Bilans zmian to jest korzyści i obciążeń dla zamawiającego nie wpływa korzystnie na interes prawny lub faktyczny Zamawiającego.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy w/w aparatu do 4 tygodni od daty podpisania umowy - Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ dotyczące terminu dostawy systemu do wykonywania biopsji mammotomicznej pod kontrolą USG.

Ad.2 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ dotyczących serwisu systemu do wykonywania biopsji mammotomicznej pod kontrolą USG.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w przetargu igieł do mammotomicznej biopsji pod kontrolą USG, 9 i 12 G, kompatybilnych z systemem do wykonywania mammotomicznej biopsji pod kontrolą USG

Ad. 4 - 10 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów **pkt XV SIWZ** dotyczącego ogólnych warunków umowy. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

