

.....

.....

Znak: AE/ZP-27-31/09

Tarnów, 2009-04-16

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawę urządzeń medycznych : chirurgicznego stołu operacyjnego, lamp operacyjnych, aparatów do znieczulenia z monitorem funkcji życiowych pacjenta, defibrylatorów, diatermii chirurgicznej z argonem, diatermii do środowiska wodnego.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

- 1. Dotyczy Pakietu Nr 2 :** Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne z centralnym halogenowym 150W źródłem światła (lampy takie zawierają dwie żarówki – 1 żarówkę główną i 1 rezerwową, która włącza się tylko w przypadku awarii żarówki głównej), które są równoważne lampom diodowym o następujących parametrach :

Kopuła główna – odpowiednik kopuły LEDowej 5-polowej

- regulacja natężenia oświetlenia w zakresie 25-100%,
- „brudny” uchwyt na kopule,
- średnica kopuły – 650 mm,
- natężenie oświetlenia – 156 000 lux,
- wzrost temperatury w okolicy głowy chirurga < 2⁰C,
- współczynnik oddawania barw Ra=95,
- średnica pola operacyjnego – 17,5–32 cm,
- temperatura barwowa 4300K i brak możliwości jej regulacji,
- zakres pracy bez konieczności ogniskowania – 50-160cm,
- żywotność żarówek – 1000h,
- ilość zapasowych żarówek – 20 sztuk na kopułę, co daje 20000 h żywotności układu świetlnego,

Kopuła satelitarna – odpowiednik kopuły LEDowej 3-polowej

- regulacja natężenia oświetlenia w zakresie 25-100%,
- „brudny” uchwyt na kopule,
- średnica kopuły – 530 mm,
- natężenie oświetlenia – 124 000 lux,
- wzrost temperatury w okolicy głowy chirurga < 2⁰C,
- współczynnik oddawania barw Ra=95,
- średnica pola operacyjnego – 16–31 cm,
- temperatura barwowa 4300K i brak możliwości jej regulacji,
- zakres pracy bez konieczności ogniskowania – 52-181,2cm,
- żywotność żarówek – 1000h,
- ilość zapasowych żarówek – 20 sztuk na kopułę, co daje 20000 h żywotności układu świetlnego.

2. **Dotyczy Pakietu Nr 2** : Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną LEDową z białym kolorem diod, w której Ra jest większe lub równe 90 ?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 2** : Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną LEDową z białym kolorem diod ze stałą temperaturą barwową wynoszącą 5000 K i bez możliwości jej regulacji?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 2** : Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną LEDową z białym kolorem diod, w której kopuła główna generuje 160 000 lux, a kopuła satelitarna 100 000 lux co daje sumaryczne natężenie 260 000 lux i posiada sumarycznie 91 (70 kopuła główna i 21 kopuła satelitarna) punktów LED?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 2** : Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną LEDową z białym kolorem diod, w której kopuła główna posiada minimalną średnicę pola oświetlenia 21 cm, a kopuła satelitarna posiada minimalną średnicę pola oświetlenia 19 cm ?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 1** : Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny, w którym regulacja oparcia pleców w zakresie -50° do $+80^{\circ}$ jest realizowana elektrohydraulicznie ?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 1** : Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny, w którym regulacja podglówka w zakresie -90° do $+60^{\circ}$ jest realizowana systemem sprężynowo-zapadkowym?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 1 Załącznik Nr 2.1** : W punkcie 21, podpunkt 3 Zamawiający pisząc „podpory pod stopy – 2 szt. (kpl.)” miał na myśli podpory pod nogi typu STIRRUPS ? Jeżeli nie, to prosimy o dokładne określenie i sprecyzowanie wymaganych podpór.
9. **Dotyczy Pakietu Nr 4** : Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesny defibrylator, którego zakres prądu stymulacji wynosi 30-180 mA ?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 4** : Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesny defibrylator, którego wyświetlacz ma przekątną 5,5 cala ?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 4** : Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesny defibrylator, którego wyświetlacz jest typu EL zapobiegający refleksom i umożliwiający odczyt pod różnym kątem?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 1** : Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania matę grzewczą o wymiarach 180x70 cm z jednakowym poziomem temperatury na całej powierzchni maty bez czujnika temperatury umieszczonego w macie ?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 1** : Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kontroler maty grzewczej z możliwością podłączenia jednego koca (maty) grzewczego z płynną regulacją temperatury w zakresie $28-40,7^{\circ}\text{C}$, bez wyświetlacza zadanej i aktualnej temperatury oraz bez alarmu wysokiej i niskiej temperatury (brak możliwości przegrzania)?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 1** : Czy Zamawiający dopuści materac żelowy o wymiarach : 115x52x2 cm?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 4 Załącznik Nr 2.4.1** : Czy Zamawiający dopuści defibrylator o zakresie energii dwufazowej do 270J i jednofazowej 360J ?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 4 Załącznik Nr 2.4.1** : Czy Zamawiający dopuści defibrylator z wyświetlaczem monochromatycznym LCD 5,9 cala ?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 4 Załącznik Nr 2.4.1** : Czy Zamawiający dopuści defibrylator z regulacją prądu stymulacji w zakresie 0-200mA ?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 4 Załącznik Nr 2.4.2** : Czy Zamawiający dopuści defibrylator o zakresie energii dwufazowej do 270J i jednofazowej 360J ?
19. **Dotyczy Pakietu Nr 4 Załącznik Nr 2.4.2** : Czy Zamawiający dopuści defibrylator z wyświetlaczem monochromatycznym LCD 5,9 cala ?
20. **Dotyczy Pakietu Nr 3** : Czy Zamawiający dopuści aparat z oddzielną konfiguracją



- parametrów dla każdego z trybów wentylacji zamiast pamięci 10 konfiguracji ?
- 21. Dotyczy Pakietu Nr 3 : Czy Zamawiający dopuści standardowy tryb SIMV bez wspomaganie ciśnieniem PS ?**
- 22. Dotyczy Pakietu Nr 3 Załącznik Nr 2.3 pkt. 10 : Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania ogólnego z 3 gniazdami elektrycznymi 230V ?**
- 23. Dotyczy Pakietu Nr 3 Załącznik Nr 2.3 pkt. 15 : Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania ogólnego z dwoma uchwytami na parowniki, z których jeden jest aktywny a drugi uchwyt na parownik znajduje się z boku aparatu skąd łatwo można przewiesić drugi parownik na port aktywny ?**
- 24. Dotyczy Pakietu Nr 3 Załącznik Nr 2.3 Tryb wentylacji pkt. 6 : Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator anestezjologiczny z trybami wentylacji SIMV, SMMV i PSV ?**
- 25. Dotyczy Pakietu Nr 3 Załącznik Nr 2.3 Regulacje pkt. 6 : Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator anestezjologiczny w którym zakres regulacji czułości wyzwalania jest od 0,7 do 4 l/min ?**
- 26. Dotyczy Pakietu Nr 3 Załącznik Nr 2.3 Pomiar oddechów 2 : Czy Zamawiający dopuści pomiar częstości oddechów w zakresie 0-120 /min ?**
- 27. Dotyczy Pakietu Nr 4 : W związku z tym, że wymagacie Państwo defibrylatora dwufazowego, prosimy o zmianę wymaganego zakresu energii defibrylacji na min. 10-200J.**
- 28. Dotyczy Pakietu Nr 4 : Czy dopuścicie Państwo nowoczesny defibrylator wyposażony w ekran typu EL (elektroluminescencyjny) o przekątnej 5,66" ?**
- 29. Dotyczy Pakietu Nr 4 Załącznik Nr 2.4.1 : Czy Zamawiający dopuści defibrylator o zakresie energii od 2 do 270J ?**
- 30. Dotyczy Pakietu Nr 4 Załącznik Nr 2.4.1 : Czy Zamawiający dopuści defibrylator bez akustycznej sygnalizacji załamka QRS i regulacji głośności QRS ?**
- 31. Dotyczy Pakietu Nr 4 Załącznik Nr 2.4.1 : Czy Zamawiający dopuści defibrylator z ekranem o przekątnej 5,7 cala ?**
- 32. Dotyczy Pakietu Nr 4 Załącznik Nr 2.4.2 : Czy Zamawiający dopuści defibrylator o zakresie energii od 2 do 270J ?**
- 33. Dotyczy Pakietu Nr 4 Załącznik Nr 2.4.2 : Czy Zamawiający dopuści defibrylator bez akustycznej sygnalizacji załamka QRS i regulacji głośności QRS ?**
- 34. Dotyczy Pakietu Nr 4 Załącznik Nr 2.4.2 : Czy Zamawiający dopuści defibrylator z ekranem o przekątnej 5,7 cala ?**
- 35. Dotyczy Pakietu Nr 1 : Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy stołu chirurgicznego z 28 dni od daty obowiązywania umowy do 8 tygodni od daty obowiązywania umowy?**
- 36. Dotyczy Pakietu Nr 1 : Czy Zamawiający dopuści chirurgiczny stół operacyjny o regulacji podglówka wspomaganą sprężyną gazową w zakresie od -20^0 do $+50^0$?**
- 37. Dotyczy Pakietu Nr 1 : Czy Zamawiający dopuści chirurgiczny stół operacyjny o regulacji kąta odchylenia podnóżków wspomaganym sprężyną gazową w zakresie od -90^0 do $+15^0$?**
- 38. Dotyczy Pakietu Nr 1 : Czy Zamawiający dopuści chirurgiczny stół operacyjny wyposażony w dodatkowy materac żelowy o wymiarach : 1150 mm x 520mm x 10 mm?**
- 39. Dotyczy Pakietu Nr 1 : Czy Zamawiający dopuści chirurgiczny stół operacyjny bez maty grzewczej na stół i kontrolera maty grzewczej?**



- 40. Dotyczy Załącznika Nr 2.2** – Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy diodowych lamp operacyjnych z 28 dni od daty obowiązywania umowy do 8 tygodni od daty obowiązywania umowy ?
- 41. Dotyczy Załącznika Nr 2.2** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania diodową lampę operacyjną o dwóch czasach, z których każda zapewnia wysokie natężenie światła o wartości 110 000lx?
- 42. Dotyczy Załącznika Nr 2.2** – Co Zamawiający rozumie pod pojęciem regulacji jasności, czy jest to może regulacja natężenia oświetlenia?
- 43. Dotyczy Załącznika Nr 2.2** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania diodową lampę operacyjną o zakresie regulacji wartości natężenia oświetlenia od 50 do 100%?
- 44. Dotyczy Załącznika Nr 2.2** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania diodową lampę operacyjną o wzroście temperatury w okolicy głowy chirurga w zakresie od 2,5° C do 3° C?
- 45. Dotyczy Załącznika Nr 2.2** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania diodową lampę operacyjną, w której natężenie oświetlenia oraz temperatura barwowa regulowane są za pomocą panelu sterującego zamontowanego na stałe na ramieniu lampy, który może być dezynfekowany?
- 46.** Czy Zamawiający posiada ekspertyzę budowlaną dotyczącą obciążalności stropu w miejscu montażu lamp operacyjnych, a jeżeli nie, to czy taką wykona na swój koszt aby potwierdzić możliwość bezpiecznego zamontowania lamp operacyjnych oraz czy ją udostępni Wykonawcy?
- 47.** Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, iż w przypadku negatywnego wyniku ekspertyzy budowlanej, prace polegające na wzmocnieniu stropu Zamawiający wykona na własny koszt?
- 48.** Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego możliwości obciążenia stropu w miejscu montażu lamp ciężarem 110 kg?
- 49.** Czy Zamawiający potwierdza możliwość mocowania lamp operacyjnych poprzez zamocowanie płyt stropowych montowanych śrubami przez otwory wykonane na wylot w suficie?
- 50.** Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający posiada zamontowaną już płytę stropową w suficie? Jeżeli tak, prosimy o podanie jej parametrów.
- 51.** Prosimy o podanie napięcia sieci podstawowej oraz awaryjnej wraz z przekrojem przewodów zasilających.
- 52.** Proszę podać rodzaj i nośność stropu w celu dokonania oceny czy będzie potrzebna dodatkowa konstrukcja do zawieszenia zestawu lamp.
- 53. Dotyczy Załącznika Nr 2.2 poz. 5** – Dioda LED wytwarza światło w kolorze białym poprzez mieszanie kolorów diód LED czerwonej, niebieskiej i zielonej. Czemu ma służyć wyposażenie lampy operacyjnej w cztery kolory diód LED i jakie mają być kolory? Czy w związku z powyższym lampa operacyjna wyposażona w diody białe, czerwone i zielone (w tym zielone uruchamiane oddzielnie do zabiegów endoskopowych) będzie dopuszczona jako spełniająca warunki?
- 54. Dotyczy Załącznika Nr 2.2 poz. 6** – Czy zostaną dopuszczone lampy główne wyposażone w 162 diody LED i natężeniu oświetlenia 160000lx?
- 55. Dotyczy Załącznika Nr 2.2 poz. 7** - Czy zostaną dopuszczone lampy posiadające regulację natężenia oświetlenia w zakresie 50-100%?
- 56. Dotyczy Załącznika Nr 2.2 poz. 8** W jakim celu stosowana jest regulacja temperatury barwowej w lampie operacyjnej czy i czy rzeczywiście jest to parametr niezbędny?



57. **Dotyczy Załącznika Nr 2.2 poz. 10** - Czy zostaną dopuszczone lampy posiadające minimalną średnicę pola oświetlenia 210 mm?
58. **Dotyczy Załącznika Nr 2.2 poz. 13** – Co Zamawiający rozumie pod pojęciem sterylne i ergonomiczne uchwyty pozycjonowania i regulacji lampy świetlnej? Czy uchwyty powinny być jednorazowe sterylne, czy wielorazowe podlegające sterylizacji w autoklawie?
59. **Dotyczy Załącznika Nr 2.2 poz. 18** - Czy Zamawiający wydłuży czas dostawy diodowej lampy operacyjnej do 10 tygodni?
60. **Dotyczy Załącznika Nr 2.4.1 defibrylacja pkt.3** – Czy Zamawiający dopuści defibrylator, czołowego producenta o poziomie energii defibrylacji dwufazowej od 1 do 200 J?
61. **Dotyczy Załącznika Nr 2.4.2 Defibrylacja pkt.3** - Czy Zamawiający dopuści defibrylator, czołowego producenta o poziomie energii defibrylacji dwufazowej od 1 do 200 J?
62. **Dotyczy Załącznika Nr 2.1** – Czy zamawiający dopuści materac żelowy o wymiarach 52 x 34 x 0,5 cm?
63. **Dotyczy Załącznika Nr 2.1** - Czy Zamawiający dopuści koc grzewczy o rozmiarze 180 x 70 cm?
64. **Dotyczy Załącznika Nr 2.1** - Czy Zamawiający dopuści koc grzewczy przezierny dla promieni RTG, który można prać i sterylizować do 134 stopni C?
65. **Dotyczy Załącznika Nr 2.1** - Czy Zamawiający dopuści kontroler na jeden koc grzewczy?
66. **Dotyczy Załącznika Nr 2.1** - Czy Zamawiający dopuści kontroler z regulacją co 1 stopień C w zakresie od 28-40,7 stopni/
67. **Dotyczy Załącznika Nr 2.1** - Czy Zamawiający dopuści kontroler bez wyświetlacza zadanej temperatury i alarmów?
68. **Dotyczy Załącznika Nr 2.1** - Czy zamawiający dopuści zintegrowany materac żelowy z matą grzewczą, przezierny dla promieniowania, lekki (od 1,7 kg), o wymiarze 1070 x 535 mm i wygodniejszy w użyciu niż 2 oddzielne cięższe elementy: mata i materac żelowy?
69. **Dotyczy Załącznika Nr 2.1** - Czy zamawiający dopuści jednostkę kontrolną z wyświetlaczem zadanej temperatury i alarmami wizualnymi i dźwiękowymi braku zasilania, z możliwością instalacji na wieszaku kroplówki lub na szynie bocznej stołu oraz możliwością podłączenia 1 materaca grzewczego?
70. **Dotyczy Załącznika Nr 2.1 pkt 5** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego wraz z pilotem przewodowym o długości przewodu ok. 2 m lub alternatywnie z pilotem bezprzewodowym?
71. **Dotyczy Załącznika Nr 2.1 pkt 15** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego o zakresie regulacji podglówka: -55° do +55° realizowanej ręcznie, nie wspomaganej sprężyną gazową?
72. **Dotyczy Załącznika Nr 2.1 pkt 16** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego o zakresie regulacji podnóżków: -90° do +90° realizowanej ręcznie, nie wspomaganej sprężyną gazową?
73. **Dotyczy Załącznika Nr 2.1 pkt 21 poz. 11** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie maty grzewczej o wymiarach 50cm x 150cm?
74. **Dotyczy Załącznika Nr 2.1 pkt 21 poz. 13** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego z materacami posiadającymi właściwości przeciwdroźynowe

(udokumentowane stosownymi badaniami klinicznymi) rezygnując w tym przypadku z materaca żelowego?

- 75. Dotyczy Załącznika Nr 2.1 pkt 24** – Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy stołu z wymaganych 28 dni do 35 dni?
- 76. Dotyczy Załącznika Nr 2.3 - Serwis pkt 2** – Czy Zamawiający wydłuży czas usunięcia usterki do 6 dni od chwili zgłoszenia?
- 77. Dotyczy Załącznika Nr 2.4.1 i Załącznika Nr 2.4.2 –defibrylacja pkt 3** – Czy Zamawiający dopuści do oceny defibrylator, który posiada zakres energii defibrylacji od 2 do 270 J?
- 78. Dotyczy Załącznika Nr 2.4.1 i Załącznika Nr 2.4.2 – rejestracja pkt 2** – Czy Zamawiający dopuści do oceny defibrylator, który posiada wyświetlacz kolorowy o przekątnej 5,7 cala?
- 79. Dotyczy Ogólny Warunków Umowy pkt XIV do SIWZ** – Czy Zamawiający zmodyfikuje postanowienia projektu umowy w ten sposób, że zmieni:
- a) **XIV pkt 9a:** 0,1% wartości zamówionego urządzenia za każdy dzień zwłoki, jeżeli urządzenie nie zostało dostarczone w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.
 - b) **XIV pkt 9b:** 0,1% wartości zamówionego urządzenia – w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi parametrami technicznymi.
 - c) **XIV pkt 13:** w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% wartości umowy.
- 80. Dotyczy Załącznika Nr 2.3 pkt.7** - Czy zamawiający ma na myśli oświetlenie blatu za pomocą zintegrowanego z aparatem źródła światła?
- 81. Dotyczy Załącznika Nr 2.3 pkt.16-** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ssaka umożliwiającego odessanie wydzieliny o objętości około 1,4 l bez wymiany butli na wydzielinę?
- 82. Dotyczy Załącznika Nr 2.3 pkt.18** - Czy Zamawiający dopuści aparat spełniający odpowiednie wymagania dla aparatury medycznej normy bezpieczeństwa, wyposażony w system utrzymania stężenia tlenu w mieszaninie z N₂O, na poziomie 23%?
- 83. Dotyczy Załącznika Nr 2.3 pkt.20** - Czy Zamawiający dopuści aparat z precyzyjnymi przepływomierzami elektronicznymi?
- 84. Dotyczy Załącznika Nr 2.3 pkt. 20** - Czy Zamawiający oczekuje, aby można było eksportować dane przepływów świeżych gazów do systemów zewnętrznych zbierania danych lub komputera?
- 85. Dotyczy Załącznika Nr 2.3 pkt.24** – Czy Zamawiający dopuści nieco mniejszy zbiornik pochłaniacza o objętości 1,2 l?
- 86. Dotyczy Załącznika Nr 2.3 pkt.29** – Czy Zamawiający dopuści aparat z ręcznie regulowanymi granicami alarmowymi?
- 87. Dotyczy Załącznika Nr 2.3 - respirator pkt 1** - Czy Zamawiający dopuści aparat z ekranem kolorowym o przekątnej 6,5” sterowanym przez pokrętło funkcyjne i przyciski szybkiego wyboru? Czy ekran respirator ma być wbudowany w panel przedni aparatu?
- 88. Dotyczy Załącznika Nr 2.3 - respirator pkt 2** – Czy zamawiający dopuści aparat, który wyświetla parametry mierzone, parametry ustawiane, krzywe oraz ewentualne komunikaty na jednym ekranie?
- 89. Dotyczy Załącznika Nr 2.3 - regulacje pkt 1** – Czy zamawiający dopuści aparat z regulacją częstości oddechów 4 do 60 na minutę?

- 90. Dotyczy Załącznika Nr 2.3 - regulacje pkt 3** – Czy zamawiający dopuści szerszą regulację wdechu do wydechu w zakresie 4:1 do 1: 4?
- 91. Dotyczy Załącznika Nr 2.3 – alarmy pkt.3** – Czy zamawiający dopuści aby alarmy niskiej i wysokiej częstości oddechowej realizowane były w monitorze funkcji życiowych?
- 92. Dotyczy Załącznika Nr 2.3 – pomiary pkt.2** – Czy zamawiający za wystarczające uzna zaoferowanie aparatu, który dokonuje pomiaru objętości wydechowej natomiast objętość wdechowa jest dostarczana na podstawie nastaw operatora i prezentowana na ekranie respiratora?
- 93. Dotyczy Załącznika Nr 2.3 – pomiary pkt 5** – Czy Zamawiający dopuści aparat bez pomiaru I:E, ten parametr jest konieczny przy wentylacji na Sali intensywnej terapii, w obszarze Sali operacyjnej jego znaczenie jest pomijalne?
- 94. Dotyczy Załącznika Nr 2.3 – pomiary pkt 8** – Czy Zamawiający dopuści aparat który prezentuje najbardziej istotną krzywą, przebieg ciśnienia w funkcji czasu?
- 95. Dotyczy Załącznika Nr 2.3 – pomiary gazowe** – Ponieważ pomiar tlenu jest opisany jako wymóg zarówno przy aparacie, jak i przy monitorze, aby nie dublować tych parametrów oraz kosztów prosimy o wyjaśnienie czy dopuszczalny jest pomiar w aparacie lub monitorze?
- 96. Dotyczy Załącznika Nr 2.3 – pomiary gazowe pkt 2** – Czy zamawiający będzie oczekiwać kalkulacji MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta? Czy zamawiający wyraziłby zgodę na ręczny wybór (przez użytkownika) używanego anestetyku?
- 97. Dotyczy Załącznika Nr 2.3 – nieinwazyjny pomiar ciśnienia** – Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego monitor mierzący ciśnienie nieinwazyjne w zakresie od 1 do 240 mmHg?
- 98. Dotyczy Załącznika Nr 2.3 – pomiar temperatury** – Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor wyświetlający 2 temperatury lub 1 z temperatur oraz różnicę temperatur?
- 99. Dotyczy Załącznika Nr 2.3 - trendy pkt 2** – Czy Zamawiający ma na myśli rozdzielczość trendów 1 minuta z próbkowaniem co 1 minutę lub częstszym (co 30 sekund)?
- 100. Dotyczy Załącznika Nr 2.1** – Czy Zamawiający oczekuje, aby stół posiadał możliwość wypiętrzenia klatki piersiowej w segmencie pleców oraz wypiętrzenia nerkowego w segmencie siedziska?
- 101. Dotyczy Załącznika Nr 2.1** – Czy Zamawiający oczekuje aby stół posiadał możliwość zamiany segment podgłówek z podnóżkiem?
- 102. Dotyczy Załącznika Nr 2.1** – Czy Zamawiający oczekuje aby stół posiadał napęd alternatywny tzn. niezależny napęd sterowania hydrauliczno-mechaniczny oprócz podstawowego elektrohydraulicznego zasilania z akumulatora?
- 103. Dotyczy Załącznika Nr 2.1** – Czy Zamawiający oczekuje aby napęd alternatywny był całkowicie niezależny od źródeł zasilania czyli nie był napędem uzależnionym od dodatkowego akumulatora?
- 104. Dotyczy Załącznika Nr 2.1** – Czy Zamawiający oczekuje aby stół posiadał elektrohydrauliczną regulację pleców z pilota?
- 105. Dotyczy Załącznika Nr 2.1** – Czy Zamawiający oczekuje aby stół posiadał napęd alternatywny na cztery najczęściej używane regulacje jak regulacja wysokości, przechyłów bocznych, przechyłów wzdłużnych, segmentu pleców?

- 106. Dotyczy Załącznika Nr 2.1** – Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości w zakresie 740-1040mm?
- 107. Dotyczy Załącznika Nr 2.1** - Czy Zamawiający dopuści regulację przechyłów bocznych w zakresie 20° ?
- 108. Dotyczy Załącznika Nr 2.1** - Czy Zamawiający dopuści regulację podglówka wspomaganą sprężyną gazową w zakresie – 45° do +30°?
- 109. Dotyczy Załącznika Nr 2.1** - Czy Zamawiający dopuści matę grzewczą jednoczęściową posiadającą zarówno funkcje grzewcze jak i przeciwoleżynowe o wymiarach 107 x 53,5 cm?
- 110. Dotyczy Załącznika Nr 2.1** – Czy zamawiający dopuści kontroler temperatury z regulacją od 37° C do 40° C pokazujący temperaturę zaprogramowaną i status jej osiągnięcia?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

- Ad. 1.** Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 2 lamp operacyjnych z centralnym halogenowym 150W źródłem światła.
- Ad.2.** Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 2 lampy operacyjnej LEDowej z białym kolorem diod, w której Ra jest większe lub równe 90.
- Ad.3.** Zamawiający nie dopuści w pakiecie Nr 2 lampy operacyjnej LEDowej z białym kolorem diod ze stałą temperaturą barwową wynoszącą 5000 K i bez możliwości jej regulacji.
- Ad.4.** Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 2 lampy operacyjnej LEDowej z białym kolorem diod, w której kopuła główna generuje 160 000 lux, a kopuła satelitarna 100 000 lux co daje sumaryczne natężenie 260 000 lux i posiada sumarycznie 91 (70 kopuła główna i 21 kopuła satelitarna) punktów LED.
- Ad.5.** Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 2 lampy operacyjnej LEDowej z białym kolorem diod, w której kopuła główna posiada minimalną średnicę pola oświetlenia 21 cm, a kopuła satelitarna posiada minimalną średnicę pola oświetlenia 19 cm.
- Ad.6.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 1 stół operacyjny, w którym regulacja oparcia pleców w zakresie -50° do +80° jest realizowana elektrohydraulicznie.
- Ad.7.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 1 stół operacyjny, w którym regulacja podglówka w zakresie -90° do +60° jest realizowana systemem sprężynowo-zapadkowym.
- Ad.8.** Zamawiający w Pakiecie Nr 1 w punkcie 21, podpunkt 3 pisząc : „podpory pod stopy – 2 szt. (kpl.)” miał na myśli proste podpory pod stopy. Zamawiający dopuszcza również podpory pod stopy typu STIRRUPS.
- Ad.9.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 4 defibrylator, którego zakres prądu stymulacji wynosi 30-180 mA.
- Ad.10.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 4 defibrylator, którego wyświetlacz ma przekątną 5,5 cala.
- Ad.11.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 4 defibrylator, którego wyświetlacz jest typu EL zapobiegający refleksom i umożliwiający odczyt pod różnym kątem.



- Ad.12.** Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 1 maty grzewczej o wymiarach 180x70 cm z jednakowym poziomem temperatury na całej powierzchni maty bez czujnika temperatury umieszczonego w macie.
- Ad.13.** Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 1 kontrolera maty grzewczej z możliwością podłączenia jednego koca (maty) grzewczego z płynną regulacją temperatury w zakresie 28-40,7⁰ C , bez wyświetlacza zadanej i aktualnej temperatury oraz bez alarmu wysokiej i niskiej temperatury.
- Ad.14.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 1 materac żelowy o wymiarach : 115x52x2 cm.
- Ad.15** Zamawiający wymaga defibrylatora o defibrylacji dwufazowej w zakresie minimum od 10 do 200 J, a dla defibrylacji jednofazowej w zakresie minimum od 10 do 300 J.
- Ad.16.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 4 Załącznik Nr 2.4.1. defibrylator z wyświetlaczem monochromatycznym LCD 5,9 cala.
- Ad.17.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 4 Załącznik Nr 2.4.1. defibrylator z regulacją prądu stymulacji w zakresie 0-200mA.
- Ad.18.** Zamawiający wymaga defibrylatora o defibrylacji dwufazowej w zakresie minimum od 10 do 200 J, a dla defibrylacji jednofazowej w zakresie minimum od 10 do 300 J.
- Ad.19.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 4 Załącznik Nr 2.4.2. defibrylator z wyświetlaczem monochromatycznym LCD 5,9 cala.
- Ad.20.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 3 aparat z oddzielną konfiguracją parametrów dla każdego z trybów wentylacji zamiast pamięci 10 konfiguracji.
- Ad.21.** Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 3 standardowego trybu SIMV bez wspomaganie ciśnieniem PS.
- Ad.22.** Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 3 aparatu do znieczulania ogólnego z 3 gniazdami elektrycznymi 230V.
- Ad.23.** Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 3 aparatu do znieczulania ogólnego z dwoma uchwytami na parowniki, z których jeden jest aktywny a drugi uchwyt na parownik znajduje się z boku aparatu.
- Ad.24.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 3 respirator anestezjologiczny z trybami wentylacji SIMV, SMMV i PSV.
- Ad.25.** Zamawiający w Załączniku Nr 2.3 Regulacje w pkt.6 zmienia zapis z „Regulacja czułości wyzwalania min 5÷10 l/min” na „Regulacja czułości wyzwalania min 0,5÷10 l/min”. Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 3 respirator anestezjologiczny w którym zakres regulacji czułości wyzwalania jest od 0,7 do 4 l/min.
- Ad.26.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 3 pomiar częstości oddechów w zakresie 0-120 /min.
- Ad.27.** Zamawiający wymaga defibrylatora o defibrylacji dwufazowej w zakresie minimum od 10 do 200 J, a dla defibrylacji jednofazowej w zakresie minimum od 10 do 300 J.
- Ad.28.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 4 defibrylator wyposażony w ekran typu EL (elektroluminescencyjny) o przekątnej 5,66”.
- Ad.29.** Zamawiający wymaga defibrylatora o defibrylacji dwufazowej w zakresie minimum od 10 do 200 J, a dla defibrylacji jednofazowej w zakresie minimum od 10 do 300 J.
- Ad.30.** Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 4 Załącznik Nr 2.4.1 defibrylatora bez akustycznej sygnalizacji załamka QRS i regulacji głośności QRS.
- Ad.31.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 4 Załącznik Nr 2.4.1 defibrylator z ekranem o przekątnej 5,7 cala.

- Ad.32.** Zamawiający wymaga defibrylatora o defibrylacji dwufazowej w zakresie minimum od 10 do 200 J, a dla defibrylacji jednofazowej w zakresie minimum od 10 do 300 J.
- Ad.33.** Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 4 Załącznik Nr 2.4.2 defibrylatora bez akustycznej sygnalizacji załamek QRS i regulacji głośności QRS.
- Ad.34.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 4 Załącznik Nr 2.4.2 defibrylator z ekranem o przekątnej 5,7 cala.
- Ad.35.** Zamawiający w Pakiecie Nr 1 nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy stołu chirurgicznego z 28 dni od daty obowiązywania umowy do 8 tygodni od daty obowiązywania umowy.
- Ad.36.** Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 1 chirurgicznego stołu operacyjnego o regulacji podgłówek wspomaganej sprężyną gazową w zakresie od -20° do $+50^{\circ}$.
- Ad.37.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 1 chirurgiczny stół operacyjny o regulacji kąta odchylenia podnóżków wspomaganych sprężyną gazową w zakresie od -90° do $+15^{\circ}$.
- Ad.38.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 1 chirurgiczny stół operacyjny wyposażony w dodatkowy materac żelowy o wymiarach : 1150 mm x 520mm x 10 mm.
- Ad.39.** Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 1 chirurgicznego stołu operacyjnego bez maty grzewczej na stół i kontrolera maty grzewczej.
- Ad.40.** Zamawiający w Pakiecie Nr 2 nie wyraża zgody na wydłużenie terminu termin dostawy diodowych lamp operacyjnych z 28 dni od daty obowiązywania umowy do 8 tygodni.
- Ad.41.** Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 2 diodowej lampy operacyjnej o dwóch czasach, z których każda zapewnia wysokie natężenie światła o wartości 110 000lx.
- Ad.42.** Zamawiający w Pakiecie Nr 2 pod pojęciem regulacji jasności rozumie regulację natężenia oświetlenia.
- Ad.43.** Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 2 diodowej lampy operacyjnej o zakresie regulacji wartości natężenia oświetlenia od 50 do 100%.
- Ad.44.** Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 2 diodowej lampy operacyjnej o wzroście temperatury w okolicy głowy chirurga w zakresie od $2,5^{\circ}\text{C}$ do 3°C .
- Ad.45.** Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 2 diodowej lampy operacyjnej, w której natężenie oświetlenia oraz temperatura barwowa regulowane są za pomocą panelu sterującego zamontowanego na stałe na ramieniu lampy, który może być dezynfekowany. Zamawiający podtrzymuje zapisy Załącznika Nr 2.2 pkt.13 i 14 SIWZ
- Ad.46.** Zamawiający nie posiada ekspertyzy budowlanej dotyczącej obciążalności stropu w miejscu montażu lamp operacyjnych i nie wykona jej na własny koszt.
- Ad.47.** Zamawiający nie wykona wzmocnienia stropu na własny koszt.
- Ad.48.** Zamawiający dopuszcza możliwości obciążenia stropu w miejscu montażu lamp ciężarem 110 kg.
- Ad.49.** Zamawiający wymaga mocowania lamp operacyjnych do istniejących śrub mocujących. W chwili obecnej na płytach stropowych wiszą lampy HANALUX 2005 iXL/2003i.
- Ad.50.** Zamawiający posiada zamontowane płyty stropowe do montażu lamp operacyjnych. Pomiarów rozstawu i średnicy śrub mocujących Wykonawca dokona we własnym zakresie.
- Ad.51.** Napięcie sieci podstawowej i awaryjnej u Zamawiającego wynosi 230V, przekrój przewodów zasilających LUCY 16 mm².

- Ad.52** Zamawiający nie posiada ekspertyzy budowlanej dotyczącej obciążalności stropu w miejscu montażu lamp operacyjnych..
- Ad.53** Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 2 lampy operacyjnej wyposażonej tylko w diody białe, czerwone i zielone. Zamawiający podtrzymuje zapisy Załącznika Nr 2.2 pkt.5 SIWZ
- Ad.54.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 2 lampy główne wyposażone w 162 diody LED i natężeniu oświetlenia 160000lx.
- Ad.55.** Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 2 lamp posiadających regulację natężenia oświetlenia w zakresie 50-100%.
- Ad.56.** Zamawiający informuje, że regulacja temperatury barwowej w lampie operacyjnej służy do prawidłowego odwzorowania kolorów.
- Ad.57** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 2 lampy posiadające minimalną średnicę pola oświetlenia 210 mm.
- Ad.58.** Uchwyty pozycjonowania i regulacji zaoferowanej w Pakiecie Nr 2 lampy świetlnej powinny być wielorazowe podlegające sterylizacji w autoklawie.
- Ad.59** Zamawiający nie wyraża zgody w Pakiecie Nr 2 na wydłużenie czasu dostawy diodowej lampy operacyjnej do 10 tygodni.
- Ad.60** Zamawiający wymaga defibrylatora o defibrylacji dwufazowej w zakresie minimum od 10 do 200 J, a dla defibrylacji jednofazowej w zakresie minimum od 10 do 300 J.
- Ad.61.** Zamawiający wymaga defibrylatora o defibrylacji dwufazowej w zakresie minimum od 10 do 200 J, a dla defibrylacji jednofazowej w zakresie minimum od 10 do 300 J.
- Ad.62.** Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 1 materaca żelowego o wymiarach 52 x 34 x 0,5 cm.
- Ad.63.** Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 1 koca grzewczego o rozmiarze 180 x 70 cm.
- Ad.64** Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 1 koca grzewczego przeziernego dla promieni RTG, który można prać i sterylizować do 134 stopni C. Zamawiający podtrzymuje zapisy Załącznika Nr 2.1 pkt.21 ppkt.11 SIWZ
- Ad.65.** Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 1 kontrolera na jeden koc grzewczy.
- Ad.66.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 1 kontroler z regulacją co 1 stopień C w zakresie od 28-40,7 stopni.
- Ad.67.** Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 1 kontrolera bez wyświetlacza zadanej temperatury i alarmów.
- Ad.68.** Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 1 zintegrowanego materaca żelowego z matą grzewczą, przeziernego dla promieniowania, lekkiego (od 1,7 kg), o wymiarze 1070 x 535 mm.
- Ad.69.** Zamawiający podtrzymuje w Pakiecie Nr 1 zapisy punktu 21 podpunkt 12 Załącznika Nr 2.1 i wymaga zaoferowania kontrolera maty grzewczej z możliwością podłączenia 2 mat lub koców grzewczych z wyświetlaczem z zadaną i aktualną temperaturą, z alarmami wysokiej i niskiej temperatury oraz braku zasilania, z możliwością instalacji na stojaku kroplówki lub na szynie bocznej stołu.
- Ad.70.** Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 1 stołu operacyjnego wraz z pilotem przewodowym o długości przewodu ok. 2 m. Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 1 stół operacyjny wraz z pilotem bezprzewodowym.
- Ad.71.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 1 stół operacyjny o zakresie regulacji podgłówka: -55° do +55° realizowanej ręcznie, nie wspomaganej sprężyną gazową.
- Ad.72.** Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 1 stołu operacyjnego o zakresie regulacji podnóżków: -90° do +90° realizowanej ręcznie, nie wspomaganej sprężyną gazową.

- Ad.73.** Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 1 maty grzewczej o wymiarach 50cm x 150cm.
- Ad.74.** Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 1 stołu operacyjnego z materacami posiadającymi właściwości przeciwdrożdżynowe .
- Ad.75.** Zamawiający w Pakiecie Nr 1 nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy stołu z wymaganych 28 dni do 35 dni.
- Ad.76.** Zamawiający podtrzymuje zapisy w Pakiecie Nr 3 i wymaga w okresie gwarancji czasu do przyjazdu serwisu najpóźniej do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii.
- Ad.77.** Zamawiający wymaga defibrylatora o defibrylacji dwufazowej w zakresie minimum od 10 do 200 J, a dla defibrylacji jednofazowej w zakresie minimum od 10 do 300 J.
- Ad.78.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 4 defibrylator, który posiada wyświetlacz kolorowy o przekątnej 5,7 cala.
- Ad.79** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu XIV SIWZ „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Ad.80** Zamawiający w Pakiecie Nr 3 ma na myśli oświetlenie blatu za pomocą zintegrowanego z aparatem źródła światła.
- Ad.81.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 3 zaoferowanie ssaka umożliwiającego odessanie wydzieliny o objętości około 1,4 l bez wymiany butli na wydzielinę.
- Ad.82.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 3 aparat spełniający odpowiednie wymagane dla aparatury medycznej normy bezpieczeństwa, wyposażony w system utrzymania stężenia tlenu w mieszaninie z N2O, na poziomie 23%.
- Ad.83** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 3 aparat z precyzyjnymi przepływomierzami elektronicznymi.
- Ad.84.** Zamawiający nie wymaga, aby w Pakiecie Nr 3 można było eksportować dane przepływów świeżych gazów do systemów zewnętrznych zbierania danych lub komputera.
- Ad.85.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 3 zbiornik pochłaniacza o objętości 1,2 l.
- Ad.86.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 3 aparat z ręcznie regulowanymi granicami alarmowymi.
- Ad.87.** Zamawiający podtrzymuje zapisy w Pakiecie Nr 3 i wymaga zaoferowania respiratora z kolorowym ekranem LCD TFT min 8” sterowany przez ekran dotykowy i/lub pokrętkę
- Ad.88.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 3 aparat, który wyświetla parametry mierzone, parametry ustawiane, krzywe oraz ewentualne komunikaty na jednym ekranie bez konieczności 10 konfiguracji.
- Ad.89.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 3 aparat z regulacją częstości oddechów 4 do 60 na minutę.
- Ad.90.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 3 szerszą regulację wdechu do wydechu w zakresie 4:1 do 1: 4.
- Ad.91.** Zamawiający dopuści również, aby w Pakiecie Nr 3 alarmy niskiej i wysokiej częstości oddechowej realizowane były w monitorze funkcji życiowych.

- Ad.92.** Zamawiający nie uzna za wystarczające zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 aparatu, który dokonuje pomiaru objętości wydechowej natomiast objętość wdechowa jest dostarczana na podstawie nastaw operatora i prezentowana na ekranie respiratora.
- Ad.93.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 3 aparat bez pomiaru I:E.
- Ad.94.** Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 3 aparatu, który prezentuje najbardziej istotną krzywą, przebieg ciśnienia w funkcji czasu.
- Ad.95.** Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 3 pomiary gazowe w aparacie lub w monitorze.
- Ad.96.** Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 3 ręcznego wyboru (przez użytkownika) używanego anestetyku. Jednocześnie Zamawiający nie wymaga kalkulacji MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta.
- Ad.97.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 3 monitor mierzący ciśnienie nieinwazyjne w zakresie od 1 do 240 min.
- Ad.98.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 3 monitor wyświetlający 2 temperatury lub 1 z temperatur oraz różnicę temperatur.
- Ad.99.** Zamawiający w Pakiecie Nr 3 ma na myśli rozdzielczość trendów 1 minuta z próbkowaniem co 1 minutę lub częstszym (co 30sekunt).
- Ad.100.** Zamawiający wymaga w Pakiecie Nr 1, aby stół posiadał możliwość wypiętrzenia klatki piersiowej w segmencie pleców (dwa segmenty) oraz dopuszcza również wypiętrzenie nerkowe w segmencie siedziska (dwa segmenty), przy czym stół winien posiadać następujące segmenty : głowa (1 segment), plecy z wypiętrzeniem klatki piersiowej (2 segmenty), siedzisko (1 segment) - dopuszcza się wypiętrzenie nerkowe, podnóżki (2 segmenty).
- Ad.101.** Zamawiający w Pakiecie Nr 1 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby stół posiadał możliwość zamiany segment podglówka z podnóżkiem.
- Ad.102.** Zamawiający w Pakiecie Nr 1 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby stół posiadał napęd alternatywny tzn. niezależny napęd sterowania hydrauliczno-mechaniczny oprócz podstawowego elektrohydraulicznego zasilania z akumulatora.
- Ad.103.** Zamawiający w Pakiecie Nr 1 nie wymaga, aby napęd alternatywny był całkowicie niezależny od źródeł zasilania czyli nie był napędem uzależnionym od dodatkowego akumulatora.
- Ad.104.** Zamawiający w Pakiecie Nr 1 nie wymaga, aby stół posiadał elektrohydrauliczną regulację pleców z pilota.
- Ad.105.** Zamawiający w Pakiecie Nr 1 nie wymaga, aby stół posiadał napęd alternatywny na cztery najczęściej używane regulacje jak regulacja wysokości, przechyłów bocznych, przechyłów wzdłużnych, segmentu pleców.
- Ad.106.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 1 regulację wysokości w zakresie 740-1040mm.
- Ad.107.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 1 regulację przechyłów bocznych w zakresie 20°.
- Ad.108.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 1 regulację podglówka wspomaganą sprężyną gazową w zakresie – 45° do +30°.
- Ad.109.** Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 1 maty grzewczej jednoczęściowej posiadającej zarówno funkcje grzewcze jak i przeciwdrożynowe o wymiarach 107 x 53,5 cm.

Ad.110. Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 1 kontrolera temperatury z regulacją od 37^o C do 40^o C pokazujący temperaturę zaprogramowaną i status jej osiągnięcia.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, działając na podstawie art.12a oraz art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany ogłoszenia oraz zmiany w treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jednocześnie w związku z wprowadzonymi zmianami treści ogłoszenia oraz zmianami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przedłuża termin składania ofert na :

- **składanie ofert do dnia 27.04.2009r godz. 10:00**
- **otwarcie ofert w dniu 27.04.2009r godz. 11:00**

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a