

.....
.....

Znak: AE/ZP-27-31/09

Tarnów, 2009-04-20

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawę urządzeń medycznych : chirurgicznego stołu operacyjnego, lamp operacyjnych, aparatów do znieczulenia z monitorem funkcji życiowych pacjenta, defibrylatorów, diatermii chirurgicznej z argonem, diatermii do środowiska wodnego.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

- 1. Dotyczy Pakietu Nr 5 Załącznik Nr 2.5.1 pkt.10 :** Proszę o dopuszczenie aparatu, który posiada różną liczbę efektów w programie do zamykania naczyń do 7 mm, w zależności od zastosowanego narzędzia. Proszę o wprowadzenie wymogu dostarczenia do oferty certyfikatu lub przynajmniej udokumentowanych badań statystycznych potwierdzających skuteczność zamykania dużych naczyń do 7mm.
- 2. Dotyczy Pakietu Nr 5 Załącznik Nr 2.5.1 pkt.11 :** Czy Zamawiający dopuści aparat z wózkiem wyposażonym w blokadę kół, z zamykaną szafką na 2 butle argonowe oraz z koszem na akcesoria ?
- 3. Dotyczy Pakietu Nr 5 Załącznik Nr 2.5.1 pkt.16 :** Czy Zamawiający dopuści wyświetlacz ciekłokrystaliczny parametrów pracy o przekątnej 6,5” ?
- 4. Dotyczy Pakietu Nr 5 Załącznik Nr 2.5.1 pkt.28 :** Czy Zamawiający dopuści przepływ argonu od 0,1 do 8 l z regulacją co 0,1 l ?
- 5. Dotyczy Pakietu Nr 5 Załącznik Nr 2.5.1 „Wyposażenie” pkt.1 :** Czy Zamawiający dopuści wózek z koszem na wyposażenie do diatermii?
- 6. Dotyczy Pakietu Nr 5 Załącznik Nr 2.5.1 „Wyposażenie” pkt.12:** Czy Zamawiający dopuści szczypce kątowe dł.165 mm końcówka 1 mm?
- 7. Dotyczy Pakietu Nr 5 Załącznik Nr 2.5.1 „Wyposażenie” pkt.17:** Czy Zamawiający dopuści kleszczyki do bipolarnego zamykania naczyń, zagięte, dł 21 cm ?
- 8. Dotyczy Pakietu Nr 5 Załącznik Nr 2.5.1 „Wyposażenie” pkt.20:** Czy Zamawiający dopuści hak laparoskopowy duży, dł. 320 mm?
- 9. Dotyczy Pakietu Nr 5 Załącznik Nr 2.5.1 „Wyposażenie” pkt.21:** Czy Zamawiający dopuści uchwyt elektrody argonowej szeroki, 2 przyciskowy, z kablem 3m ?
- 10. Dotyczy Pakietu Nr 5 Załącznik Nr 2.5.1 „Wyposażenie” pkt.22:** Czy Zamawiający dopuści elektrodę argonową do koagulacji, dł robocza 320 mm, śr.5 mm?
- 11. Dotyczy Pakietu Nr 5 Załącznik Nr 2.5.1 „Wyposażenie” pkt.24:** Czy Zamawiający dopuści lancet prosty argonowy 14mm, dł. robocza 35, śr. 5mm?
- 12. Dotyczy Pakietu Nr 5 Załącznik Nr 2.5.2 pkt.14:** Proszę o dopuszczenie aparatu, który posiada możliwość ustawienia dowolnej wartości mocy koagulacji monopolarnej w zakresie od 0 do 200 Wat.
- 13. Dotyczy Pakietu Nr 5 Załącznik Nr 2.5.2 pkt.19:** Czy Zamawiający dopuści aparat, który posiada regulację ograniczenia mocy w całym dostępnym zakresie krokiem, co 1 W?



- 14. Dotyczy Pakietu Nr 5 Załącznik Nr 2.5.2 „Wyposażenie”pkt.1:** Czy Zamawiający dopuści wózek z koszem na wyposażenie do diatermii?
- 15. Dotyczy Pakietu Nr 5 Załącznik Nr 2.5.2 „Wyposażenie”pkt.10:** Czy Zamawiający dopuści lancet prosty argonowy ok.14 mm, dł. Robocza 35 mm, śr. 5 mm?
- 16. Dotyczy Pakietu Nr 5 Załącznik Nr 2.5.2 „Wyposażenie”pkt.12:** Czy Zamawiający dopuści elektrodę monopolarną artroskopową igła kątowna 90⁰, 2,5 mm, śr.0,8 mm, dł.elektrody 110 mm?
- 17. Dotyczy Pakietu Nr 5 Załącznik Nr 2.5.2 „Wyposażenie”pkt.13:** Czy Zamawiający dopuści elektrodę monopolarną artroskopową igła kątowna 90⁰, 2,5 mm, śr.0,8 mm, dł.elektrody 110 mm?
- 18. Dotyczy Pakietu Nr 5 Załącznik Nr 2.5.2 „Wyposażenie” pkt.20:** Czy Zamawiający dopuści elektrodę monopolarną waporyzacyjną klawiszowa 90⁰, śred.1,5 mm x 3 mm, długość 110 mm?
- 19. Dotyczy Pakietu Nr 5 Załącznik Nr 2.5.2 „Wyposażenie” pkt.21:** Czy Zamawiający dopuści elektrodę monopolarną waporyzacyjną kulkę, śred.2 mm, długość 100 mm?
- 20. Dotyczy Pakietu Nr 4 Załącznik Nr 2.4.1 „Defibrylacja” pkt.2 :** W związku z odpowiedzią Ad.29 z dnia 16.04.2009r „Zamawiający wymaga defibrylatora o defibrylacji dwufazowej w zakresie minimum od 10 do 200 J, a dla defibrylacji jednofazowej w zakresie minimum od 10 do 300 J”, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator dwufazowy bez defibrylacji jednofazowej?
- 21. Dotyczy Pakietu Nr 4 Załącznik Nr 2.4.2 „Defibrylacja” pkt.2 :** W związku z odpowiedzią Ad.32 z dnia 16.04.2009r „Zamawiający wymaga defibrylatora o defibrylacji dwufazowej w zakresie minimum od 10 do 200 J, a dla defibrylacji jednofazowej w zakresie minimum od 10 do 300 J”, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator dwufazowy bez defibrylacji jednofazowej?
- 22. Dotyczy Pakietu Nr 3 Załącznik Nr 2.3 „Regulacje” pkt.6 :** Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania z respiratorem anestetycznym o zakresie regulacji czułości wyzwalania od 1-15 l/min?
- 23. Dotyczy Pakietu Nr 3 Załącznik Nr 2.3 pkt.6 :** Czy Zamawiający dopuści aparat z jedną pojemną szufladą?
- 24. Dotyczy Pakietu Nr 3 Załącznik Nr 2.3 pkt.10 :** Czy Zamawiający dopuści aparat z wbudowanymi trzema dodatkowymi gniazdami elektrycznymi?
- 25. Dotyczy Pakietu Nr 3 Załącznik Nr 2.3 pkt.30 :** Czy Zamawiający dopuści aparat bez dodatkowego wyjścia 22/15mm?
- 26. Dotyczy Pakietu Nr 3 Załącznik Nr 2.3 „Regulacje” pkt.3 :** Czy Zamawiający dopuści aparat z typową regulacją stosunku I:E w zakresie 2:1 do 1:4?
- 27. Dotyczy Pakietu Nr 3 Załącznik Nr 2.3 „Pomiary” pkt.8 :** Czy Zamawiający wymaga, aby krzywa ciśnienia i pętle oddechowe były jednocześnie prezentowane na ekranie respiratora?



- 28. Dotyczy Pakietu Nr 3 Załącznik Nr 2.3 „Pomiary” pkt.1 :** Czy Zamawiający będzie wymagał, aby pomiar O₂ realizowany był przy pomocy czujnika paramagnetycznego?
- 29. Dotyczy Pakietu Nr 3 Załącznik Nr 2.3 :** Czy Zamawiający mając na uwadze ekonomię prowadzenia znieczulenia (zmniejszenie zużycia środków wziewnych) oczekuje, aby aparat był wyposażony w funkcję informującą o aktualnym zużyciu?
- 30. Dotyczy Pakietu Nr 3 Załącznik Nr 2.3 :** Czy Zamawiający będzie wymagać masek anestetycznych wielorazowych (silikonowych) w przynajmniej 2 rozmiarach?
- 31. Dotyczy Pakietu Nr 3 Załącznik Nr 2.3 :** Czy Zamawiający będzie wymagać linii próbkujących do analizy gazów (min.10szt. na każdy aparat) i pułapek wodnych do tychże linii (po 6 min. szt. na każdy aparat)?
- 32. Dotyczy Pakietu Nr 3 Załącznik Nr 2.3 pkt.14 :** Czy Zamawiający rozważył możliwość zrezygnowania z zakupu parownika do Sevofluranu?
- 33. Dotyczy Pakietu Nr 3 Załącznik Nr 2.3 „Monitor parametrów życiowych” pkt.2 i 3 :** Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor o przekątnej 10,4 cala i odpowiedniej do jego wielkości rozdzielczości ekranu 640x480 pikseli 5 krzywymi w standardzie oraz zasilaniem akumulatorowym na 180 minut pracy?
- 34. Dotyczy Pakietu Nr 3 Załącznik Nr 2.3 „NIBP” pkt.7 :** Czy Zamawiający dopuści monitor z regulacją pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego regulowaną w przedziale do 4 godzin ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

- Ad. 1** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 5 Załącznik Nr 2.5.1 pkt.10 aparat, który posiada różną liczbę efektów w programie do zamykania naczyń do 7 mm, w zależności od zastosowanego narzędzia. Ponadto Zamawiający wymaga załączenia do oferty zgodnie z Pkt.IV.17 SIWZ oświadczenia, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP, które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie.
- Ad. 2.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 5 Załącznik Nr 2.5.1 pkt.11 aparat z wózkiem wyposażonym w blokadę kół, z zamykaną szafką na 2 butle argonowe oraz z koszem na akcesoria.
- Ad.3.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 5 Załącznik Nr 2.5.1 pkt.16 wyświetlacz ciekłokrystaliczny parametrów pracy o przekątnej 6,5”.
- Ad.4.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 5 Załącznik Nr 2.5.1 pkt.28 przepływ argonu od 0,1 do 8 l z regulacją co 0,1 l.
- Ad.5.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 5 Załącznik Nr 2.5.1 „Wyposażenie” pkt.1 wózek z koszem na wyposażenie do diatermii.
- Ad.6.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 5 Załącznik Nr 2.5.1 „Wyposażenie” pkt.12 szczypce kątowe dł.165 mm końcówka 1 mm.
- Ad.7.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 5 Załącznik Nr 2.5.1 „Wyposażenie” pkt.17 kleszczyki do bipolarnego zamykania naczyń, zagięte, dł 21 cm.
- Ad.8.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 5 Załącznik Nr 2.5.1 „Wyposażenie” pkt.20 hak laparoskopowy duży, dł. 320 mm.

- Ad.9.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 5 Załącznik Nr 2.5.1 „Wyposażenie” pkt.21 uchwyt elektrody argonowej szeroki, 2 przyciskowy, z kablem 3m ?
- Ad.10.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 5 Załącznik Nr 2.5.1 „Wyposażenie” pkt.22 elektrodę argonową do koagulacji, dł robocza 320 mm, śr.5 mm.
- Ad.11.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 5 Załącznik Nr 2.5.1 „Wyposażenie” pkt.24 lancet prosty argonowy 14mm, dł. robocza 35, śr. 5mm.
- Ad.12.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 5 Załącznik Nr 2.5.2 pkt.14 aparat, który posiada możliwość ustawienia dowolnej wartości mocy koagulacji monopolarnej w zakresie od 0 do 200 Wat.
- Ad.13.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 5 Załącznik Nr 2.5.2 pkt.19 aparat, który posiada regulację ograniczenia mocy w całym dostępnym zakresie krokiem, co 1 W.
- Ad.14.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 5 Załącznik Nr 2.5.2 „Wyposażenie” pkt.1 wózek z koszem na wyposażenie do diatermii.
- Ad.15.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 5 Załącznik Nr 2.5.2 „Wyposażenie” pkt.10 lancet prosty argonowy ok.14 mm, dł. Robocza 35 mm, śr. 5 mm.
- Ad.16.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 5 Załącznik Nr 2.5.2 „Wyposażenie” pkt.12 elektrodę monopolarną artroskopową igła kątowna 90⁰, 2,5 mm, śr.0,8 mm, dł.elektrody 110 mm.
- Ad.17.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 5 Załącznik Nr 2.5.2 „Wyposażenie” pkt.13 elektrodę monopolarną artroskopową igła kątowna 90⁰, 2,5 mm, śr.0,8 mm, dł.elektrody 110 mm.
- Ad.18.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 5 Załącznik Nr 2.5.2 „Wyposażenie” pkt.20 elektrodę monopolarną waporyzacyjną klawiszowa 90⁰, śred.1,5 mm x 3 mm, długość 110 mm.
- Ad.19.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 5 Załącznik Nr 2.5.2 „Wyposażenie” pkt.21 elektrodę monopolarną waporyzacyjną kulkę, śred.2 mm, długość 100 mm?
- Ad.20.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 4 Załącznik Nr 2.4.1 „Defibrylacja” pkt.2 defibrylator dwufazowy bez defibrylacji jednofazowej z energią defibrylacji min. 2-200J.
- Ad.21.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 4 Załącznik Nr 2.4.2 „Defibrylacja” pkt.2 defibrylator dwufazowy bez defibrylacji jednofazowej z energią defibrylacji min. 2-200J.
- Ad.22.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 3 Załącznik Nr 2.3 „Regulacje” pkt.6 aparat do znieczulania z respiratorem anestezjologicznym o zakresie regulacji czułości wyzwalania od 1-15 l/min.
- Ad.23.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 3 pkt.6 aparat z jedną pojemną szufladą.
- Ad.24.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 3 Załącznik Nr 2.3 pkt.10 aparat z wbudowanymi trzema dodatkowymi gniazdami elektrycznymi.
- Ad.25.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 3 Załącznik Nr 2.3 pkt.30 aparat bez dodatkowego wyjścia 22/15mm.
- Ad.26.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 3 Załącznik Nr 2.3 „Regulacje” pkt.3 aparat z typową regulacją stosunku I:E w zakresie 2:1 do 1:4.
- Ad.27.** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również w Pakiecie Nr 3 Załącznik Nr 2.3 „Pomiary” pkt.8, aby krzywa ciśnienia i pętle oddechowe były jednocześnie prezentowane na ekranie respiratora.

- Ad.28.** Zamawiający wymaga w Pakiecie Nr 3 Załącznik Nr 2.3 „Pomiary” pkt.1, aby pomiar O2 realizowany był przy pomocy czujnika paramagnetycznego.
- Ad.29.** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również w Pakiecie Nr 3 Załącznik Nr 2.3, aby aparat był wyposażony w funkcję informującą o aktualnym zużyciu
- Ad.30.** Zamawiający nie wymaga w Pakiecie Nr 3 Załącznik Nr 2.3 masek anestezjologicznych wielorazowych (silikonowych) w przynajmniej 2 rozmiarach.
- Ad.31.** Zamawiający nie wymaga w Pakiecie Nr 3 linii próbkujących do analizy gazów (min.10szt. na każdy aparat) i pułapek wodnych do tychże linii (po 6 min. szt. na każdy aparat).
- Ad.32.** Zamawiający w Pakiecie Nr 3 Załącznik Nr 2.3 podtrzymuje zapisy pkt.14 i wymaga zaoferowania aparatu wyposażonego w parownik do Sevofluranu Quik Fil.
- Ad.33.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 3 Załącznik Nr 2.3 „Monitor parametrów życiowych” pkt.2 i 3 kardiomonitor o przekątnej 10,4 cala i odpowiedniej do jego wielkości rozdzielczości ekranu 640x480 pikseli 5 krzywymi w standardzie oraz zasilaniem akumulatorowym na 180 minut pracy.
- Ad.34.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 3 Załącznik Nr 2.3 „NIBP” pkt.7 monitor z regulacją pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego regulowaną w przedziale do 4 godzin.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a