

Znak: AE/ZP-27-32/09

Tarnów, 2009-04-16

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawę systemu do videoendoskopii.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznik Nr 2 Videogastroskop pkt.5** : Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez sformułowanie Głębia ostrości max. 5-100 mm? Wnosimy również o dopuszczenie endoskopów o parametrze głębi ostrości 2-200 mm.
2. **Dotyczy Załącznik Nr 2 Videokolonoskop pkt.13** : Prosimy o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający w parametrach zagięcia końcówki góra/dół określił to zagięcie na 180°/180°? Jednocześnie wnioskujemy o zmianę tych parametrów zagięcia końcówki góra/dół na 160°/160°.
3. **Dotyczy Załącznik Nr 2 Procesor wizyjny pkt.18** : Prosimy o uznanie za równoważną ofertę urządzenia posiadającego dwa gniazda s-video i jedno FBAS zamiast RGB, S-VHS i FBAS.
4. **Dotyczy Załącznik Nr 2 Źródło światła pkt.20** : Wnosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego oświetlenia pomocniczego w przypadku oferowania źródła światła z żarnikiem ksenonowym.
5. **Dotyczy Załącznik Nr 2 Videogastroskop** : Czy Zamawiający dopuści ręczny tester szczelności jako wyposażenie aparatu bez certyfikatu medycznego ?
6. **Dotyczy Załącznik Nr 2 Monitor LCD pkt.26** : Czy Zamawiający dopuści monitor z cyfrowym wejściem DVI jeżeli zaoferowany procesor będzie posiadał wyjście w standardzie DVI ?
7. **Dotyczy Załącznik Nr 2 Monitor LCD pkt.28** : Czy Zamawiający podając rozdzielczość monitora min 1280 x 1024 dużo większej od rozdzielczości PAL będzie wymagał zestawu endoskopowego w standardzie HD ?
8. **Dotyczy Załącznik Nr 2** : Zamawiający wymaga wejścia sygnału monitora typu RGB charakterystycznego dla monitorów medycznych. Czy w związku z tym Zamawiający wymaga aby oferowany monitor do zestawu posiadał certyfikat wyrobów medycznych?
9. **Dotyczy Załącznik Nr 2** : Czy Zamawiający dopuści monitor LCD posiadający jedno wejście typu RGB?
10. **Dotyczy Załącznik Nr 2** : Czy Zamawiający dopuści monitor z kontrastem 650:1?
11. **Dotyczy Załącznik Nr 2** : Czy Zamawiający w punkcie 35 załącznika nr 2 – wymagane parametry techniczne dopuści zmianę zapisu z istniejącego:

„Gwarantowany czas od zgłoszenia usterki do jej usunięcia maksymalnie 7 dni roboczych”

na zapis o następującej treści:

„Gwarantowany czas od dostarczenia urządzenia do serwisu do usunięcia usterki maksymalnie 7 dni roboczych”

12. **Dotyczy Załącznik Nr 2** : Czy Zamawiający w punkcie 37 załącznika nr 2 – wymagane parametry techniczne dopuści zmianę zapisu z istniejącego:

„Dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.”

na zapis o następującej treści:

„Dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy w okresie trwania 24 miesięcznej gwarancji.”

13. **Dotyczy Załącznik Nr 2** : Czy Zamawiający dopuści zmianę wysokości kar umownych z wymaganych 0,5% na 0,1% wartości zamówionych urządzeń w punkcie 9 ogólnych warunków umowy?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1 Zamawiający w Załączniku Nr 2 Videogastroskop w pkt.4 zmienia zapis z „Głębia ostrości max.5-100 mm” na „Głębia ostrości min. 5-100 mm”. Zamawiający dopuszcza również videogastroskopy o parametrze głębi ostrości 2-200 mm., pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad.2 Zamawiający nie dopuści w Załączniku Nr 2 Videokolonoskop pkt.13 zagięcia końcówki góra/dół 160°/160°.

Ad.3 Zamawiający dopuszcza również w Załączniku Nr 2 Procesor wizyjny pkt.18 urządzenie posiadające dwa gniazda s-video i jedno FBAS zamiast RGB, S-VHS i FBAS, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad.4 Zamawiający dopuszcza również w Załączniku Nr 2 Źródło światła pkt.20 zaoferowanie lamp bez oświetlenia pomocniczego w przypadku oferowania źródła światła z żarnikiem ksenonowym.

Ad.5 Zamawiający dopuści również w Załączniku Nr 2 Videogastroskop ręczny tester szczelności jako wyposażenie aparatu bez certyfikatu medycznego.

Ad.6 Zamawiający dopuści również w Załączniku Nr 2 Monitor LCD pkt.26 monitor z cyfrowym wejściem DVI jeżeli zaoferowany procesor będzie posiadał wyjście w standardzie DVI.

Ad.7 Zamawiający w Załączniku Nr 2 Monitor LCD pkt.28 nie wymaga, ale dopuszcza również zestaw endoskopowy w standardzie HD.

Ad.8 Zamawiający nie wymaga aby oferowany monitor do zestawu posiadał certyfikat wyrobów medycznych.

Ad.9 Zamawiający dopuści również monitor LCD posiadający jedno wejście typu RBG.

Ad.10 Zamawiający dopuszcza również monitor z kontrastem 650:1.

Ad.11 Zamawiający w punkcie 35 załącznika nr 2 – wymagane parametry techniczne dopuszcza również zapis o następującej treści:

„Gwarantowany czas od dostarczenia urządzenia do serwisu do usunięcia usterki maksymalnie 7 dni roboczych”



Ad.12 Zamawiający w punkcie 37 załącznika nr 2 – wymagane parametry techniczne zmienia zapis istniejący na zapis o następującej treści:

„Dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy w okresie trwania gwarancji.”

Ad.13 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu XIV SIWZ „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, działając na podstawie art.12a oraz art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany ogłoszenia oraz zmiany w treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jednocześnie w związku z wprowadzonymi zmianami treści ogłoszenia oraz zmianami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przedłuża termin składania ofert na :

- **składanie ofert do dnia 21.04.2009r godz. 10:00**
- **otwarcie ofert w dniu 21.04.2009r godz. 11:00**

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

