



.....

.....

Znak: AE/ZP-27-34/09

Tarnów, 2009-04-20

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawy implantów ortopedycznych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 3 i 5.** Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania płytki podporowej 100 mm 5 otworowej zamiast 101 mm?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 4 i 6.** Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania płytki podporowej 116 mm 6 otworowej zamiast 117 mm?
3. **Dotyczy ogólnych warunków umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z 0,5% na 0,2% wartości zamówionej partii towaru za każdy dzień zwłoki, oraz w przypadku dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości
4. **Dotyczy Pakietu Nr 11.** Czy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający miał na myśli w pozycji nr 1 ilość sztuk 20 i w pozycji nr 2 ilość sztuk 80, czy też na odwrót: w pozycji nr 1 ilość sztuk 80 i w pozycji nr 2 ilość sztuk 20?
5. **Dotyczy Pakietów Nr: 2, 3, 4, 5.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w wymienionych Pakietach wkrętów z gniazdem sześciokątnym zamiast wkrętów z gniazdem krzyżowym ?
6. **Dotyczy Pakietów Nr: 1 i 3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie możliwości zaoferowania wkrętów przy zachowaniu wymagań w zakresie ich długości całkowitej L oraz średnicy, zaś z nieco inną długością gwintu B – tj. zmienną, wzrastającą wraz ze wzrostem długości całkowitej według rozwiązań konstrukcyjnych przyjętych przez producenta?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 3 - 6.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płytek o nieznacznych tolerancjach ich długości, kolejno poz. 3 – 100 mm, zamiast 101 mm, poz. 4 – 116 mm zamiast 117 mm, poz. 5 – 100 mm, zamiast 101 mm, poz. 6 – 116 mm zamiast 117 mm?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 5.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drutu Kirschnera z gwintowanym końcem fi 2,5 mm/250 mm zamiast 230 mm ?
9. **Dotyczy ogólnych warunków umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę pkt 9, poprzez obniżenie kar umownych:
 - a) z 0,5% na 0,2% wartości zamówionej partii towaru za każdy dzień zwłoki (...)
 - b) z 0,5% na 0,2% wartości zamówionej partii towaru - w przypadku (...)
10. **Dotyczy ogólnych warunków umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie w pkt 11, że „Za nieterminową zapłatę należności Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe”?

11. **Dotyczy Pakietu Nr 7.** Czy, z uwagi na niewielkie roczne zapotrzebowanie gwoździ, Zamawiający odstąpi od wymogu użyczenia instrumentarium do wymienionych pozycji na rzecz dostarczania instrumentarium na zabieg?
12. **Dotyczy ogólnych warunków umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę pkt 14 na:
„(...) Zamawiający może dokonać zakupu towarów od innych Wykonawców, obciążając Wykonawcę różnicą kosztów pomiędzy jego ceną, a ceną zakupionego towaru”.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1, 2, 7 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 8 poz. 3 - 6 również płytek podporowych do bliższej nasady kości piszczelowej w kształcie litery L prawych i lewych o długościach odpowiednio: 5- otworowe – 100 mm, 6-otworowe – 116 mm.

Ad. 3, 9, 10, 12 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę dotychczasowych zapisów ogólnych warunków umowy.

Ad. 4 Zamawiający informuje, że w Pakiecie Nr 11 w pozycji nr 1 winno być 80 sztuk, natomiast poz. 2 winno być 20 sztuk.

Ad. 5 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakietach Nr: 2, 3, 4, 5 również wkretów z gniazdem sześciokątnym.

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakietach Nr 1 i 3 wkretów z inną długością gwintu niż określona w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

Ad. 8 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 9 poz. 5 również drutu Kirschnera z gwintowanym końcem fi 2,5 mm/250 mm.

Ad. 11 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów dotyczących dostarczenia instrumentarium do gwoździ oferowanych w Pakiecie Nr 7.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a