



.....

.....

Znak: AE/ZP-27-35/09

Tarnów, 2009-04-24

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawy: przewodników angioplastycznych, cewników balonowych i stentów dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

- Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający dopuści przewodniki angioplastyczne 0,014” do zabiegów wysokiego ryzyka o długości 182 i 185 cm, pokryte hydrofilnie o rdzeniu stalowym i nitynolowym? Pozostałe parametry bez zmian.
- Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe angioplastyczne do doprężania stentów o długości: 8, 12, 15, 20, 30 cm?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 przewodników angioplastycznych 0,014” do zabiegów wysokiego ryzyka o długości 182 i 185 cm, pokrytych hydrofilnie o rdzeniu stalowym i nitynolowym.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 cewników balonowych angioplastycznych do doprężania stentów o długości: 8, 12, 15, 20, 30 cm chyba, że Wykonawca miał na myśli „mm” a nie „cm”, to cewniki o długości: 8, 12, 15, 20, 30 mm spełniają wymagania Zamawiającego.

Otrzymują:

- Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
- Strona internetowa Zamawiającego
- a/a