



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-36/09

Tarnów, 2009-05-18

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 206.000 EURO na dostawy stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów z elektrodami i osprzętem dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 2 Załącznik Nr 2.2 punkt 6.** Czy Zamawiający dopuści stymulator DDDR o szerokości impulsu A/V od 0,12 – 1,5 ms?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2 Załącznik Nr 2.2 punkt 14.** Czy Zamawiający dopuści stymulator DDDR o czułości przedsionkowej od 0,18 mV?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 4 Załącznik Nr 2.4 punkt 2.** Czy Zamawiający dopuści kardiowerter – defibrylator o grubości 15 mm?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 4 Załącznik Nr 2.4 punkt 3.** Czy Zamawiający dopuści kardiowerter – defibrylator jednojamowy, który nie posiada rejestracji zapisów RR w pamięci Holtera (24 godziny), ale rejestruje dane kliniczne w sposób graficzny przez 14 ostatnich miesięcy w postaci częstości pracy serca podczas dnia i nocy, odsetka stymulacji, aktywności pacjenta, zmienności częstości pracy serca, oraz ilości epizodów VF/VT podczas dnia, jak również częstości pracy komór w czasie tych epizodów?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 4 Załącznik Nr 2.5 punkt 9.** Czy Zamawiający dopuści kardiowerter – defibrylator dwujamowy, który posiada 3 programowalne parametry wyczuwalne w kanale komorowym?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 1 stymulatora DDDR o szerokości impulsu A/V od 0,12 – 1,5 ms.

Ad. 2 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 1 stymulatora DDDR o czułości przedsionkowej od 0,18 mV.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 1 kardiowertera – defibrylatora o grubości 15 mm.

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 1 kardiowertera – defibrylatora jednojamowego, który nie posiada rejestracji zapisów RR w pamięci Holtera (24 godziny).

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 2 kardiowertera – defibrylatora dwujamowego, który posiada 3 programowalne parametry wyczuwalne w kanale komorowym.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a