



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-36/09

Tarnów, 2009-05-21

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 206.000 EURO na dostawy stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów z elektrodami i osprzętem dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

Dotyczy Pakietu Nr 3 Załącznik Nr 2.3 punkt 10. Czy Zamawiający dopuści stymulator resynchronizujący, który nie posiada funkcji podtrzymania stymulacji resynchronizującej w przypadku wystąpienia napadu migotania przedsionków?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 stymulatora resynchronizującego, który nie posiada funkcji podtrzymania stymulacji resynchronizującej w przypadku wystąpienia napadu migotania przedsionków.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a