



.....
.....
.....

Znak: AE/ZP-27-40/09

Tarnów, 2009-04-30

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawę systemu do wideoendoskopii.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznik Nr 2 Videokolonoskop pkt.13** : Prosimy o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający w parametrach zagięcia końcówki góra/dół określił to zagięcie na 180°/180°? Jednocześnie wnioskujemy o zmianę tych parametrów zagięcia końcówki góra/dół na 160°/160°.
2. **Dotyczy Załącznik Nr 2 Procesor wizyjny pkt.18** : Prosimy o uznanie za równoważną ofertę urządzenia posiadającego dwa gniazda s-video i jedno FBAS zamiast RGB, S-VHS i FBAS.
3. **Dotyczy Załącznik Nr 2 Źródło światła pkt.20** : Wnosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego oświetlenia pomocniczego w przypadku oferowania źródła światła z żarnikiem ksenonowym.
4. **Dotyczy Załącznik Nr 2** : Czy Zamawiający w punkcie 35 załącznika nr 2 – wymagane parametry techniczne dopuści zmianę zapisu z istniejącego:
„Gwarantowany czas od zgłoszenia usterki do jej usunięcia maksymalnie 7 dni roboczych”
na zapis o następującej treści:
„Gwarantowany czas od dostarczenia urządzenia do serwisu do usunięcia usterki maksymalnie 7 dni roboczych”
5. **Dotyczy ogólnych warunków umowy** : Czy Zamawiający dopuści zmianę wysokości kar umownych z wymaganych 0,5% na 0,1% wartości zamówionych urządzeń w punkcie 9 ogólnych warunków umowy?
6. **Dotyczy Załącznik Nr 2 Videogastroskop pkt.6** : Czy Zamawiający dopuści zapis ręczny tester szczelności jako wyposażenie aparatu ?
7. **Dotyczy Załącznik Nr 2 Procesor wizyjny pkt.15** : Czy Zamawiający dopuści zapis regulowana pompa – możliwość włączenia/wyłączenia pompy insuflacyjnej?
8. **Dotyczy Załącznik Nr 2 Procesor wizyjny pkt.16** : Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 1 przycisk odpowiedzialny za dwie funkcje sterujące ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1 Zamawiający nie dopuści w Załączniku Nr 2 Videokolonoskop pkt.13 zagięcia końcówki góra/dół 160°/160°.

Ad.2 Zamawiający dopuszcza również w Załączniku Nr 2 Procesor wizyjny pkt.18 urządzenie posiadające dwa gniazda s-video i jedno FBAS zamiast RGB, S-VHS i FBAS, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

- Ad.3** Zamawiający dopuszcza również w Załączniku Nr 2 Źródło światła pkt.20 zaoferowanie lamp bez oświetlenia pomocniczego w przypadku oferowania źródła światła z żarnikiem ksenonowym.
- Ad.4** Zamawiający w punkcie 35 załącznika nr 2 – wymagane parametry techniczne dopuszcza również zapis o następującej treści:
„Gwarantowany czas od dostarczenia urządzenia do serwisu do usunięcia usterki maksymalnie 7 dni roboczych”
- Ad.5** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu XIV SIWZ „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Ad.6** Zamawiający dopuści również w Załączniku Nr 2 Videogastroskop pkt 6 ręczny tester szczelności jako wyposażenie aparatu bez certyfikatu medycznego.
- Ad.7** Zamawiający podtrzymuje zapisy w Załączniku Nr 2 Procesor wizyjny pkt.15 i wymaga zaoferowania procesora wizyjnego z regulowaną pompą powietrza min 3 stopnie pracy.
- Ad.8** Zamawiający podtrzymuje zapisy w Załączniku Nr 2 Procesor wizyjny pkt.16 i wymaga zaoferowania procesora wizyjnego z dowolnym programowaniem funkcji sterujących na przyciski znajdujące się na głowicy endoskopu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

{PAGE }

