

Wymagania dla przedmiotu zamówienia określonego w Pakiecie Nr 2**UWAGA!** Oferta nie spełniająca poniższych wymagań będzie odrzucona

L.p.	Wymagane parametry	Wpisać oferowane parametry
1.	Analizator immunologiczny mogący oznaczyć parametry w Załączniku Nr 1 Pakiet Nr 2 pozycje nr 1 - 11	
2.	Analizator bezigłowy co całkowicie wyeliminuje kontaminację	
3.	Analizator niepotrzebujący codziennych procedur płuczaco-myjaco-konserwacyjnych	
4.	Analizator gotowy do pracy 24 h/dobę	
5.	Deklaracja zgodności CE dla oferowanego systemu	
6.	W dzierżawie uwzględniono koszty wpięcia analizatora do sieci oprogramowania laboratoryjnego ABG-system, w tym dostarczenie zestawu komputerowego jeżeli będzie niezbędny do wpięcia analizatora do sieci oprogramowania	
7.	Możliwość wykonania w jednym czasie co najmniej 5 różnych parametrów	
8.	Miejsce na wykonanie w jednym czasie co najmniej 30 badań	
9.	Dostarczenie wraz z systemem metodyki oznaczeń w języku polskim, karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w języku polskim oraz instrukcje obsługi analizatora	
10.	Kompletne zestawy odczynnikowe zawierające kontrole i kalibratory	
11.	Możliwość wykonania testów na Hbe Ag i Anty Hbe z jednego zestawu	
12.	Ilościowy test na Anty-HbC IgM	
13.	Ilościowy test do oznaczania prokalcytoniny - oznaczenie ilościowe na licencji Brms	
14.	Podtrzymywanie zasilania - UPS, w komplecie z analizatorem	
15.	Otwarcie zestawu odczynnikowego nie może skracać jego terminu przydatności	
16.	Serwis techniczny na okres obowiązywania umowy wliczony w dzierżawę: czas naprawy - do 48 godzin od zgłoszenia awarii, czas wymiany na inny aparat - do 72 godzin, obejmujący naprawy i przeglądy za wyjątkiem części zużywalnych wyszczególnionych w ofercie w Załączniku Nr 1	
17.	Gwarantowany okres ważności odczynników od daty dostawy - min. 6 miesięcy	
18.	Dostaw analizatora do 4 tygodni od daty podpisania umowy	
19.	Zapewnienie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty