



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-44/09

Tarnów, 2009-05-28

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 206 000 EURO na dzierżawę analizatorów do badań laboratoryjnych z krwi i moczu wraz z dostawami odczynników, materiałów wzorcowych, kontrolnych, eksploatacyjnych do analizatorów, niezbędnych do wykonywania badań

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Zamawiający wprowadza zmiany do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

W Załączniku Nr 2.3 do SIWZ :
było :

AE/ZP-27-44/09

Załącznik Nr 2.3

Wymagania dla przedmiotu zamówienia określonego w Pakiecie Nr 3

UWAGA! Oferta nie spełniająca poniższych wymagań będzie odrzucona

L.p.	Wymagane parametry	Wpisać oferowane parametry
1.	Wydajność 600 oznaczeń/ godzinę	
2.	Odczyt 10 parametrów fizyko-chemicznych moczu	
3.	Możliwość wydruku w wybranych jednostkach	
4.	Pamięć min. 1000 wyników	
5.	Kontrola jakości - pamięć min. 300 wyników	
6.	Flagowanie wyników	
7.	Automatyczne wykrywanie zabarwienia próbki	
8.	Możliwość wyboru barwy moczu	
9.	Kompensacja własnego zabarwienia moczu	
10.	Możliwość wyboru klarowności moczu	
11.	Automatyczne usuwanie zużytych pasków	
12.	Gwarantowany okres ważności: testów, materiałów kontrolnych i innych niezbędnych do wykonania badań – 6 miesięcy od daty dostawy	
13.	Możliwość automatycznego wprowadzania wyników oceny mikroskopowej osadu moczu	

14.	Oznaczanie w oparciu o 10 parametry pasiek, w którym pola testowe zabezpieczone są siateczką winylową	
15.	Praca z wykorzystaniem pasiek charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wyniki - podać nazwę zastosowanej substancji	
16.	Zapewnienie kontroli jakości w zakresie analiz moczu	
17.	Czytnik z dotykowym ekranem ciekłokrystalicznym	
18.	Możliwość podłączenia do komputera - dwukierunkowa transmisja danych	
19.	Zapewnienie możliwości pracy w laboratoryjnym systemie informatycznym (licencja, interface)	
20.	Możliwość podłączenia czytników barkodów	
21.	Kalibracja nie częściej niż raz na 4 tygodnie	
22.	W zestawie z analizatorem UPS	
23.	Odczynniki i materiały kontrolne z terminem ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy	
24.	Dostawa analizatora wraz z osprzętem - do 2 tygodni od daty podpisania umowy	
25.	Wliczony w dzierżawę serwis techniczny: czas naprawy - do 24 godzin od zgłoszenia awarii, czas wymiany na inny aparat - do 72 godzin, i aplikacyjny	

winno być :

AE/ZP-27-44/09

Załącznik Nr 2.3

Wymagania dla przedmiotu zamówienia określonego w Pakiecie Nr 3

UWAGA! Oferta nie spełniająca poniższych wymagań będzie odrzucona

L.p.	Wymagane parametry	Wpisać oferowane parametry
1.	Wydajność nie mniej, niż 400 oznaczeń/ godzinę	
2.	Odczyt 10 parametrów fizyko-chemicznych moczu	
3.	Możliwość wydruku w wybranych jednostkach	
4.	Pamięć min. 1000 wyników	
5.	Kontrola jakości - pamięć min. 300 wyników	
6.	Flagowanie wyników	
7.	Automatyczne wykrywanie zabarwienia próbki	
8.	Możliwość wyboru barwy moczu	
9.	Kompensacja własnego zabarwienia moczu	

10.	Możliwość wyboru klarowności moczu	
11.	Automatyczne usuwanie zużytych pasków	
12.	Gwarantowany okres ważności: testów, materiałów kontrolnych i innych niezbędnych do wykonania badań – 6 miesięcy od daty dostawy	
13.	Możliwość automatycznego wprowadzania wyników oceny mikroskopowej osadu moczu	
14.	Praca z wykorzystaniem pasków 10-parametrowych charakteryzujących się eliminacją wpływu (interferencji) kwasu askorbinowego na wyniki w polach testowych: glukozy i hemoglobiny – podać nazwę zastosowanej substancji i formę zabezpieczenia	
15.	Zapewnienie kontroli jakości w zakresie analiz moczu	
16.	Dotykowy ekran ciekłokrystaliczny	
17.	Możliwość podłączenia do komputera	
18.	Dwukierunkowa transmisja danych	
19.	Zapewnienie możliwości pracy w laboratoryjnym systemie informatycznym (licencja, interface)	
20.	Możliwość podłączenia czytników bar kodów	
21.	Kalibracja nie częściej niż raz na 4 tygodnie	
22.	W zestawie z analizatorem - UPS	
23.	Dostawa analizatora wraz z osprzętem - do 2 tygodni od daty podpisania umowy	
24.	Wliczony w dzierżawę serwis techniczny: czas naprawy - do 24 godzin od zgłoszenia awarii, czas wymiany na inny aparat - do 72 godzin, i aplikacyjny	

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego
2. a/a