

Wymagania dla przedmiotu zamówienia określonego w Pakiecie Nr 1**UWAGA!** Oferta nie spełniająca poniższych wymagań będzie odrzucona

L.p.	Wymagane parametry	Wpisać oferowane parametry
1.	Minimalna wydajność 90 oznaczeń/ godzinę	
2.	Całkowicie zautomatyzowany pomiar 25 parametrów morfologii z różnicowaniem WBC na 5 populacji leukocytów, możliwość oznaczania retikulocytów	
3.	Pomiar krwinek w stanie natywnym, bez dodatkowego barwienia	
4.	Możliwość pracy w systemie otwartym i zamkniętym	
5.	Zastosowanie dwóch niezależnych metod pomiaru leukocytów: optyczna, impedancyjna	
6.	Co najmniej dwa rodzaje odczynników kompatybilnych z analizatorem CellDyn 1700, którego właścicielem jest Zamawiający. W przypadku rozbieżności odczynników do analizatora będącego własnością szpitala i analizatora dzierżawionego należy zaoferować odczynniki do obu aparatów	
7.	Termin ważności odczynników - min. 6 miesięcy od daty dostawy, z wyjątkiem krwi kontrolnej dla której wymagany okres ważności wynosi min. 3 miesiące od daty dostawy	
8.	Automatyczne monitorowanie obecności wszystkich odczynników i poziomów zlewek	
9.	Zakresy norm drukowane na wynikach	
10.	W zestawie z analizatorem: komputer - baza danych o pojemności min. 10 000 wyników (wraz z danymi o pacjencie: nazwiskiem, oddziałem szpitalnym, skategramami), kolorowy monitor, UPS	
11.	Wbudowany zintegrowany z aparatem, automatyczny program kontroli jakości oparty na regułach Westgarda, stosujący wykresy Levey-Jenningsa, oraz program średniej ruchomej X-B	
12.	Analizator posiadający pamięć kontroli hematologicznych	
13.	Kontrole hematologiczne- kwartalne, umożliwiające udział w zewnętrznej międzynarodowej kontroli jakości ORAZ - kontrola międzynarodowa 8 parametrów z Randox System przez okres obowiązywania umowy	
14.	Barkodowe identyfikowanie próbek	
15.	Zewnętrzna drukarka umożliwiająca wydruk wyników wraz z histogramami	
16.	Możliwość elektronicznego przenoszenia danych kontroli hematologicznych z dyskietki do aparatu	
17.	Pomiar hemoglobiny w oparciu o metodę referencyjną-fotokolorymetryczną	
18.	Płynne progi dyskryminacyjne	
19.	Automatyczny podajnik próbek - pojemność przy jednorazowym załadunku minimum 100 probówek wraz z czytnikiem kodów paskowych	
20.	Mieszadło wbudowane w analizator, przygotowujące krew tuż przed jej analizą	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

21.	W zestawie z analizatorem (w celu zapewnienia możliwości przygotowania materiału do obróbki hemaologicznej) : mieszkadło hematologiczne - rolkowe, sumator hematologiczny, wirówka laboratoryjna	
22.	Podłączenie analizatora do sieci oprogramowania laboratoryjnego ABG - dwukierunkowy interfejs z możliwością przesyłania i drukowania na wynikach skatogramów	
23.	Dostawa analizatora wraz z osprzętem - do 2 tygodni od daty podpisania umowy	
24.	Wliczony w dzierżawę serwis do 24 godzin od zgłoszenia awarii w odniesieniu do obu analizatorów (oddawanego w dzierżawę Zamawiającemu jak i będącego własnością Zamawiającego), w tym ewentualne przekalibrowanie aparatu będącego własnością Szpitala, w przypadku nieskutecznej naprawy czas wymiany na inny aparat (analizatora dzierżawionego) - do 72 godzin	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty