

Wymagania dla przedmiotu zamówienia określonego w Pakiecie Nr 4**UWAGA!** Oferta nie spełniająca poniższych wymagań będzie odrzucona

L.p.	Wymagane parametry	Wpisać oferowane parametry
1.	Wykonywanie oznaczeń z probówek z EDTA stosowanych do oznaczania morfologii	
2.	Automatyczny odczyt wyników w czasie 20 sekund	
3.	Metoda pomiaru absorbancji w podczerwieni z zastosowaniem mikrofotometru	
4.	Możliwość wstawienia do 20 probówek	
5.	Pomiar w 150 µl próbki	
6.	Możliwość kalibracji przy użyciu materiału lateksowego	
7.	Automatyczne mycie aparatu	
8.	Możliwość oznaczania próbek nawet po 48 h od pobrania	
9.	Brak wpływu hematokrytu na wyniki	
10.	Kontrole lateksowe na 3 poziomach	
11.	Gwarantowany okres ważności: testów, materiałów kontrolnych i innych niezbędnych do wykonania badań – 6 miesięcy od daty dostawy	
12.	Zapewnienie możliwości pracy w laboratoryjnym systemie informatycznym (licencja, interface)	
13.	Dostawa analizatora wraz z osprzętem - do 2 tygodni od daty podpisania umowy	
14.	Wliczony w dzierżawę serwis: czas naprawy - do 24 godzin od zgłoszenia awarii, czas wymiany na inny aparat - do 72 godzin	

.....
 Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty