

Wymagania dla przedmiotu zamówienia określonego w Pakiecie Nr 5**UWAGA!** Oferta nie spełniająca poniższych wymagań będzie odrzucona

L.p.	Wymagane parametry dla:	Wpisać oferowane parametry
	ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH - BACK-UP	
1.	Parametry mierzone: pH, PO ₂ , pCO ₂	
2.	Parametry wyliczane: HCO ₃ akt, HCO ₃ std, BE (ecf), BE(B), O ₂ SAT, O ₂ ct	
3.	Opragrawowanie w języku polskim	
4.	Możliwość manualnego przesuwu próbki w torze pomiarowym	
5.	Bezobsługowe czujniki elektrodowe pO ₂ , pCO ₂	
6.	Gazy kalibracyjne dostarczane w butlach	
7.	Detektor pęcherzyków powietrza	
8.	Krótki czas kalibracji - 1-punktowa do 2 minut, 2-punktowa do 3,5 minut	
9.	Wbudowana drukarka	
10.	Krótki czas pomiaru - maksymalnie do 40 sekund	
11.	Zwarta budowa, małe gabaryty	
12.	Widoczny tor pomiarowy	
13.	Aparat wykorzystujący takie same odczynniki, materiały kontrolne i zużywalne co system główny, tj. posiadany przez Zamawiającego analizator RL 248	
14.	Dostawa analizatora wraz z osprzętem - do 2 tygodni od daty podpisania umowy	
	ODCZYNNIKÓW I INNYCH MATERIAŁÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA BADAŃ	
1.	Wszystkie odczynniki, materiały kontrolne i materiały zużywalne od jednego producenta	
2.	Posiada pisemne oświadczenie producenta aparatu, że oferowane odczynniki nie zaburzają toru pomiarowego aparatu (oświadczenie przedstawi na każde żądanie Zamawiającego)	
3.	Posiada pisemne oświadczenie producenta, że odczynniki nie powodują utraty gwarancji elektrod (oświadczenie przedstawi na każde żądanie Zamawiającego)	

.....
 Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wymagane parametry dla:	Wpisać oferowane parametry
4.	Gwarancja na elektrody - przynajmniej w takim zakresie jaką daje producent analizatora RL 248 (zgodnie z okresem podanym w Załączniku Nr 1)	
5.	Udokumentowana walidacja odczynników na danym aparacie (dokument lub oświadczenie przedstawi na każde żądanie Zamawiającego)	
6.	Odczynniki posiadające aplikację na aparat RL 248	
7.	Odczynniki nie wymagające dodatkowej walidacji, bądź w ofercie należy uwzględnić odczynniki i materiały eksploatacyjne konieczne do przeprowadzenia walidacji metod (wyliczenie współczynników zmienności w serii jednoczesnej lub/i badanie na metrykowanym materiale kontrolnym, również uwzględnionym w ofercie. Współczynniki zmienności metody po walidacji powinny być co najwyżej takie, jakie dopuszczone są przez producenta aparatu w instrukcji obsługi.	
8.	Gwarantowany okres ważności: odczynników, materiałów kontrolnych i innych niezbędnych do wykonania badań – 6 miesięcy od daty dostawy (chyba, że Zamawiający podał inny termin w Załączniku Nr 1 do SIWZ - Formularzu Cenowym)	
9.	Ulotki oferowanych odczynników i karty substancji niebezpiecznych w języku polskim, będą dostarczone Zamawiającemu na każde żądanie	
10.	Oferowany asortyment odczynników i innych materiałów niezbędnych do wykonania badań zgodny z instrukcją obsługi posiadanego analizatora RL 248	
	SERWISU	
1.	Autoryzowany serwis analizatora RL 248 lub pisemne oświadczenie od producenta aparatu o odbytych szkoleniach na aparacie RL 248	
2.	Wliczony w dzierżawę serwis oferowanego analizatora i analizatora będącego własnością Szpitala: czas naprawy - do 48 godzin od zgłoszenia awarii	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty