

Wymagania dla przedmiotu zamówienia określonego w Pakiecie Nr 6**UWAGA!** Oferta nie spełniająca poniższych wymagań będzie odrzucona

L.p.	Wymagane parametry dla:	Wpisać oferowane parametry
	Oznaczeń metodą Elisa	
1.	Materiały kalibracyjne i kontrolne w zestawach odczynnikowych	
2.	Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy	
3.	Instrukcja prowadzenia badań w języku polskim	
4.	Opinia Państwowego Zakładu Higieny dotycząca testu, którą przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
	Borrelia Burgdorferii - testy potwierdzenia Western Blot w klasach IgG i IgM	
1.	Materiały kontrolne naniesione na prążek testowy w zestawach odczynnikowych	
2.	Prążek próby słabododatniej (cut off)	
3.	Termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy od daty dostawy	
4.	Instrukcja prowadzenia badań w języku polskim	
5.	W opakowaniach minimum 25 testów	
6.	Testy do ilościowego i półilościowego oznaczania przeciwciał w ludzkiej surowicy, osoczu i płynie mózgowo-rdzeniowym	
7.	Test Borrelia IgG oparty na połączeniu antygenu rekombinowanego Borrelia burgdorferi VisE i mieszaniny antygenów naturalnych (wysokie swiętego lizatu) trzech gatunków Borrelia (burgdorferi, afzelii, garinii)	
8.	Test Borrelia IgG oparty na połączeniu antygenu rekombinowanego 14 kD i antygenu naturalnego OspC	
9.	W przypadku Borrelia IgM roztwór rozcieńczający musi zawierać pochłaniacz czynnika reumatoidalnego RF	
10.	Wysoka czułość i swoistość testu	
	Oznaczeń metodą Elisa i Borrelia Burgdorferii - testy potwierdzenia Western Blot w klasach IgG i IgM	
7.	Zarówno testy do oznaczeń metodą Elisa jak i test potwierdzenia Western Blot Borrelia IgG, IgM muszą pochodzić od tego samego producenta	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty