



ANES-MED Sp. z o.o.
PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNIKI MEDYCZNEJ

Warszawa, dnia 20-05-2009 roku

Sygnatura: PDAW000120052009[0121-P-2009]

Zamawiający:

Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie
ul. Szpitalna 13
33-100 Tarnów
Nr fax.: 0146310337

Protestujący:

Przedsiębiorstwo Techniki Medycznej „ANES-MED” Sp. z o.o.
01-381 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 44
Tel.: +48 (022) 213 83 97, Fax.: +48 (022) 211-12-61
Poczta elektroniczna: przetargi@anesmed.pl

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę aparatów do znieczulania z monitorem funkcji życiowych pacjenta” Znak: AE/ZP-27-47/09

PROTEST

Działając na podstawie art. 180 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, Wykonawca, firma P.T.M. ANES – MED Sp. z o.o., składa protest wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania, polegających w szczególności na:

1. sporządzeniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, poprzez określenie parametrów granicznych niezgodnie z zasadami uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.

Czynnościom zamawiającego zarzucamy w szczególności:

Naruszenie przepisu art. 7 ust. 1 w związku z niedopełnieniem wymogów art. 29 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, poprzez nie zapewnienie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, w związku z określeniem parametrów granicznych w Załączniku nr 2 w sposób, który prowadzi do ograniczenia liczby potencjalnych Wykonawców.

Siedziba Spółki:
Przedsiębiorstwo Techniki Medycznej ANES-MED Sp. z o.o.
01-381 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 44
CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA: +48 022 213 83 97
WEB: www.anesmed.pl, mail to: anesmed@anesmed.pl
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000157345, REGON: 012110708, NIP: 521-29-04-683;
Kapitał zakładowy: 250.000,00 PLN

P.T.M. Anes-Med Sp. z o.o.

PROKURENT
Dariusz Wiczorek
-1.6.78.81-



Laureaci Solidna Firma 2007



ANES-MED Sp. z o.o.
PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNIKI MEDYCZNEJ

Nieuzasadnione względami klinicznymi parametry graniczne określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia bezzasadnie ograniczają zakres wykonawców, którzy posiadają organizacyjne i finansowe podstawy pozwalające na realizację zamówienia.

Na skutek powyższych czynności Zamawiającego interes prawny Protestującego w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku. W przypadku prawidłowego działania Zamawiającego Protestujący mógłby ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, gdyż spełnia wymogi przewidziane ustawą Prawo zamówień publicznych, a w skutek niezgodnych z ustawą działań Zamawiającego traci możliwość złożenia oferty w postępowaniu.

Powyższe niezbiecie dowodzi naruszenia interesu prawnego Protestującego w uzyskaniu zamówienia i stanowi wystarczającą przesłankę do skorzystania przez Protestującego ze środków ochrony prawnej przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

UZASADNIENIE

Podstawowymi zasadami udzielania zamówień publicznych są zasady wyrażone w art. 7 Ustawy, tj. zasada uczciwej konkurencji oraz zasada równego traktowania wykonawców. Rozwinięciem zasady uczciwej konkurencji są przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), a także przepisy ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r., Nr 50, poz. 331 ze zm.). Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża ono lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta (art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Czynem nieuczciwej konkurencji jest m.in. utrudnianie dostępu do rynku (art. 15 ust. 1 pkt.1).

Protestujący w dniu 19-05-2009 powziął wiadomość o opublikowaniu przez Zamawiającego specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy na dostawę aparatów do znieczulania z monitorem funkcji życiowych pacjenta. Protestujący w toku oceny ogłoszenia oraz SIWZ stwierdził, iż parametry graniczne wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnoszące się do parametrów jakimi powinien charakteryzować się oferowany aparat do znieczuleń, umożliwiają złożenie oferty nie podlegającej odrzuceniu tylko jednemu wykonawcy, **faworyzując firmę Life-med**, jedynego przedstawiciela firmy SPACELABS (BLEASE) w Polsce, co jest sprzeczne z wyżej wymienionymi

Siedziba Spółki:
Przedsiębiorstwo Techniki Medycznej ANES-MED Sp. z o.o.
01-381 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 44
CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA: +48 022 213 83 97
WEB: www.anesmed.pl, mail to: anesmed@anesmed.pl
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000157345, REGON: 012110908, NIP: 521-29-04-683;
Kapitał zakładowy: 250.000,00 PLN

P.T.M. Anes-Med Sp. z o.o.

PROKURENT
Dariusz Wiczorek
-1.6.78.81-



Laureat Solidna Firma 2007

solidna firma 2007




ANES-MED Sp. z o.o.
PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNIKI MEDYCZNEJ

zasadami, do stosowania których zobowiązany jest Zamawiający. Tak sformułowane wymagania uniemożliwiają zarówno uczciwą konkurencję jak i dostęp do tego zamówienia potencjalnym wykonawcom posiadającym niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponującym potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Obowiązki, jakie wynikają z przepisów art. 7 i art. 29 ustawy PZP, odnoszą się do Zamawiającego. Z przepisów tych wynika wprost, że przedmiot zamówienia musi być opisany w sposób obiektywny, a co za tym idzie, z pominięciem wszelkich sformułowań i parametrów technicznych, które wskazywałyby na konkretny wyrób czy Wykonawcę. Kierowanie się innymi kryteriami jest niedopuszczalne. Podnoszone często przez Zamawiających argumenty, że przyjęte w opisie przedmiotu zamówienia kryteria oceny ofert mają doprowadzić do zakupu produktu, który zapewni Zamawiającemu maksymalną użyteczność, należy poddać w wątpliwość. Tego typu działania prowadzą w przeważającej większości postępowań do wskazania preferowanego towaru czy wykonawcy, nie mając uzasadnienia klinicznego oraz ekonomicznego. Należy zwrócić uwagę, iż preferowany sprzęt medyczny jest zazwyczaj droższy od urządzeń mających podobne parametry, oferowanych przez innych wykonawców. Prowadzi to do naruszenia podstawowych zasad określonych przepisami prawa, w tym zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych w rozdziale II. Z orzecznictwa jasno wynika, iż „wymagania muszą mieć walor istotnych, znaczących dla przedmiotu, nie mogą mieć charakteru subiektywnych, albo więcej - zmierzających do wyeliminowania niektórych podmiotów, bądź wyrażać preferencji dla konkretnego przedmiotu” (ZA UZP, dn. 24.08.2007r. sygn. UZP/ZO/0-1045/07).

Zespół Arbitrów UZP w dniu 18-12-2003r., w sprawie sygn. akt UZP/ZO/0-2098/03 ZPO 2004/4/15 orzekł co następuje: „nie można (...) mówić o jednakowym traktowaniu wszystkich oferentów lub zachowaniu zasad uczciwej konkurencji, jeżeli przedmiot zamówienia określony jest w sposób wskazujący na konkretny produkt, przy czym produkt ten nie musi być nazwany przez Zamawiającego”. Ponadto, zgodnie z orzeczeniem Zespołu Arbitrów z dnia 30-12-2003r., sygn. akt UZP/ZO/0-2185/03 ZPO 2004/4/16, „zarzut naruszenia zasady uczciwej konkurencji ma rację bytu wówczas, gdy zapisy specyfikacji są określone w sposób, który z góry eliminuje z postępowania dostawców nie związanych umowami z jednym producentem”.

Należy podkreślić, iż zgodnie z orzeczeniem Zespołu Arbitrów z dnia 2 czerwca 2005r. (sygn. akt UZP/ZO/0-1149/05) „należy zwrócić uwagę, że w świetle tego przepisu nie jest konieczne wykazanie faktycznego utrudnienia uczciwej konkurencji. Aby zanegować opis dokonany przez Zamawiającego, wystarczy, że zostanie to uprawdopodobnione” (także M. Plużański Prawo Zamówień Publicznych Komentarz, Wyd. CH Beck Warszawa 2005, s. 136).

P.T.M. Anes-Med Sp. z o.o.



PROKURENT
Dariusz Wiczorek
-1.6.78.81-

Siedziba Spółki:
Przedsiębiorstwo Techniki Medycznej ANES-MED Sp. z o.o.
01-381 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 44
CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA: +48 022 213 83 97
WEB: www.anesmed.pl, mail to: anesmed@anesmed.pl
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000157345, REGON: 012110908, NIP: 521-29-04-683;
Kapitał zakładowy: 250.000,00 PLN



Laureat Solidna Firma 2007

solidna
firma 2007



ANES-MED Sp. z o.o.
PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNIKI MEDYCZNEJ

Wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia parametry graniczne naruszają zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Zapisy Załącznika Nr 2 powodują, iż oczekiwane parametry techniczne są podporządkowane konkretnym urządzeniom produkowanym przez konkretnych producentów. Wskazane przez Zamawiającego parametry graniczne łącznie może spełnić jedynie aparat Sirius firmy SPACELABS-BLEASE reprezentowanej na rynku polskim przez firmę Life-med. **„Zamawiający winien unikać wszelkich sformułowań i parametrów, które by wskazywały na konkretne urządzenie lub konkretnego producenta. Trudno mówić o zachowaniu zasad uczciwej konkurencji, gdy przedmiot zamówienia określany jest w sposób wskazujący na konkretne urządzenie, przy czym wystarczy, że wymogi i parametry dla przedmiotu zamówienia określone są tak, aby mógł je spełnić tylko jeden wykonawca lub konkretny produkt”** (za „Analiza orzeczeń zespołów arbitrów”, Wyd. Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2006, str.80).

Podkreślenia wymaga, iż żaden inny z aparatów do znieczuleń oferowany na rynku polskim nie spełnia jednocześnie wszystkich wymaganych parametrów technicznych opisanych w Załączniku. Parametry graniczne określone przez Zamawiającego należy rozpatrywać jako całość, nie zaś jak niezależne parametry. Poniżej przedstawiamy przykładowe parametry zawarte w SIWZ, których nie spełniają aparaty innych firm oferujących sprzęt medyczny tego typu.

- 1) Tryby wentylacji
 - SIMV z jednoczesnym wspomaganie ciśnienia PS
- 2) Regulacje
 - Regulacja ciśnienia PEEP min. 3-20 hPa
- 3) Alarmy
 - Alarm podciśnienia w układzie pacjenta
 - Alarm błędnego ciśnienia PEEP
- 4) Monitor parametrów życiowych pacjenta
 - Monitor modułowy, moduły sprzętowe. Kolorowy ekran LCD TFT wysokiej jakości o przekątnej min. 10,4", o rozdzielczości dostosowanej do wielkości monitora
- 5) EKG
 - Monitorowanie przy użyciu 3 i 5 lub 10 elektrod. Na wyposażeniu przewody EKG 3-odprowadzeniowe

Powyższe zestawienie dowodzi, iż opis przedmiotu zamówienia narusza zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców uniemożliwiając złożenie oferty protestującemu oraz innym wykonawcom oferującym wysokiej klasy aparaty do znieczuleń.

P.T.M. Anes-Med Sp. z o.o.

PROKURENT
Dariusz Wiecezorek
-1.6.78.81-

Siedziba Spółki:
Przedsiębiorstwo Techniki Medycznej ANES-MED Sp. z o.o.
01-381 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 44
CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA: +48 022 213 83 97
WEB: www.anesmed.pl, mail to: anesmed@anesmed.pl
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000157345, REGON: 012110908, NIP: 521-29-04-683;
Kapitał zakładowy: 250.000,00 PLN



Łatwe i Solidne Firmo 2007

solidna
firma 2007