



.....

.....

Znak: AE/ZP-27-47/09

Tarnów, 2009-05-21

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawę aparatów do znieczulenia z monitorem funkcji życiowych pacjenta.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznik Nr 2 Tryby wentylacji pkt.6** : Czy Zamawiający dopuści standardowy tryb SIMV bez wspomaganie ciśnieniem PS?
2. **Dotyczy Załącznik Nr 2 pkt.16** : Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie dwóch butli na wydzieliny o łącznej pojemności 1,4l ?
3. **Dotyczy załącznik Nr 2 pkt. Alarmy pkt.3** : Czy Zamawiający dopuści realizację alarmów niskiej i wysokiej częstotliwości oddechów w monitorze funkcji życiowych dostarczonym z aparatem ?
4. **Dotyczy załącznik Nr 2 pkt. Alarmy pkt.6** : Czy Zamawiający dopuści aparat bez funkcji alarmu bezdechu podczas wentylacji ręcznej ?
5. **Dotyczy załącznik Nr 2 pkt. Pomiary pkt.2,6,7** : Czy Zamawiający dopuści aparat bez tzw. modułu spirometrycznego prezentującego objętości wdechowe i wydechowe, wyświetlającego podatność i pętle oddechowe ?
6. Czy Zamawiający oczekuje, aby aparat był wyposażony w funkcję informującą o aktualnym zużyciu środków wziewnych?
7. Czy Zamawiający oczekuje, aby test funkcjonalności aparatu przeprowadzany był całkowicie automatycznie ?
8. Czy Zamawiający oczekuje, aby po zaniku napięcia sieciowego i zaniku dopływu świeżych gazów, można było kontynuować wentylację mechaniczną ?
9. Czy aparat ma być wyposażony we wbudowany moduł gazowy HLM?
10. **Dotyczy załącznik Nr 2 - Inne wymagania pkt. 1** Prosimy o sprecyzowanie terminu dostawy urządzenia. W SIWZ Zamawiający wymaga dostawy do 21 dni od daty obowiązywania umowy, natomiast w tabelce wymaganych parametrów technicznych – 28.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

- Ad.1 Dotyczy Załącznik Nr 2 Tryby wentylacji pkt.6** - Zamawiający nie dopuści standardowego trybu SIMV bez wspomaganie ciśnieniem PS.
- Ad.2 Dotyczy Załącznik Nr 2 pkt.16** – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dwóch butli na wydzieliny o łącznej pojemności 1,4l .
- Ad.3 Dotyczy załącznik Nr 2 pkt. Alarmy pkt.3** - Czy Zamawiający nie określił w SIWZ miejsca realizacji alarmów niskiej i wysokiej częstotliwości oddechów. Zamawiający





dopuszcza realizację alarmów niskiej i wysokiej częstotliwości oddechów w monitorze funkcji życiowych dostarczonym z aparatem.

Ad.4 Dotyczy załącznik Nr 2 pkt. Alarmy pkt.6 – Zamawiający nie dopuści aparatu bez funkcji alarmu bezdechu w trybie ręcznej wentylacji. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ „ALARMY” pkt 6.

Ad.5 Dotyczy załącznik Nr 2 pkt. Pomiary pkt. 2, 6, 7 - Zamawiający nie dopuści aparatu bez tzw. modułu spirometrycznego prezentującego objętości wdechowe i wydechowe, wyświetlającego podatność i pętle oddechowe. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w punkcie 2, 6 i 7 „Pomiary” (w aparacie lub monitorze).

Ad.6 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, aby aparat był wyposażony w funkcję informującą o aktualnym zużyciu środków wziewnych.

Ad.7 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, aby test funkcjonalności aparatu przeprowadzany był całkowicie automatycznie.

Ad.8 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, aby po zaniku napięcia sieciowego i zaniku dopływu świeżych gazów, można było kontynuować wentylację mechaniczną.

Ad.9 Zamawiający nie wymaga, aby aparat wyposażony był we wbudowany moduł gazowy HLM.

Ad.10 Dotyczy załącznik Nr 2 - Inne wymagania pkt. 1 - Zamawiający wymaga, aby termin dostawy urządzenia wynosił 21 dni. Zamawiający wprowadza zmiany do zapisu w Załączniku Nr 2 „Inne wymagania” punkt 1, który otrzymuje brzmienie: Dostawa urządzenia w terminie 21 dni od daty obowiązywania umowy.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, działając na podstawie art.12a oraz art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany ogłoszenia oraz zmiany w treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jednocześnie w związku z wprowadzonymi zmianami treści ogłoszenia oraz zmianami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przedłuża termin składania ofert na :

- składanie ofert do dnia 26.05.2009r godz. 10:00

- otwarcie ofert w dniu 26.05.2009r godz. 11:00

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

