



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-48/09

Tarnów, 2009-05-25

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawy: dializatorów, linii tętniczo-żylnych i cewników dwukanałowych do hemodializ dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.**

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie dializatorów niskoprzepływowych mokrych?
2. **Dotyczy ogólnych warunków umowy.** Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na: „W przypadku nie wykonania zamówienia przez Wykonawcę z jego winy, Zamawiającemu przysługuje zwrot różnicy kosztów wynikających z zakupu towaru u innego Wykonawcy”.
3. **Dotyczy ogólnych warunków umowy.** Prosimy o wyjaśnienie ogólnych warunków umowy – SIWZ: w paragrafie 4 prosimy dopisać Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji:
 - a) istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy
 - b) zmiana cen urzędowych lub wiążąco ustalanych przez właściwe władze.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 dializatorów niskoprzepływowych mokrych.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów **pkt XV SIWZ** dotyczącego ogólnych warunków umowy w brzmieniu zaproponowanym przez Wykonawcę. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu z punktu 3 a), a w odniesieniu do pkt 3b) podtrzymuje odpowiedni zapis z pkt XV.4 i 5 SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a