



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-49/09

Tarnów, 2009-05-28

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na artykułów medycznych (m.in. kaniuli, igieł, strzykawek, przyrządów do przetoczeń, przyrządów do pobierania płynu infuzyjnego, układów oddechowych) dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

- 1. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1, 2 i 3 :** Czy Zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera zawierające : cewnik wykonany z poliuretanu, z miękką stożkową końcówką, kontrastujący w promieniach Rtg co umożliwia identyfikację położenia, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock, niezintegrowany łącznik „Y” z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez rozłączenia strzykawki; skalpel; igłę wprowadzającą, trzyczęściową strzykawkę 5 ml, prowadnicę drucianą z elastyczną końcówką „J”; rozszerzało, ruchome skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą; koreczki z portami igłowymi; naklejki identyfikacyjne?
- 2. Dotyczy Pakietu Nr 10 :** Prosimy o doprecyzowanie , czy Zamawiający stawia wymóg tytanu tylko dla komory, pozostawiający dowolność w zakresie materiału na kołnierz portu, czy też będzie wymagał, aby cały port wykonany był z tytanu?
- 3. Dotyczy Pakietu Nr 10 i 11 :** Czy Zamawiający dopuści do przetargu port z cewnikiem ze specjalnego materiału na bazie poliuretanu (posiadającego właściwości poliuretanu podczas wprowadzenia cewnika i mięknącego pod wpływem temperatury ciała – zbliżając się właściwościami do silikonu) ? Cewnik ma średnicę wewn. 1,0 mm a zewn. 1,9mm oraz długość 76 cm.
- 4. Dotyczy Pakietu Nr 1 :** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kaniuli w poz.2 22G/25mm/0,8mm, w poz.3 20G/32-33mm/1,0mm, w poz.4 kaniuli 18G/32-45mm/1,2mm, w poz.6 16G/45mm/1,7mm.
- 5. Dotyczy Pakietu Nr 1 :** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie kaniuli gdzie oznaczenie rozmiaru wyrażone jest w formacie ROZMIAR : G x dł w calach, Średnica x dł w mm, przykładowo dla 17G ROZMIAR : 17Gx1 3/4” 1,5x45mm
- 6. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.1-6 :** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do przetargu kaniuli bez zastawki jednokierunkowej.
- 7. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.1 :** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do przetargu Kaniuli 24G 0,72mm x 19mm.
- 8. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz.1 :** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie pozycji 1 zawierającej strzykawkę insulinowe w jeden osobny pakiet lub umożliwienie złożenia oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego pakietu.

- 9. Dotyczy Pakietu Nr 10 :** Czy Zamawiający dopuści port tytanowy z obudową z tworzywa (polioxymetylen) z oznakowanym co 1 cm cewnikiem silikonowym o wymiarach 1,02 x 2,16 mm (7F) o długości 600 mm fabrycznie połączonym z portem i zestawem wprowadzającym jak w SIWZ ?
- 10. Dotyczy Pakietu Nr 11 :** Czy Zamawiający dopuści port tytanowy z obudową z tworzywa (polioxymetylen) z oznakowanym co 1 cm cewnikiem silikonowym o wymiarach 1,02 x 2,16 mm (7F) o długości 600 mm do połączenia z portem i zestawem wprowadzającym jak w SIWZ ?
- 11. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz.1 :** Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć lędźwiowych w rozmiarze 22G/0,7mm/50mm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?
- 12. Dotyczy Pakietu Nr 14 poz.1 :** Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania płynu infuzyjnego z butelek z filtrem 0,1 µm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?
- 13. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz.8 :** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w pozycji 8 igły iniekcyjnej 25G 0,5 x 42mm ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

- Ad 1.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 8 poz. 1, 2 i 3 zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera zawierające : cewnik wykonany z poliuretanu, z miękką stożkową końcówką, kontrastujący w promieniach Rtg co umożliwia identyfikację położenia, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock, niezintegrowany łącznik „Y” z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez rozłączenia strzykawki; skalpel; igłę wprowadzającą, trzyczęściową strzykawkę 5 ml, prowadnicę drucianą z elastyczną końcówką „J”; rozszerzało, ruchome skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą; koreczki z portami igłowymi; naklejki identyfikacyjne.
- Ad 2.** Zamawiający wymaga, aby zaoferowany w Pakiecie Nr 10 port tytanowy składał się z komory i kołnierza wykonanego z tytanu, pozostałe parametry zgodne z SIWZ
- Ad 3.** Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 10 i 11 portu z cewnikiem o średnicy wewn. 1,0 mm a zewn. 1,9mm oraz długość 76 cm ze specjalnego materiału na bazie poliuretanu (posiadającego właściwości poliuretanu podczas wprowadzenia cewnika i miękniejącego pod wpływem temperatury ciała – zbliżając się właściwościami do silikonu).
- Ad 4.** Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 1 w poz.2 kaniule 22G/25mm/0,8mm, w poz.3 kaniule 20G/32-33mm/1,0mm, w poz.4 kaniule 18G/32-45mm/1,2mm, oraz w poz.6 kaniule 16G/45mm/1,7mm.
- Ad 5.** Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 1 kaniule gdzie oznaczenie rozmiaru wyrażone jest w formacie ROZMIAR : G x dł w calach, Średnica x dł w mm, przykładowo dla 17G ROZMIAR : 17Gx1 ¾” 1,5x45mm
- Ad 6.** Zamawiający podtrzymuje zapisy w Pakiecie Nr 1 poz.1-6 i wymaga zaoferowania kaniuli z dodatkowym portem iniekcyjnym (bocznym) z zastawką jednokierunkową uniemożliwiającą cofanie się płynów oraz stałym koreczkiem/ zatyczką.
- Ad 7.** Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 1 poz.1 kaniule 24G 0,72mm x 19mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
- Ad 8.** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 3 poz.1 w jeden osobny pakiet, ani też na złożenie osobnych ofert na poszczególne pozycje pakietu.
- Ad 9.** Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 10 portu tytanowego z obudową z tworzywa (polioxymetylen) z oznakowanym co 1 cm cewnikiem silikonowym o wymiarach 1,02 x 2,16 mm (7F) o długości 600 mm fabrycznie połączonym z portem i zestawem wprowadzającym.

- Ad 10. Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 11** portu tytanowego z obudową z tworzywa (polioxymetylen) z oznakowanym co 1 cm cewnikiem silikonowym o wymiarach 1,02 x 2,16 mm (7F) o długości 600 mm do połączenia z portem i zestawem wprowadzającym.
- Ad 11.** Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 5 poz.1 igły do nakłuć lędźwiowych w rozmiarze 22G/0,7mm//50mm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad 12.** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w Pakiecie Nr 14 poz.1 i wymaga zaoferowania sterylnego przyrządu do pobierania płynu infuzyjnego z butelek wyposażonego w filtr bakteryjny 0,45 mm zapewniający jałowość płynu minimum 24 godz.
- Ad 13.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 2 poz.8 igły iniekcyjne 25G 0,5 x 42mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a