



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-50/09

Tarnów, 2009-06-10

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 206.000 EURO na dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku oraz protez i łat naczyniowych, siatek do powięzi mięśni, taśm do leczenia operacyjnego nietrzymania moczu, recto- i cystocoele oraz wypadania narządu rodno dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.8 SIWZ.** Wnosimy o zmianę zapisu „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
a) 0,5 % wartości zamówionego towaru za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.
b) 0,5 % wartości zamówionego towaru - w przypadku dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości.
Naliczanie kar umownych poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie do 48 godzin.”
na zapis
„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
a) 0,5 % wartości niedostarczonego a zamówionego towaru za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.
b) 0,5 % wartości zamówionego towaru - w przypadku dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości.
Naliczanie kar umownych poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie do 7 dni od dnia pisemnego zgłoszenia.
2. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.14 SIWZ.** Wnosimy o zmianę zapisu „W przypadku nie wykonania zamówienia przez Wykonawcę z jego winy, Zamawiający może dokonać zakupu towarów od innych Wykonawców na koszt Wykonawcy związanego z Zamawiającym niniejszą umową.”
na zapis
„W przypadku nie wykonania zamówienia przez Wykonawcę z jego winy, Zamawiający może dokonać zakupu towarów od innych Wykonawców. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia różnicy w cenie zakupu towaru związanego z Zamawiającym niniejszą umową”.
3. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.16 SIWZ.** Wnosimy o rozważenie rozszerzenia katalogu możliwości i okoliczności zmiany postanowień przyszłej umowy o poniższe przypadki:
„.... Strony dopuszczają zmiany umowy czasowe lub trwałe w trakcie jej obowiązywania, pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, w niżej wymienionych przypadkach:

- strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie obciążenia cen jednostkowych poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia
 - strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie cen jednostkowych poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia jeżeli średni kurs EURO ulegnie zmianie o minimum 5% w stosunku do kursu z dnia upływu terminu składania ofert
 - konieczność wprowadzenia zmian umowy wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
 - bilans zmian to jest korzyści i obciążeń dla Zamawiającego nie wpływa korzystnie na interes prawny lub faktyczny Zamawiającego
4. **Dotyczy Pakietu Nr 20.** Prosimy o dopuszczenie w pozycji 4 protez naczyniowych ze zbrojeniem zewnętrznym lub też wyłączenie tej pozycji z Pakietu Nr 20 i utworzenie osobnego Pakietu.
 5. **Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 1.** Prosimy o dopuszczenie protez naczyniowych o długości 25 lub 50 cm.
 6. **Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 2.** Prosimy o dopuszczenie protez naczyniowych o długości 45 cm.
 7. **Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści siatkę w rozmiarze 35 x 22 cm, reszta parametrów bez zmian?
 8. **Dotyczy Pakietu Nr 43 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści jednorazowy zestaw do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet składającego się z: taśmy wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o szerokości 8 mm korpus taśmy + 2 mm brzeg taśmy, o brzegu o zamkniętym atraumatycznym splocie; narzędzia do zakładania taśmy – lekkiego metalowego tunelera, anatomicznie ukształtowanego, z dwiema atraumatycznymi plastikowymi igłami?
 9. **Dotyczy Pakietu Nr 43 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści jednorazowy zestaw do leczenia cystostele składający się z: siatka z polipropylenu monofilamentowego o kształcie anatomicznym o wymiarach – korpus siatki 40 x 88 mm, część taśmowa 460 x 10 mm, z pojedynczym ramieniem z każdego boku do przeprowadzania przez otwory zasłonowe, wielkość oczek korpusu 1,9 x 1,8 mm, części taśmowej 0,8 x 0,6 mm; oraz jednego narzędzia do zakładania siatki metodą przezzasłonową techniką „out-in”?
 10. **Dotyczy Pakietu Nr 43 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści jednorazowy zestaw do leczenia cystostele składający się z: siatka z polipropylenu monofilamentowego o kształcie anatomicznym o wymiarach – korpus siatki 80 x 60 x 40 mm, część taśmowa 430 x 10 mm, z podwójnymi ramionami z każdego boku do przeprowadzania przez otwory zasłonowe, wielkość oczek korpusu 1,9 x 1,8 mm, części taśmowej 0,8 x 0,6 mm; oraz jednego narzędzia do zakładania siatki metodą przezzasłonową techniką „out-in”?
 11. **Dotyczy Pakietu Nr 43 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści jednorazowy zestaw do leczenia tylnej plastyki pochwy składający się z: siatka z polipropylenu monofilamentowego o kształcie anatomicznym o wymiarach – korpus siatki 40 x 88 mm, część taśmowa 460 x 10 mm, wielkość oczek korpusu 1,9 x 1,8 mm, części taśmowej 0,8 x 0,6 mm; oraz jednego narzędzia do zakładania siatki przez pośladki
 12. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 2 i 3.** Czy rurki intubacyjne mają posiadać mankiety niskociśnieniowy o potwierdzonej w badaniach klinicznych obniżonej przenikalności dla podtlenu azotu co zmniejsza ryzyko wzrostu ciśnienia w mankiecie zmniejszając tym samym nacisk na ściany tchawicy?

13. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 2 i 3.** Czy rurki intubacyjne mają posiadać balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z nadrukowaną nazwą producenta, średnicą rurki i mankietu oraz rodzajem mankietu?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne fenestracyjne, z miękkim, cienkościennym mankiem niskociśnieniowym, wykonane z termoplastycznego PCW, w całości widoczna w RTG, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz sztywny mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki, w zestawie z dwoma kaniulami (jedną zwykłą i jedną fenestracyjną), opaską i szczoteczką do czyszczenia, sterylna?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe „Guedel” z blokadą antyzagryzieniową, sterylne, z cyfrowym oznaczeniem rozmiaru w następujących rozmiarach Nr 00 długość 5 cm; Nr 0 długość 6 cm; Nr 1 długość 7 cm; Nr 2 długość 9 cm; Nr 3 długość 10 cm; Nr 4 długość 11 cm?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 6.** Czy Zamawiający dopuści prowadnice do rurek intubacyjnych w następujących rozmiarach: 2,0mm o długości 225mm, 4,0mm o długości 335 mm i 5,0mm o długości 365mm?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 8 i 9.** Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie do odrębnego pakietu asortymentu opisanego w pozycjach 8 i 9 Pakiecie Nr 4?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 42.** Czy Zamawiający przez pomyłkę w tytule Pakietu Nr 42 umieścił wzmiankę o systemie odsysania w układzie zamkniętym, czy też brakuje tej pozycji w tym pakiecie?
19. **Dotyczy Pakietu Nr 54 poz.: 1, 2, 3.** Czy Zamawiający dopuści zestawy do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera zawierające: cewnik wykonany z poliuretanu, z miękką stożkową końcówką, kontrastujący w promieniach Rtg co umożliwia identyfikację położenia, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock; niezintegrowany łącznik „Y” z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania strzykawki; skalpel; igłę wprowadzającą, trzyczęściową strzykawkę 5ml; prowadnicę drucianą z elastyczną końcówką „J”; rozszerzadło; ruchome skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą; koreczki z portami igłowymi; naklejki identyfikacyjne?
20. **Dotyczy Pakietu Nr 55 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania noworodków w rozmiarze 23 Ga (0,4 x 0,6 mm) i długości 20 cm, o przepływie 138,5 ml/h (~2,31 ml/min), poliuretanowy, widoczny w promieniach Rtg, znaczniki głębokości co 1 cm, dodatkowe znaczniki co 10 i 5 cm, z cienkościenną plastikową kaniulą rozrywalną typu „peel away” 22 Ga (0,71 mm) o długości 3 cm obecną w zestawie, przezroczyste przedłużenie poliuretanowe z klamerką zaciskową, nakrętka zamykająca luer lock, elastyczne skrzydełka mocujące z wbudowanym systemem chroniącym przed załamaniem cewnika?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów pkt XV.8 SIWZ podpunkt a) i b) w zaproponowanym brzmieniu, natomiast wprowadza zmianę zapisu w pkt XV.8 SIWZ w zdaniu zamieszczonym po treści podpunktu a) i b), które otrzymuje brzmienie : „Naliczanie kar umownych poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 7 dni.”

Ad.2–3. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów pkt XV SIWZ podpunkt 14 i 16 dotyczącego ogólnych warunków umowy w brzmieniu zaproponowanym przez Wykonawcę. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 20 poz. 4 protez naczyniowych ze zbrojeniem zewnętrznym, wyraża natomiast zgodę na wyłączenie tej pozycji z Pakietu Nr 20 i utworzenie osobnego Pakietu o Nr 20A. Dla tak utworzonego Pakietu Nr 20 (po wydzieleniu poz. 4 wadium wynosi 473 zł, natomiast dla Pakietu Nr 20A – 50 zł. W związku z wydzielenie Pakietu 20A ulega zmianie ilość Pakietów z 73 na 74.

Ad. 5 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 21 poz. 1 protez naczyniowych o długości 50 cm.

Ad. 6 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 21 poz. 2 protez naczyniowych o długości 45 cm.

Ad. 7 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 24 poz. 2 siatki w rozmiarze 35 x 22 cm.

Ad. 8 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 43 poz 1 jednorazowych zestawów do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet składającego się z: taśmy wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o szerokości 8 mm korpus taśmy + 2 mm brzeg taśmy, o brzegu o zamkniętym atraumatycznym splocie; narzędzia do zakładania taśmy – lekkiego metal owego tunelera, anatomicznie ukształtowanego, z dwiema atraumatycznymi plastikowymi igłami

Ad. 9 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 43 poz 2 jednorazowych zestawów do leczenia cystostele składający się z: siatka z polipropylenu monofilamentowego o kształcie anatomicznym o wymiarach – korpus siatki 40 x 88 mm, część taśmowa 460 x 10 mm, z pojedynczym ramieniem z każdego boku do przeprowadzania przez otwory zasłonowe, wielkość oczek korpusu 1,9 x 1,8 mm, części taśmowej 0,8 x 0,6 mm; oraz jednego narzędzia do zakładania siatki metodą przezzasłonową techniką „out-in”.

Ad. 10 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 43 poz 3 jednorazowych zestawów do leczenia cystostele składający się z: siatka z polipropylenu monofilamentowego o kształcie anatomicznym o wymiarach – korpus siatki 80 x 60 x 40 mm, część taśmowa 430 x 10 mm, z podwójnymi ramionami z każdego boku do przeprowadzania przez otwory zasłonowe, wielkość oczek korpusu 1,9 x 1,8 mm, części taśmowej 0,8 x 0,6 mm; oraz jednego narzędzia do zakładania siatki metodą przezzasłonową techniką „out-in”.

Ad. 11 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 43 poz 4 jednorazowy zestaw do leczenia tylnej plastyki pochwy składający się z: siatka z polipropylenu monofilamentowego o kształcie anatomicznym o wymiarach – korpus siatki 40 x 88 mm, część taśmowa 460 x 10 mm, wielkość oczek korpusu 1,9 x 1,8 mm, części taśmowej 0,8 x 0,6 mm; oraz jednego narzędzia do zakładania siatki przez pośladki.

Ad. 12 Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 2 i 3 rurek intubacyjnych posiadających mankiety niskociśnieniowy o potwierdzonej w badaniach klinicznych obniżonej przenikalności dla podtlenu azotu.

Ad. 13 Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 2 i 3 rurek intubacyjnych posiadających balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z nadrukowaną nazwą producenta, średnicą rurki i mankietu oraz rodzajem mankietu.

Ad. 14 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 4 rurek tracheostomijne fenestracyjne, z miękkim, cienkościennym mankiem niskociśnieniowym, wykonanych z

termoplastycznego PCW, w całości widocznych w RTG, posiadających elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz sztywny mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki, w zestawie z dwoma kaniulami (jedną zwykłą i jedną fenestracyjną), opaską i szczoteczką do czyszczenia, sterylna.

Ad. 15 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 5 rurek ustno-gardłowych „Guedel” z blokadą antyzagryzieniową, sterylnych, z cyfrowym oznaczeniem rozmiaru w następujących rozmiarach Nr 00 długość 5 cm; Nr 0 długość 6 cm; Nr 1 długość 7 cm; Nr 2 długość 9 cm; Nr 3 długość 10 cm; Nr 4 długość 11 cm.

Ad. 16 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 6 prowadnic do rurek intubacyjnych w następujących rozmiarach: 2,0 mm o długości 225 mm, 4,0 mm o długości 335 mm i 5,0 mm o długości 365 mm.

Ad. 17 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 4 poz. 8 i 9.

Ad. 18 W Pakiecie Nr 42 nie brakuje żadnej pozycji, wzmianka o systemie odsysania w układzie zamkniętym została umieszczona omyłkowo.

Ad. 19 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 54 w poz.: 1, 2, 3 zestawów do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera zawierających: cewnik wykonany z poliuretanu, z miękką stożkową końcówką, kontrastujący w promieniach Rtg co umożliwia identyfikację położenia, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock; niezintegrowany łącznik „Y” z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiający wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania strzykawki; skalpel; igłę wprowadzającą, trzyczęściową strzykawkę 5ml; prowadnicę drucianą z elastyczną końcówką „J”; rozszerzadło; ruchome skrzydełko mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą; koreczki z portami igłowymi; naklejki identyfikacyjne.

Ad. 20 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 55 poz. 1 zestawów do cewnikowania noworodków w rozmiarze 23 Ga (0,4 x 0,6 mm) i długości 20 cm, o przepływie 138,5 ml/h (~2,31 ml/min), poliuretanowy, widoczny w promieniach Rtg, znaczniki głębokości co 1 cm, dodatkowe znacznikami co 10 i 5 cm, z cienkościenną plastikową kaniulą rozrywalną typu „peel away” 22 Ga (0,71 mm) o długości 3 cm obecną w zestawie, przezroczyste przedłużenie poliuretanowe z klamerką zaciskową, nakrętka zamykająca luer lock, elastyczne skrzydełko mocujące z wbudowanym systemem chroniącym przed załamaniem cewnika.

W załączeniu strony Formularza Ofertowego oraz Formularza Cenowego – Załącznik Nr 1 z uwzględnieniem utworzonego pakietu Nr 20A.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, działając na podstawie art.12 ust.4 oraz art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany ogłoszenia oraz zmiany w treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jednocześnie w związku z wprowadzonymi zmianami treści ogłoszenia oraz zmianami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przedłuża termin składania ofert na :

- składanie ofert do dnia 15.07.2009r godz. 08:30**
- otwarcie ofert w dniu 15.07.2009r godz. 09:00**

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a