



.....

Znak: AE/ZP-27-50/09

Tarnów, 2009-06-24

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 206.000 EURO na dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku oraz protez i łat naczyniowych, siatek do powięzi mięśni, taśm do leczenia operacyjnego nietrzymania moczu, recto- i cystocoele oraz wypadania narządu rodno dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz.1.** Czy Zamawiający dopuści folie operacyjne o powierzchni przylepnej 15x21 cm?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 47 poz.1 i 2.** Czy Zamawiający dopuści folie kaniule wyposażoną w min.2 paski RTG?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 51 poz.3-6.** Czy Zamawiający dopuści strzykawki 3 częściowe?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 69 poz.1.** Czy Zamawiający dopuści filtr bakteryjny 0,1µm?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 24 poz.1.** Czy Zamawiający dopuści siatkę o wymiarach 15x15 cm lub 30x30 cm?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 22 :** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie protez naczyniowych impregnowanych jonami srebra, co pozwala na długotrwałe działanie antybakteryjne?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

- Ad.1** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 2 poz.1 folie operacyjne o powierzchni przylepnej 15x21 cm.
- Ad.2** Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 47 poz.1 i 2 kaniul do żył obwodowych z portem do dodatkowych wstrzyknień- plastikowa kaniula wykonana z poliuretanu z minimum dwoma paskami kontrastującymi pod RTG.
- Ad.3** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 51 poz.3-6 strzykawki 3 częściowe składające się z cylindra oraz tłoku z elastycznym uszczelnieniem zapewniającym płynny przesuw.
- Ad.4** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w Pakiecie Nr 69 poz.1 i wymaga zaoferowania sterylnej przyrządu do pobierania płynu infuzyjnego z butelek wyposażonego w filtr bakteryjny 0,45 mm zapewniający jałowość płynu minimum 24 godz.
- Ad.5** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 24 poz.1 siatkę o wymiarach 15x15 cm lub 30x30 cm, spełniającą pozostałe wymagane parametry.
- Ad.6** Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 22 protez naczyniowych impregnowanych jonami srebra, pod warunkiem, że mają długotrwałe działanie antybakteryjne.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

