



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-50/09

Tarnów, 2009-07-01

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 206.000 EURO na dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku oraz protez i łat naczyniowych, siatek do powięzi mięśni, taśm do leczenia operacyjnego nietrzymania moczu, recto- i cystocele oraz wypadania narządu rodowego dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 43 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści 10 szt. jednorazowych taśm polipropylenowych, elastycznych, z plastikową osłonką na taśmie, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości max. 1870 μm , grubości taśmy 0,33 mm oraz gramaturze 48 g/m^2 , brzegi taśmy nie zakończone pętelkami?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 43 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści 15 szt. jednorazowego zestawu do korekcji cystocele, siatka jednorodna, niewchłaniająca o anatomicznym kształcie, z pojedynczym ramieniem z każdego boku, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, najszerszy wymiar w środkowej części 3,5 cm, porowatość mx. 1870 μm , grubości siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m^2 ; 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej do implantacji przeżasłonowej?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 43 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści 25 szt. jednorazowego zestawu do korekcji cystocele, siatka jednorodna, niewchłaniająca o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, o właściwościach siatki: monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,32 mm, gramatura 30 g/m^2 , porowatość 1390 μm , wysokość implantu 8 cm; 2 sztuki igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej do implantacji przeżasłonowej?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 43 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści 5 szt. jednorazowego zestawu do leczenia tylnej plastyki pochwy (rectocele), siatka jednorodna, niewchłaniająca o anatomicznym kształcie, dwa ramiona pokryte plastikową osłonką, o właściwościach siatki: monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,32 mm, gramatura 30 g/m^2 , porowatość 1390 μm , wysokość implantu 12 cm, długość 30 cm; 1 szt. igły wielorazowego użytku ze stali chirurgicznej?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 43 poz 1 10 szt. jednorazowych taśm polipropylenowych, elastycznych, z plastikową osłonką na taśmie, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości max. 1870 μm , grubości taśmy 0,33 mm oraz gramaturze 48 g/m^2 , brzegi taśmy nie zakończone pętelkami.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 43 poz 2 - 15 szt. jednorazowego zestawu do korekcji cystocele, siatka jednorodna, niewchłaniająca o anatomicznym kształcie, z pojedynczym ramieniem z każdego boku, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, najszerszy wymiar w środkowej części 3,5 cm, porowatość mx. 1870 μm , grubości siatki 0,33 mm, gramatura 48

g/m²; 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej do implantacji przezzasłonowej, pod warunkiem że 1 szt igły jest wystarczająca do co najmniej 15 szt. jednorazowych zestawów do korekcji cystocele oferowanych w tej pozycji.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 43 poz 3 - 25 szt. jednorazowego zestaw do korekcji cystocele, siatka jednorodna, niewchłaniałna o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, o właściwościach siatki: monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,32 mm, gramatura 30 g/m², porowatość 1390 µm, wysokość implantu 8 cm; 2 sztuki igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej do implantacji przezzasłonowej, pod warunkiem że 2 szt igieł jest wystarczająca do co najmniej 25 szt. jednorazowych zestawów do korekcji cystocele oferowanych w tej pozycji.

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 43 poz 4 - 5 szt. jednorazowego zestawu do leczenia tylnej plastyki pochwy (rectocele), siatka jednorodna, niewchłaniałna o anatomicznym kształcie, dwa ramiona pokryte plastikową osłonką, o właściwościach siatki: monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,32 mm, gramatura 30 g/m², porowatość 1390 µm, wysokość implantu 12 cm, długość 30 cm; 1 szt. igły wielorazowego użytku ze stali chirurgicznej, pod warunkiem że 1 szt igły jest wystarczająca do co najmniej 5 szt. jednorazowych zestawów do do leczenia tylnej plastyki pochwy (rectocele) oferowanych w tej pozycji.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a