



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-50/09

Tarnów, 2009-07-06

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 206.000 EURO na dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku oraz protez i łat naczyniowych, siatek do powięzi mięśni, taśm do leczenia operacyjnego nietrzymania moczu, recto- i cystocoele oraz wypadania narządu rodowego dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 43 poz. 1.** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o taśmy do operacyjnego leczenia wysiłkowego nieotrzymania moczu u kobiet o długości 500 mm oraz szerokości 1,1 mm?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 43 poz. 1.** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie wyżej wymienionej pozycji do osobnego pakietu.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści zamiast rozmiaru nr 7 rozmiar 6 rurki?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 6.** Czy Zamawiający dopuści rozmiar przewodnicy 2 o długości 280 mm, rozmiar 3,3 o długości 350 mm, rozmiar 4,7 o długości 350mm?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 2.** Czy wydzielony wymiennik ciepła i wilgoci ma być wykonany z celulozy?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 28 poz. 2.** Czy system ma umożliwiać wykonanie bronchofiberoskopii bez odłączenia konektora od kanału oddechowego pacjenta?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 45 poz. 1 - 6.** Czy Zamawiający dopuści kaniule wyrażone w skali Gauga z tolerancją rozmiarów zgodnie z Polską normą PN-EN- ISO 10555-5, według poniższej tabeli

Symboliczna zewnętrzna średnica drenu cewnika w mm	Zakres rzeczywistej zewnętrznej średnicy w mm	Kolor	Rozmiar Gauge
0,6	0,550 do 0,649	fioletowy	26
0,7	0,650 do 0,749	żółty	24
0,8; 0,9	0,750 do 0,949	ciemnoniebieski	22
1,0; 1,1	0,950 do 1,149	różowy	20
1,2; 1,3	1,150 do 1,349	ciemnozielony	18
1,4; 1,5	1,350 do 1,549	biały	17
1,6; 1,7; 1,8	1,550 do 1,849	szary	16
1,9; 2,0; 2,1; 2,2	1,850 do 2,249	pomarańczowy	14

8. **Dotyczy Pakietu Nr 45 poz. 1 – 6.** Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z teflonu FEP? Reszta parametrów kaniuli bez zmian.
9. **Dotyczy Pakietu Nr 45 poz. 1 – 6.** Czy Zamawiający dopuści kaniule z filtrem hydrofobowym, hamującym wypływ krwi? Pozostałe parametry bez zmian.
10. **Dotyczy Pakietu Nr 45 poz. 6.** Czy Zamawiający dopuści kaniule rozmiar 16G/50 mm/1,7 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

11. Dotyczy Pakietu Nr 52 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści przyrząd do szybkiego przetaczania krwi o długości drenu 1250 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 43 poz. 1 taśmy do operacyjnego leczenia wysiłkowego nieotrzymania moczu u kobiet o długości 500 mm oraz szerokości 1,1 mm.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z Pakietu Nr 43 poz. 1.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 4 zamiast rozmiaru nr 7 rozmiar 6 rurki

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 6 rozmiar przewodnicy 2 o długości 280 mm, rozmiar 3,3 o długości 350 mm, rozmiar 4,7 o długości 350mm.

Ad. 5 Zamawiający wymaga aby oferowany w Pakiecie Nr 11 poz. 2 filtr antybakteryjny miał wydzielony wymiennik ciepła i wilgoci ale nie wymaga aby wykonany był z celulozy.

Ad. 6 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby oferowany w Pakiecie Nr 28 poz. 2 system umożliwiał wykonanie bronchofiberoskopii bez odłączenia konektora od kanału oddechowego pacjenta.

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza w Pakiecie Nr 45 poz. 1 – 6 także kaniule do wlewów dożylnych z oznaczeniem rozmiaru w skali Gauga z tolerancją rozmiarów zgodnie z Polską normą PN-EN-ISO 10555-5.

Ad. 8 Zamawiający dopuszcza w Pakiecie Nr 45 poz. 1 – 6 także kaniule wykonane z teflonu FEP, pod warunkiem, że spełniają pozostałe wymagania Zamawiającego.

Ad. 9 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 45 poz. 1 – 6 kaniuli z filtrem hydrofobowym.

Ad. 10 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 45 poz. 6 również kaniuli rozmiar 16G/50 mm/1,7 mm

Ad. 11 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 52 poz. 2 przyrządów do szybkiego przetaczania krwi o długości drenu 1250 mm.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a