



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-50/09

Tarnów, 2009-07-08

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 206.000 EURO na dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku oraz protez i łat naczyniowych, siatek do powięzi mięśni, taśm do leczenia operacyjnego nietrzymania moczu, recto- i cystocoele oraz wypadania narządu rodno dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1 i 2.** Czy Zamawiający wymaga, aby maski krtaniowe posiadały zabezpieczenie przed podwijaniem się mankietu podczas zakładania?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe wykonane z medycznego PCV.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści rozmiar rurki ustno-gardłowej GAUDEL nr 2 długość 70 mm, nr 3 długość 80 mm, nr 4 długość 90 mm?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 2.** Czy filtr ma posiadać zmniejszoną przestrzeń martwą do max 100 ml.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza aby maski krtaniowe oferowane w Pakiecie Nr 8 poz. 1 i 2 posiadały zabezpieczenie przed podwijaniem się mankietu podczas zakładania.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 8 poz. 2 masek krtaniowych wykonanych z medycznego PCV.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 5 rurek ustno-gardłowych GAUDEL nr 2 długość 70 mm, nr 3 długość 80 mm, nr 4 długość 90 mm.

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 11 poz. 2 filtrów antybakteryjnych mechanicznych posiadających zmniejszoną przestrzeń martwą do max 100 ml, pod warunkiem spełniania przez oferowane filtry wymagań określonych w Formularzu Cenowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ).

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

