

Znak: AE/ZP-27-51/09

Tarnów, 2009-06-10

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 206.000 EURO na dostawy stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

- Dotyczy Pakietu Nr 24.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przewodników angioplastycznych w zakresie długości do 198 cm z możliwością przedłużenia długości do 340 cm (± 1 cm) za pomocą przedłużacza?
- Dotyczy Pakietu Nr 27.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika balonowego wykonanego z materiału SCP blend o średnicach: 1,25, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0 mm ciśnieniem RBP powyżej 14 bar?
- Dotyczy Pakietu Nr 33.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stentu chromowo-kobaltowego z pasywnym pokryciem o długościach: 8; 10; 13; 15; 18; 20; 22; 30; 40 mm?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 24 przewodników angioplastycznych w zakresie długości do 198 cm z możliwością przedłużenia długości do 340 cm (± 1 cm) za pomocą przedłużacza.

Ad. 2 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 27 cewników balonowych wykonanych z materiału SCP blend o średnicach: 1,25, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0 mm, natomiast nie wyraża zgodny aby ciśnienie RBP wynosiło powyżej 14 bar. Zgodnie z wymogiem określonym w Załączniku Nr 2 do SIWZ ciśnienie RBP dla średnicy 3,0 winno być równe lub powyżej 15 bar.

Ad. 3 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 33 stentów chromowo-kobaltowych z pasywnym pokryciem o długościach: 8; 10; 13; 15; 18; 20; 22; 30; 40 mm.

Równocześnie działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający wprowadza zmianę w opisie przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 4, który w Załączniku Nr 2 do SIWZ otrzymuje brzmienie „1. w zestawie: igła do nakłucia tętnicy promieniowej 20 lub 21G, introduktor o długości powyżej 11 cm z zastawką hemostatyczną i łącznikiem bocznym zakończonym kranikiem trójdrożnym, ostrościęty rozszerzacz naczyniowy, miniprowadnik o średnicy równej lub poniżej 0,025”

Otrzymują:

- Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
- Strona internetowa Zamawiającego
- a/a