



.....  
.....

**Znak: AE/ZP-27-51/09**

Tarnów, 2009-06-25

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 206.000 EURO na dostawy stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.**

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 9.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łącznika o średnicy wewnętrznej 1,5 mm?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 22.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika diagnostycznego dostępnego w wersji JL lub FL i JR: 3,5; 4,0; 5,0?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 26.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie próbki cewnika balonowego o średnicy 4,0 długości poniżej 20 mm?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 26.** Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe angioplastyczne do zabiegów w trybie pilnym o wymaganych średnicach od 1,25 do 4,0 i pozostałych parametrach technicznych jak w SIWZ?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 26.** Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewników balonowych o średnicach od 1,5 do 4,5, lecz bez rozmiaru 2,75 mm oraz 5,0 mm, spełniających pozostałe wymagania?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 27.** Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewników balonowych o średnicach od 1,5 - 4,5, lecz bez rozmiaru 2,75 mm, spełniających pozostałe wymagania?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 33.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stentów o ciśnieniu RBP 15,20 bar (wynika z przeliczenia atm na bar)?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 33.** Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stentów kobaltowo-chromowych o długościach: 9, 13, 15, 19, 23, 27 mm dla średnicy 3,0, spełniających pozostałe wymagania?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 34.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stentu o ciśnieniu nominalnym równym 10 atm, RBP 15 atm dla średnicy 3,0 mm, dopuszczonego do zabiegów w rozgałęzieniach z możliwością uzyskania wymiaru oczka mniejszego za ledwie o 0,1 mm od opisanego w pakiecie, bez utraty właściwości?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 34.** Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stentów kobaltowo-chromowych o następujących parametrach dla średnicy 3,0 mm: ciśnienie nominalne równe 8 bar, RBP równe 16 bar, 6 wymiarów, wymiar oczka wynoszący 3,0 mm?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 37.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stentu wieńcowego na cewniku balonowym pokrytego polimerem uwalniającym lek antyproliferacyjny o ciśnieniu nominalnym równym 10 atm?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 37.** Czy Zamawiający dopuści stenty na cewniku balonowym pokryte polimerem uwalniającym lek antyproliferacyjny o wymaganych długościach mieszczących się w przedziale od 8 mm do 38 mm (dla średnicy 3,0 dostępne 7 rozmiarów)?

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad. 1** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 9 łącznika o średnicy wewnętrznej 1,5 mm.

**Ad. 2** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 26 cewnika diagnostycznego dostępnego w wersji JL lub FL i JR: 3,5; 4,0; 5,0.

**Ad.3** Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie w Pakiecie Nr 26 próbki cewnika balonowego o średnicy 4,0 długości poniżej 20 mm.

**Ad. 4** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 26 cewników balonowych angioplastycznych do zabiegów w trybie pilnym o średnicach od 1,25 do 4,0 i pozostałych parametrach technicznych jak w SIWZ.

**Ad. 5** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 26 cewników balonowych o średnicach od 1,5 do 4,5, lecz bez rozmiaru 2,75 mm oraz 5,0 mm.

**Ad. 6** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 27 cewników balonowych o średnicach od 1,5 do 4,5, lecz bez rozmiaru 2,75 mm.

**Ad.7** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 33 stentów o ciśnieniu RBP 15,20 bar, pod warunkiem, że jest to wartość ciśnienia RBP dla stentu o średnicy 3,0 mm i oferowane stenty spełniają również pozostałe wymagania określone w SIWZ.

**Ad. 8** Zamawiający nie wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 33 stentów kobaltowo-chromowych o długościach: 9, 13, 15, 19, 23, 27 mm dla średnicy 3,0, (dla tej średnicy Zamawiający wymaga co najmniej 7 wymiarów).

**Ad. 9** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 33 stentu o ciśnieniu nominalnym równym 10 atm, RBP 15 atm dla średnicy 3,0 mm, dopuszczonego do zabiegów w rozgałęzieniach z możliwością uzyskania wymiaru oczka mniejszego za ledwie o 0,1 mm od opisanego w pakiecie, bez utraty właściwości.

**Ad. 10** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 34 stentów kobaltowo-chromowych o następujących parametrach dla średnicy 3,0 mm: ciśnienie nominalne równe 8 bar, RBP równe 16 bar, 6 wymiarów, wymiar oczka wynoszący 3,0 mm.

**Ad. 11** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 37 również stentu wieńcowego na cewniku balonowym pokrytego polimerem uwalniającym lek antyproliferacyjny o ciśnieniu nominalnym równym 10 atm, jeżeli jest to ciśnienie nominalne dla średnicy 3,0 mm.

**Ad. 12** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 37 również stentów na cewniku balonowym pokrytych polimerem uwalniającym lek antyproliferacyjny o wymaganych długościach mieszczących się w przedziale od 8 mm do 38 mm (dla średnicy 3,0 dostępne 7 rozmiarów).

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a