



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. E. Szczeklika w Tarnowie

.....
.....

Znak: AE/ZP-27-51/09

Tarnów, 2009-07-01

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 206.000 EURO na dostawy stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

Dotyczy Pakietu Nr 12 i 13. Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na produkty równoważne?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakietach Nr 12 i 13 produktów równoważnych pod warunkiem, że oferowane dreny wysokociśnieniowe do strzykawki automatycznej i wkłady wysokociśnieniowe do strzykawki automatycznej wykazują 100% cech produktu oryginalnego (dotyczy składu fizykochemicznego, reakcji i wpływu na kontakt z organizmem ludzkim oraz gwarantowanej jakości badania) i są kompatybilne ze wstrzykiwaczem Medard Mark V Plus.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a