



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-51/09

Tarnów, 2009-07-03

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 206.000 EURO na dostawy stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 20.** Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie cewnika kompatybilnego tylko z systemem 6F o dużym przepływie aspiracyjnym (pow. 60m/s) i małej średnicy szafu – 4,5F?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 22.** Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie cewników tylko w wersji standard?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 31.** Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie stentu w zakresie długości od 10 do 38 mm (6 wymiarów) i wsp. „metal to artery” = 17 %?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 32.** Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie stentu w zakresie długości od 10 do 38 mm (6 wymiarów)?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 41.** Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie stentów pokrywanych związkami tytanu przyspieszającymi proces endotelializacji wewnątrznaczyniowej mające wieloletnie obserwacje wielośrodowe nadających się do stentowania pacjentów tak o niewielkim jak i podwyższonym ryzyku?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 41.** Czy Zamawiający dopuści stenty o budowie spiralnej o zakresie średnic od 2,0 do 5,0 mm i zakresie długości od 7 do 28 mm?
7. **Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie 1 szt, do dwóch pakietów jeśli oferowany będzie ten sam produkt medyczny?**
8. **Dotyczy Pakietu Nr 22.** Czy Zamawiający zaakceptuje cewnik diagnostyczny o średnicy wewnętrznej dla 6F równej 0,051”, pozostałe parametry bez zmian?
9. **Dotyczy ogólnych warunków umowy.** Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 8 ust a) poprzez wprowadzenie następującego zapisu:”0,2 % wartości zamówionej partii towaru za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nie dostarczonej partii towaru”
10. **Dotyczy ogólnych warunków umowy.** Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 8 ust b) poprzez wprowadzenie następującego zapisu:”0,2 % wartości zamówionej partii towaru - przypadku dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niezgodnej dostawy.”

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 20 cewnika kompatybilnego tylko z systemem 6F o dużym przepływie aspiracyjnym (pow. 60m/s) i małej średnicy szafu – 4,5F.

Ad 2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 22 cewników diagnostycznych tylko w wersji standard pod warunkiem spełniania parametrów określonych przez Zamawiającego w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

Ad 3. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 31 stentów w zakresie długości od 10 do 38 mm (6 wymiarów) i wsp. „metal to artery” = 17 %.

Ad 4. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 32 stentu w zakresie długości od 10 do 38 mm (6 wymiarów).

Ad.5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 41 stentów pokrywanych związkami tytanu przyspieszającymi proces endotelializacji wewnątrznacyniowej mające wieloletnie obserwacje wielośrodkowe nadających się do stentowania pacjentów tak o niewielkim jak i podwyższonym ryzyku.

Ad.6 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 41 stentów o budowie spiralnej o zakresie średnic od 2,0 do 5,0 mm i zakresie długości od 7 do 28 mm

Ad 7. Zamawiający wyraża zgodę na załączenie 1 szt. próbki do dwóch pakietów, jeśli oferowany będzie ten sam produkt medyczny.

Ad 8 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 22 cewnika diagnostycznego o średnicy wewnętrznej dla 6F równej 0,051”.

Ad 9 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zamian do zapisu ogólnych warunków w § 8 ust a) w brzmieniu zaproponowanym przez Wykonawcę , natomiast wprowadza zmianę po której wymieniony zapis otrzymuje brzmienie: „0,5 % wartości zamówionej, a nie zrealizowanej, partii towaru za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

Ad 10 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zamian do zapisu ogólnych warunków w § 8 ust b) w brzmieniu zaproponowanym przez Wykonawcę.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a