



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-51/09

Tarnów, 2009-07-03

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 206.000 EURO na dostawy stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

Dotyczy Pakietu Nr 4. Czy Zamawiający zaakceptuje zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej w skład którego wchodzi introduktor o długości 10 cm, pozostałe parametry zestawu bez zmian?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 zestawu do nakłucia tętnicy promieniowej w skład którego wchodzi introduktor o długości 10 cm, zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku Nr 2 do SIWZ introduktor winien mieć długość powyżej 11 cm..

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a