



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-51/09

Tarnów, 2009-07-06

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 206.000 EURO na dostawy stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

- 1. Dotyczy Pakietu Nr 18.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zestawu do użycia w naczyniach o średnicy 3,0 – 5,0 mm; pozostałe parametry bez zmian?
- 2. Dotyczy Pakietu Nr 27.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika balonowego posiadającego ciśnienie nominalne 8 bar dla średnicy 3,0 mm; pozostałe parametry bez zmian?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 18 zestawu do użycia w naczyniach o średnicy 3,0 – 5,0 mm; pozostałe parametry bez zmian.

Ad 2. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 27 cewnika balonowego posiadającego ciśnienie nominalne 8 bar dla średnicy 3,0 mm.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a