



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-54/09

Tarnów, 2009-06-22

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawę aparatów EKG

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznika Nr 2** - Czy Zamawiający dopuści aparat EKG obsługiwany za pomocą ekranu dotykowego, klawiatury oraz pokręta?
2. **Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 5** - Czy Zamawiający dopuści opis klawiszy, klawiatury oraz komunikację w języku angielskim ?
3. **Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 7** - Czy Zamawiający dopuści szerokość papieru 210 mm?
4. **Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 10** - Czy Zamawiający prędkość zapisu 12,5/25/50mm/s?
5. **Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 24** - Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy do 30-45 dni od daty obowiązywania umowy?
6. **Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 16** – Załącznik Nr 2 określa wymóg „Możliwości podglądu zapisów EKG z analizą bez drukowania z pamięci aparatu”. Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie posiadające takiej funkcjonalności?
7. **Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 19** - Czy Zamawiający dopuści urządzenia wyposażone w interfejs USB?
8. **Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 7** - Czy Zamawiający dopuści aparat EKG w którym zastosowano papier o szerokości np.: 108mm?
9. **Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 9** - Czy Zamawiający dopuści aparaty o wartościach czułości 5, 10, 25 mm/V?
10. **Dotyczy Załącznika Nr 2** -Czy Zamawiający wymaga aparatów o wysokiej jakości przetwarzania sygnału- przetwornik 20- bitów?
11. **Dotyczy Załącznika Nr 2** - Czy Zamawiający wymaga by aparat posiadał wysoką częstotliwość próbkowania rzędu 10 000 pr/s/kanal do wykrywania impulsów stymulatora?
12. **Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 4** - Czy zamawiający dopuści aparat EKG z możliwością podglądu 3,6 kanałów jednocześnie z przewijaniem na dowolną grupę odprowadzeń w czasie rzeczywistym?
13. **Dotyczy Załącznika Nr 2** - Czy Zamawiający wymaga aby aparat EKG posiadał tryb LONG – automatyczny długi zapis (do 10 minut) EKG z jednego lub dwóch odprowadzeń, co umożliwia wykrywanie arytmii?

14. **Dotyczy Załącznika Nr 2** - Czy zamawiający wymaga, aby aparat EKG posiadał filtr autoadaptacyjny, który dobiera parametry filtrów (mięśniowych, sieciowych, izolacji) indywidualnie dla każdego pacjenta bez ingerencji osoby obsługującej aparat?
15. **Dotyczy Załącznika Nr 2** - Czy Zamawiający wymaga, aby aparat EKG posiadał kolorowy ekran dotykowy, który znacznie ułatwi obsługę aparatu?
16. **Dotyczy Załącznika Nr 2** Czy Zamawiający wymaga, aby aparat posiadał możliwość rozbudowy o pełną spirometrię (49 parametrów spirometrycznych)?
17. **Dotyczy Załącznika Nr 2** - Czy Zamawiający wymaga, aby aparat EKG miał możliwość bezpośredniego wydruku na zewnętrznej drukarce laserowej przez port USB, co znacznie obniża koszty eksploatacji?
18. **Dotyczy Załącznika Nr 2** - Czy Zamawiający dopuści do oceny aparat EKG posiadający możliwość wydruku na wewnętrznej drukarce maksymalnie 6 krzywych EKJG z jednoczesną możliwością wy druku na zewnętrznej drukarce laserowej o formacie A4 wszystkich 12 odprawień?
19. **Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 10** - Czy Zamawiający dopuści do oceny aparat EKG z prędkością zapisu 5/25/50 mm/s?
20. **Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 7** - Czy Zamawiający dopuści do oceny aparat EKG posiadający wbudowaną drukarkę na papier termiczny w rozmiarze 110 mm?
21. **Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 24** - Czy zamawiający dopuści możliwość przedłużenia dostawy aparatów w terminie do 21 dni od podpisania umowy.
22. **Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy XIV pkt 9 b) SIWZ** - Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie zapisu:
- a) 0,5 % wartości zamówienia urządzeń za każdy dzień zwłoki, jeżeli urządzenia nie zostały dostarczone w terminie powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, **zapisem:** 0,2 % wartości nie dostarczonych w terminie urządzeń za każdy dzień zwłoki, jeżeli urządzenia nie zostały dostarczone w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.
23. **Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy XIV pkt 9 a) SIWZ** – Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie zapisu:
- a) 0,5 % wartości zamówienia urządzeń – w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości. Naliczenie kar umownych poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 7 dni, **zapisem:** 0,2 % wartości niezgodnych z wymaganiami parametrów technicznych urządzeń – w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości. Naliczenie kar umownych poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 7 dni.
24. **Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy XIV pkt 15** - Wnosimy o wykreślenie z Ogólnych Warunków Umowy rozdział XIV – pkt-u 15 SIWZ Obecnie istniejący zapis umowy odnosi się raczej do sprzętu jednorazowego użytku niż do specjalistycznych urządzeń medycznych.

- 25. Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy XIV pkt 9 a) SIWZ** - Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie zapisu: "Zamawiający zastrzega sobie ma prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym z prawem do naliczenia kary umownej określonej w pkt 9a, jeżeli opóźnienie w dostarczeniu urządzeń o wymaganych i oferowanych parametrach oraz właściwej jakości, przekroczy 7 dni od upływu terminu wyznaczonego na realizację umowy", **zapisem:**
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym z prawem do naliczenia kary umownej określonej w pkt 9a, jeżeli opóźnienie w dostarczeniu urządzeń o wymaganych i oferowanych parametrach oraz właściwej jakości, przekroczy 30 dni od upływu terminu wyznaczonego na realizację umowy".
- 26. Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 7** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat EKG z możliwością wydruku na papierze 210 mm i 216 mm, Z-składanka lub rolka?
- 27. Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 7** - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy 12 kanałowy aparat EKG, który może pracować zarówno z papierem typu rolka jak i papierem składanym dostępnym na rynku, o szerokości 210 lub 216 mm?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

- Ad.1.** Zamawiający dopuści również aparat EKG obsługiwany za pomocą ekranu dotykowego, klawiatury oraz pokręta.
- Ad.2.** Zamawiający nie dopuści aparatu EKG z opisem klawiszy, klawiatury oraz komunikacji w języku angielskim.
- Ad.3.** Zamawiający nie dopuści aparatu EKG z papierem o szerokości 210 mm.
- Ad.4.** Zamawiający nie dopuści aparatu EKG o prędkość zapisu 12,5; 25; 50; mm/s.
- Ad.5.** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga terminu dostawy aparatu do 14 dni od daty obowiązywania umowy.
- Ad.6** Zamawiający nie dopuści aparatu EKG bez „Możliwości podglądu zapisów EKG z analizą bez drukowania z pamięci aparatu”.
- Ad.7** Zamawiający dopuści również aparat EKG wyposażony w interfejs USB.
- Ad.8** Zamawiający nie dopuści aparatu EKG z papierem o szerokości 108 mm.
- Ad.9** Zamawiający nie dopuści aparatu EKG o wartościach czułości 5, 10, 25 mm/V.
- Ad.10** Zamawiający nie wymaga, ale dopuści również aparat EKG o wysokiej jakości przetwarzania sygnału- przetwornik 20- bitów
- Ad.11** Zamawiający nie wymaga, ale dopuści również aparat EKG posiadający wysoką częstotliwość próbkowania rzędu 10 000 pr/s/kanał do wykrywania impulsów stymulatora.
- Ad.12** Zamawiający nie dopuści aparatu EKG z możliwością podglądu 3,6 kanałów jednocześnie z przewijaniem na dowolną grupę odprowadzeń w czasie rzeczywistym.
- Ad.13** Zamawiający nie wymaga, ale dopuści również aparat EKG posiadający tryb LONG – automatyczny długi zapis (do 10 minut) EKG z jednego lub dwóch odprowadzeń, co umożliwia wykrywanie arytmii.

- Ad.14** Zamawiający nie wymaga, ale dopuści również aparat EKG posiadający filtr autoadaptacyjny, który dobiera parametry filtrów (mięśniowych, sieciowych, izolacji) indywidualnie dla każdego pacjenta bez ingerencji osoby obsługującej aparat.
- Ad.15** Zamawiający nie wymaga, ale dopuści również aparat EKG posiadający kolorowy ekran dotykowy, który znacznie ułatwi obsługę aparatu.
- Ad.16** Zamawiający nie wymaga, ale dopuści również aparat EKG posiadający możliwość rozbudowy o pełną spirometrię (49 parametrów spirometrycznych).
- Ad.17** Zamawiający nie wymaga, ale dopuści również aparat EKG, który ma możliwość bezpośredniego wydruku na zewnętrznej drukarce laserowej przez port USB.
- Ad.18** Zamawiający nie dopuści aparatu EKG posiadającego możliwość wydruku na wewnętrznej drukarce maksymalnie 6 krzywych EKJG z jednoczesną możliwością wy druku na zewnętrznej drukarce laserowej o formacie A4 wszystkich 12 odprowadzeń.
- Ad.19** Zamawiający nie dopuści aparatu EKG z prędkością zapisu 5/25/50 mm/s?
- Ad.20** Zamawiający nie dopuści aparatu EKG z wbudowaną drukarką na papier termiczny w rozmiarze 110 mm.
- Ad.21** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga terminu dostawy aparatu do 14 dni od daty obowiązywania umowy.
- Ad.22-25** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów pkt XIV SIWZ dotyczącego ogólnych warunków umowy w brzmieniu zaproponowanym przez Wykonawcę. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych
- Ad.26** Zamawiający nie dopuści aparatu EKG z papierem o szerokości 210 mm. I 216 mm, z-składanka lub rolka.
- Ad.27** Zamawiający nie dopuści wysokiej klasy 12 kanałowy aparatu EKG, który może pracować zarówno z papierem typu rolka jak i papierem składanym dostępnym na rynku, o szerokości 210 lub 216 mm.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a