



.....

.....

Znak: AE/ZP-27-55/09

Tarnów, 2009-06-22

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 206.000 EURO**
dostawę aparatu do hemodializ.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 16** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu z możliwością poboru płynu substytucyjnego z 3 worków po 5 l jednocześnie?
2. **Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 19** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu posiadającego zakres ciśnienia przed filtrem – 50 do +450 mmHg?
3. **Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 23** – Czy zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu ze zintegrowaną kasetą (bez możliwości wymiany drenu żylnego w trakcie zabiegu)?
4. **Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 25** – Czy zamawiający dopuści aparat bez niezależnego odpowietrzania drenów substytutu, dializatu, filtratu?
5. **Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 27** – Czy Zamawiający wymaga regionalnej antykoagulacji cytrynianowej w zabiegach CVVHD i CVVHDF?
6. **Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 29** – Czy zamawiający dopuści aparat z pompą zewnętrzną strzykawkową do suplementacji wapnia?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuści również aparat z możliwością poboru płynu substytucyjnego z 3 worków po 5 l jednocześnie.

Ad.2 Zamawiający dopuści również aparat posiadający zakres ciśnienia przed filtrem – 50 do +450 mmHg.

Ad.3 Zamawiający dopuści również aparat ze zintegrowaną kasetą (bez możliwości wymiany drenu żylnego w trakcie zabiegu).

Ad.4 Zamawiający dopuści również aparat bez niezależnego odpowietrzania drenów substytutu, dializatu, filtratu.

Ad.5 Zamawiający nie wymaga, ale dopuści również aparat z regionalną antykoagulacją cytrynianową w zabiegach CVVHD i CVVHDF.

Ad.6 Zamawiający dopuści również aparat z pompą zewnętrzną strzykawkową do suplementacji wapnia.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

