



Znak: AE/ZP-27-56/09

Tarnów, 2009-06-23

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 206.000 EURO dostawę respiratorów stacjonarnych dla dzieci i dorosłych.**

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznik Nr 2 pkt. 6.10** : Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z czasem wysokiego poziomu ciśnienia w zakresie 0,1 -5 sek.?
2. **Dotyczy Załącznik Nr 2 pkt. 9.10** Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z pomiarem parametru PEEP oraz całkowite PEEP dającymi pełny obraz na temat ciśnień PEEP, AutoPEEP oraz całkowite PEEP?
3. **Dotyczy Załącznik Nr 2 pkt. 9.15** Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator bez ciśnienia okluzji przy wydechu P0,1 ?
4. **Dotyczy Załącznik Nr 2 pkt. 9.14** Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator bez pomiaru maksymalnego ciśnienia wdechowego NIF/MIP ?
5. **Dotyczy Załącznik Nr 2 pkt. 10.12 i 10.13** : Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator bez alarmu wysokiej i niskiej objętości oddechowej?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie dopuści respiratora z czasem wysokiego poziomu ciśnienia w zakresie 0,1 -5 sek. ?

Ad.2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie dopuści respiratora z pomiarem parametru PEEP oraz całkowite PEEP dającymi pełny obraz na temat ciśnień PEEP, AutoPEEP oraz całkowite PEEP.

Ad.3 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie dopuści respiratora bez ciśnienia okluzji przy wydechu P0,1.

Ad.4 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie dopuści respiratora bez pomiaru maksymalnego ciśnienia wdechowego NIF/MIP.

Ad.5 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie dopuści respiratora bez alarmu wysokiej i niskiej objętości oddechowej.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

