



Znak: AE/ZP-27-58/09

Tarnów, 2009-07-02

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO
dostawę aparatu RTG przyłóżkowego.**

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznik Nr 2 pkt. 5 :** Czy Zamawiający dopuści przyłóżkowy aparat RTG z zakresem regulacji czasu ekspozycji ≤ 4 ms -6 s ?
2. **Dotyczy Załącznik Nr 2 pkt. 10** Czy Zamawiający dopuści przyłóżkowy aparat RTG z możliwością obrotu kolimatora $\pm 45^\circ$?
3. **Dotyczy Załącznik Nr 2 pkt. 11** Czy Zamawiający dopuści przyłóżkowy aparat RTG posiadający zdolność maksymalnej odległości lampy od podłogi 189 cm?
4. **Dotyczy Załącznik Nr 2 pkt. 16** Czy Zamawiający dopuści przyłóżkowy aparat RTG posiadający zintegrowany pojemnik na 8 kaset 35x43 cm?
5. **Dotyczy Załącznik Nr 2 pkt. 17:** Czy Zamawiający dopuści przyłóżkowy aparat RTG posiadający możliwość obrotu lampy względem ramienia $\pm 90^\circ$?
6. **Dotyczy Załącznik Nr 2 pkt. 15:** Czy Zamawiający dopuści aparat z przewodem wyzwalającym o długości 3,5m, spełniający pozostałe parametry wymagane określone w SIWZ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

- Ad.1** Zamawiający nie dopuści przyłóżkowego aparatu RTG z zakresem regulacji czasu ekspozycji ≤ 4 ms -6 s.
- Ad.2** Zamawiający dopuści również przyłóżkowy aparat RTG z możliwością obrotu kolimatora $\pm 45^\circ$.
- Ad.3** Zamawiający dopuści również przyłóżkowy aparat RTG posiadający zdolność maksymalnej odległości lampy od podłogi 189 cm.
- Ad.4** Zamawiający dopuści również przyłóżkowy aparat RTG posiadający zintegrowany pojemnik na 8 kaset 35x43 cm
- Ad.5** Zamawiający nie dopuści przyłóżkowego aparatu RTG posiadającego możliwość obrotu lampy względem ramienia $\pm 90^\circ$.
- Ad.6** Zamawiający nie dopuści aparatu z przewodem wyzwalającym o długości 3,5m.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

