



ul. Grodowa 1, 44-100 Gliwice

tel.0 32 331 68 31
tel.0 32 335 42 90
tel.0 32 235 97 19
tel.0 32 235 97 20
fax.0 32 231 13 65

Gliwice, 24.07.2009 r.

Zamawiający:

Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika
w Tarnowie
33 – 100 Tarnów, ul. Szpitalna 13

Protestujący:

"Medan" Andrzej Hędrzak,
ul. Grodowa 1, 44-100 Gliwice

dot.: postępowania przetargowego na dostawę sprzętu laboratoryjnego
ZNAK: AE/ZP-27-60/09

PROTEST

W imieniu firmy "Medan", na podstawie z art. 180 par. 1
Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 wnoszę protest na czynność
Zamawiającego – wybór najkorzystniejszej oferty - zarzucając
Zamawiającemu:

1. naruszenie art. 89 par. 1 ust. 2 Prawa zamówień publicznych ze względu na
nie odrzucenie oferty niezgodnej ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
Oświadczenie, i Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające
oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP, które ma przedłożyć
Zamawiającemu na żądanie.

Uzasadnienie

Zamawiający w Zadaniu 3 wybrał ofertę firmy mimo wady tej oferty
uzasadniającej odrzucenie ze względu na niezgodność z słwz .
Oferta firmy "Equimed" w Zadaniu 3 poz. 9 i 39 "Końcówki do pipet
automatycznych, bezbarwne, długie, pojemność 250 µl, długość 90 mm"
oraz „ Probówki plastikowe 7 - 12ml, nagwintowane z zakręcanym korkiem
plastikowym" zawiera stawkę VAT w wysokości 22 %.

NIP: 631-010-72-73
REGON: 272011501

konto bankowe:
58106000760000320800281049

e-mail: box@medan.com.pl
www: www.medan.com.pl



ul.Grodowa 1, 44-100 Gliwice

tel.0 32 331 68 31
tel.0 32 335 42 90
tel.0 32 235 97 19
tel.0 32 235 97 20
fax.0 32 231 13 65

Zgodnie z poz. 106 załącznika 3 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz 535 art.41 ust. 2) wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej mają obniżony VAT na 7%. - i to bez względu na nr PKWiU.

W związku z powyższym zaofiarowanie produktu o stawce VAT 22% wskazuje, że nie jest to wyrób medyczny do diagnostyki in vitro zgodny z wymaganiami ustawy o wyrobach medycznych z 20.04.2004r. (Dz.U. nr 93 poz. 896).

Natomiast Zamawiający wymagał złożenia oświadczenia przez Wykonawcę o posiadaniu aktualnych zezwoleń, certyfikatów i świadectw dopuszczających do obrotu i używania na rynku polski.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami produkt za stawką VAT 22 % nie jest wyrobem medycznym do diagnostyki in vitro w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z 20.04.2004r. i nie mogą tego potwierdzić stosowne certyfikaty.

Co prawda ustawa o wyrobach medycznych z 20.04.2004r. (Dz.U. nr 93 poz. 896) w art. 3 par. 1 pkt 18 c) dopuszcza obrót sprzętem laboratoryjnym z wyłączeniem wymagań co do posiadania certyfikatów CE dopuszczających do obrotu i w konsekwencji oferowania za stawką VAT 22 % o ile tak postanowi wytwórca (tzw. sprzęt ogólnolaboratoryjny), ale taki produkt nie jest tym samym przeznaczony do używania w diagnostyce in vitro, czyli np. nie powinien być używany do badań na surowicach ludzkich. Może być stosowany np. do badań chemicznych czy na próbkach roślinnych.

Ponadto gdy Kupujący posługuje się produktem posiadającym wymagany ustawą certyfikat dopuszczenia do obrotu nie ponosi odpowiedzialności za produkt m. in. za ewentualny incydent medyczny, ponieważ taką odpowiedzialność ponosi producent wyrobu.

Jeśli natomiast Kupujący posługuje się **wyrobem bez certyfikatu** dopuszczenia do obrotu wówczas **przejmując na siebie odpowiedzialność za skutki używania go dla celów diagnostyki in vitro.**

W zakresie sprzętu, który jest bezpośrednio używany w kontakcie z materiałem biologicznym pochodzenia ludzkiego, jakim są końcówki do pipet, wymaganie wyrobu zgodnego z wymaganiami ustawy o wyrobach medycznych z 20.04.2004r. jest uzasadnione.

NIP: 631-010-72-73

REGON: 272011501

konto bankowe:

58106000760000320000291049

e-mail: box@medan.com.pl

www: www.medan.com.pl



ul.Grodowa 1, 44-100 Gliwice

tel.0 32 331 88 31

tel.0 32 335 42 80

tel.0 32 235 97 19

tel.0 32 235 97 20

fax.0 32 231 13 65

Z treści siwz można wnioskować, że zamieszczenie wymogu złożenia oświadczenia o posiadaniu dokumentów dopuszczających oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP, że Zamawiający wymaga zaoferowania w pierwszym rzędzie produktów posiadających taki certyfikat, a nie produktów ogólnolaboratoryjnych, które nie spełniają norm ustanowionych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

Odmienne interpretacja powyższego zapisu siwz oznaczałaby, że Zamawiający dopuszcza wykonywanie badań in vitro za pomocą produktów, które nie są przeznaczone do wykonywania takich badań, nie mają potwierdzenia spełnienia odpowiednich norm w tym zakresie oraz żeby producent nie odpowiadał za ich przydatność do wykonywania takich badań.

W związku z powyższym wnosimy o odrzucenie oferty firmy "Equimed" w zakresie pakietu 3 na podst. art. 89 par. 1 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, jako niezgodnej ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Proszę o potwierdzenie otrzymania pisma na numer tel/faxu: (032) 235-97-19.

z poważaniem

mgr inż. Andrzej Hejduk
DYREKTOR44-100 GLIWICE, ul. Grodowa 1
tel./fax 0-32 331 88 31, 0-32 235 97 19
0-32 335 42 80, fax 0-32 231 13 65NIP: 631-010-72-73
REGON: 272011601konto bankowe:
581000007600000320000291049e-mail: box@medan.com.pl
www: www.medan.com.pl