



Znak: AE/ZP-27-60/09

Tarnów, 2009-07-08

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawy sprzętu do laboratorium, w tym zamkniętego systemu pobierania krwi metodą próżniową dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odpowiednio większej ilości probówek do biochemii o pojemności 6 ml w miejsce tych o pojemności 7 ml?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówki do koagulologii, o zminimalizowanej objętości powietrza na probówkę, o pojemności 2,7 ml, obok widniejących w tabeli – 3 ml?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 6.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówki z heparyną litową o pojemności 4 ml?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 4, 5, 6.** Czy Zamawiający wymaga aby produkty posiadały wymiary 175 µl i średnicę zewnętrzną 2,3 mm ze względu na wymóg dopasowania się do aparatu Corning 248?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 8.** Czy pipety automatyczne powinny mieć w pełni autoklawowalne, czy też w przypadku braku takiego wymogu pipety powinny posiadać stale aseptyczną powierzchnię pokrytą nieścieralnymi jonami srebra?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pipety automatycznej, nastawnej, o pojemności od 0,2 – 2,0 µl?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 8.** Proszę określić termin realizacji zamówienia.
8. **Dotyczy treści SIWZ.** Czy Zamawiający dopuści do podania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?
9. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.4.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy zapisu: "Zamawiający zastrzega sobie stałość cen w okresie obowiązywania umowy. W przypadku istotnej zmiany kosztów nabycia przedmiotu umowy w wykonawcy w wyniku zmiany: kursu walut o więcej niż 5%, cen producenta o więcej niż 5%, stawek podatkowych i celnych. Strony na wniosek zainteresowanej dokonają zmian cen przedmiotu umowy w stopniu nie większym niż wielkość tych zmian. Zmiany cen wprowadzone zostaną aneksem do niniejszej umowy".
10. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.8 b).** Czy Zamawiający zmieni zapis po słowie „w terminie 7 dni” na „nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia reklamacji”?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie tej pozycji do oddzielnego pakietu?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz.: 26, 27, 28, 29, 30, 31.** Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek z polem do opisu w formie nadruku (z możliwością lepszej obserwacji zawartości w probówce) czy może nalepki, która zasłania część probówki, a tym samym ogranicza pole widzenia zawartości?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 34.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie statywu z drutu powlekanego ochronną warstwą z tworzywa sztucznego na probówki o średnicy od 13 –

- 16 mm (50 miejscowy)? Jeżeli nie to czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie statywu z PP na próbówki o średnicy do 12 mm (42 miejscowy)?
14. **Dotyczy pakietu Nr 8 poz. 1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie tej pozycji do oddzielnego pakietu?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 16.** Czy Zamawiający zaakceptuje szkiełka szlifowane o wymiarze 76 x 26 x 1,0-1,2?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 21.** Czy Zamawiający zaakceptuje zamiast zlewki wysokiej o pojemności 500 ml zlewkę o pojemności 400 ml lub 600 ml?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 28.** Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia probówek o średnicy 16 mm i długości 100 mm?
18. **Dotyczy pakietu Nr 34 poz. 2.** Dostarczenie jakiej długości probówki oczekuje Zamawiający? Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „zwężenie” w probówkach? Proszę o podanie jakiego typu probówek oczekuje Zamawiający? Jaki typ korków będzie stosowany do w/w probówek: nasadzane na zewnątrz, rozporowe do wewnątrz, stożkowe do wewnątrz czy inne? Czy korki mają być dołączone do probówek?
19. **Dotyczy pakietu Nr 2 poz. 38.** Czy Zamawiający zaakceptuje parownicę szklaną okrągłodenną o średnicy 166 lub 206 mm, ewentualnie płaskodenną o średnicy 190 mm?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 również probówek do biochemii o pojemności 6 ml w miejsce tych o pojemności 7 ml.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 4 również probówki do koagulologii, o zminimalizowanej objętości powietrza na probówką, o pojemności 2,7 ml.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 6 również probówki z heparyną litową o pojemności 4 ml, pod warunkiem, że probówka pozwala na jednoczesne oznaczenie: glukozy, mleczanów, badań biochemicznych, w tym jonogramów.

Ad. 4 Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 3 poz.: 4, 5, 6 przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem zawartym w Formularzu Cenowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ).

Ad. 5 Zamawiający wymaga zaoferowanie w Pakiecie Nr 8 pipet zgodnych z opisem zawartym w Formularzu Cenowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ).

Ad. 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 8 poz. 1 również pipet automatycznych zmiennopojemnościowych 0,2 - 2,0 µl.

Ad. 7 Zgodnie z zapisem w ogólnych warunkach umowy, pkt XV.1 dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą loco magazyn Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, w okresie 12 miesięcy od daty obowiązywania umowy, każdorazowo w ilościach ustalonych przez Zamawiającego. Zamawiający będzie zgłaszał zapotrzebowanie faxem.

Ad. 8 Zamawiający żąda podania w Formularzu Cenowym cen jednostkowych za opakowanie, a nie sztukę, właśnie w celu uniknięcia podawania cen jednostkowych z więcej niż dwoma miejscami po przecinku. Cenę za jedną sztukę należy podać tylko wówczas kiedy przedmiot zamówienia nie jest sprzedawany w opakowaniach zbiorczych ale pakowany indywidualnie po jednej sztuce i tak sprzedawany.

Ad. 9 – 10. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do zapisów ogólnych warunków umowy w brzmieniu zaproponowanych przez Wykonawcę. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad. 11 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie do oddzielnego pakietu poz. 3 z Pakietu Nr 3.

Ad. 12 W Pakiecie Nr 3 poz.: 26, 27, 28, 29, 30, 31 Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem zawartym w Formularzu Cenowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ).

Ad.13 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 34 statywu z PP na próbówki o średnicy 12 mm (42 miejscowego).

Ad. 14 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie do oddzielnego pakietu poz. 1 z Pakietu Nr 8.

Ad. 15. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 16 również szkiełek podstawowych szlifowanych do mikroskopu 76 x 26 x 1,0-1,2 mm

Ad. 16 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 21 również zlewki szklanych wysokich o pojemności 600 ml.

Ad. 17 W Pakiecie Nr 2 poz. 28 Zamawiający oczekuje zaoferowania probówek zgodnych z opisem zawartym w Formularzu Cenowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ), tj. probówki szklanych standardowych o poj. co najmniej 10 ml i średnicy 1,6 cm.

Ad. 18 W Pakiecie Nr 2 poz. 34 Zamawiający oczekuje zaoferowania probówek o długości 160. ze zwężeniem w części probówki na, którą zakładany jest korek nasadzany na zewnątrz. Zamawiający nie wymaga załączania korków do probówek.

Ad. 19 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie Nr 2 poz. 38 również parownicy szklanej płaskodennej o średnicy 190 mm.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a