



AE/ZP-27-61/09

Tarnów, 2009-08-03

Informacja o unieważnieniu postępowania - sprawa AE/ZP-27-61/09

Zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający – Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów zawiadamia, iż postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na **dostawę komory laminarnej z pionowym przepływem powietrza** zostało unieważnione.

Podstawa prawna unieważnienia

art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert, tj. do dnia 15 lipca 2009 r. do godz. 10⁰⁰ wpłynęły 2 oferty, z których jedna została odrzucona, a cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W wyżej wymienionym postępowaniu złożone zostały oferty Wykonawców, których nazwy (firmy), siedzibę i adres przedstawiono w poniższej tabeli:

Nr oferty	Nazwa (firma), siedziba i adres Wykonawcy
I	MERANCO Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o., ul.Myśliborska 89, 60-432 Poznań, woj. wielkopolskie
II	Cheminst Polska, ul.Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław, woj. dolnośląskie

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację przedstawiono poniżej:

Numer oferty	Liczba punktów w kryterium cena brutto	Razem
Oferta Nr II	500,00	500,00

**Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
- sprawa AE/ZP-27-61/09**

Zamawiający - zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, iż odrzucił złożoną do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206 000 EURO na **dostawę komory laminarnej z pionowym przepływem powietrza** ofertę Firmy :

**1/ MERANCO Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o.,
ul.Myśliborska 89, 60-432 Poznań, woj. wielkopolskie** (dalej Wykonawca) na podstawie:

- art.89 ust.1 pkt.2 cytowanej ustawy. Zgodnie z wymogiem zawartym w pkt. IV.1 Załącznika Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca zobowiązany był do załączenia do oferty Certyfikatu bezpieczeństwa mikrobiologicznego EN 12469:2000 na oferowane urządzenie. Wezwany przez Zamawiającego Wykonawca nie uzupełnił w/w dokumentu. Oferta nie spełnia wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ w związku z tym została odrzucona.

Zamawiający informuje, że w wyżej wymienionym postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Otrzymują:

1. Wszyscy Wykonawcy którzy złożyli oferty
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a