



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-61/09

Tarnów, 2009-07-09

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawę komory laminarnej z pionowym przepływem powietrza dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. Czy Zamawiający dopuści termin realizacji zamówienia powyżej 42 dni, ale poniżej 60 dni?
2. Czy Zamawiający wymaga dołączenia certyfikatu CE oferowanego urządzenia do oferty?
3. Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało wysokość szczeliny roboczej na poziomie 200 mm, z uwagi na najlepszy przepływ laminarny?
4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z bezstopniową, manualnie sterowaną szybą frontową?
5. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie posiadało frontową szybę, skośnie położoną (10^0 odchylenie od pionu)?
6. Czy powłoka chemoodporna zapobiegająca odbłaskom umieszczona na ścianach wewnętrznych komory roboczej (ściany tylne i boczne) powinna być koloru jasnego?
7. Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie wyposażone było w funkcję niskiego opuszczania szyby, która pozwala na włożenie ręki ponad górną krawędzią opuszczonej szyby do wnętrza komory roboczej, w celu np. umycia szyby od wewnątrz?
8. Czy do oferty należy dołączyć autoryzację producenta dla Wykonawcy, upoważniającą go do sprzedaży i serwisowania oferowanego urządzenia na terenie kraju?
9. Czy Zamawiający dopuści urządzenie standardowo wyposażone w dwa gniazda elektryczne zlokalizowane na tylnej ścianie?
10. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w zawór gazowy 1 szt. zlokalizowany na bocznej ścianie komory laminarnej, z możliwością umieszczenia zaworu po lewej lub prawej stronie?
11. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w dodatkowy zawór do podłączenia podciśnienia lub gazu obojętnego, zlokalizowany na bocznej ścianie komory laminarnej, z możliwością umieszczenia zaworu po lewej lub po prawej stronie?
12. Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie posiadające funkcji automatycznej dezynfekcji – fumigacji, aktywowanej i sterowanej z poziomu oprogramowania komory?
13. Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie komory ze ścianami bocznymi wykonanymi z hartowanego szkła z trzema otworami każda, zamiast komory z bokami pełnymi, z podwójnym układem ścian bocznych z kanałem cyrkulacyjnym pozostającym w podciśnieniu?
14. Czy Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie przy instalacji jedynie testu prędkości powietrza w strudze laminarnej a w przypadku testu szczelności i skuteczności filtracji dostarczenie protokołów walidacji przeprowadzonej przez producenta urządzenia?
15. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia o zapewnieniu dostępności części zapasowych oraz nowych wersji oprogramowania do oferowanego urządzenia przez okres min. 5 lat od daty produkcji podpisanego przez Wykonawcę?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

- Ad. 1** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga realizacji zamówienia do 42 dni od daty obowiązywania umowy.
- Ad.2** Zgodnie z zapisem punktu IV.17 SIWZ Wykonawca winien załączyć do oferty oświadczenie o posiadaniu niezbędnych dokumentów dopuszczających oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP, które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie.
- Ad.3** Zamawiający nie określił wysokości szczeliny roboczej, więc dopuszcza również jej wysokość na poziomie 200 mm.
- Ad.4** Zamawiający nie dopuści urządzenia z bezstopniową, manualnie sterowaną szybą frontową.
- Ad.5** Zgodnie z zapisem punktu 9 Załącznika Nr 2 do SIWZ Zamawiający wymaga zaoferowania szyby frontowej nie przepuszczalnej dla promieniowania UV, umożliwiającej hermetyczne zamknięcie komory, ustawionej pod kątem / skośnie do blatu roboczego i umożliwiającej uszczelnienie w pozycji całkowitego opuszczenia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie określił stopnia odchylenia od pionu.
- Ad.6** Zamawiający dopuszcza również, aby ściany wewnętrzne komory roboczej (tylne i boczne) pokryte były powłoką chemoodporną w kolorze jasnym pod warunkiem, że są one wykonane ze stali nierdzewnej.
- Ad.7** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również by urządzenie wyposażone było w funkcję niskiego opuszczania szyby, która pozwala na włożenie ręki ponad górną krawędź opuszczonej szyby do wnętrza komory roboczej.
- Ad.8** Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty autoryzacji producenta dla Wykonawcy, upoważniającego go do sprzedaży i serwisowania oferowanego urządzenia na terenie kraju.
- Ad.9** Zamawiający dopuści również urządzenie standardowo wyposażone w dwa gniazda elektryczne zlokalizowane na tylnej ścianie.
- Ad.10** Zamawiający dopuści również urządzenie wyposażone w zawór gazowy 1 szt. zlokalizowany na bocznej ścianie komory laminarnej, z możliwością umieszczenia zaworu po lewej lub prawej stronie, pod warunkiem, że jest on wraz z automatycznym palnikiem – sterowanym za pomocą pedału lub czujnika IR.
- Ad.11** Zamawiający dopuści również urządzenie wyposażone w dodatkowy zawór do podłączenia podciśnienia lub gazu obojętnego, zlokalizowany na bocznej ścianie komory laminarnej, z możliwością umieszczenia zaworu po lewej lub po prawej stronie.
- Ad.12** Zamawiający nie dopuści urządzenia nie posiadającego funkcji automatycznej dezynfekcji – fumigacji , aktywowanej i sterowanej z poziomu oprogramowania komory.
- Ad.13** Zamawiający dopuszcza również dostarczenie komory ze ścianami bocznymi wykonanymi z hartowanego szkła z trzema otworami każda, zamiast komory z bokami pełnymi, z podwójnym układem ścian bocznych z kanałem cyrkulacyjnym pozostającym w podciśnieniu, pod warunkiem zapewnienia możliwości pracy z wykorzystaniem palnika gazowego.
- Ad.14** Zamawiający dopuszcza zastosowanie wymienionej w pytaniu 14 procedury.
- Ad.15** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie dopuszcza złożenia oświadczenia o zapewnieniu dostępności części zapasowych oraz nowych wersji oprogramowania do oferowanego urządzenia przez okres min.5 lat od daty produkcji podpisanego przez Wykonawcę.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a