



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-62/09

Tarnów, 2009-07-10

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawę aparatu USG przenośnego z kolorowym Dopplerem dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznika Nr 2** - Czy Zamawiający wymaga aby do aparatu zostało dołączone oprogramowanie do zainstalowania na zewnętrznym komputerze – oprogramowanie takie jak w oferowanym aparacie umożliwiające odtwarzanie i analizę obrazów nagranych na aparacie?
2. **Dotyczy Załącznika Nr 2** – Czy Zamawiający wymaga aby aparat posiadał powiększenie obrazu (zoom) co najmniej 25 razy?
3. **Dotyczy Załącznika Nr 2** – Czy Zamawiający wymaga aby aparat posiadał w standardzie: Doppler spektralny, Doppler kolorowy, Power Doppler i Power Doppler kierunkowy?
4. **Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 6** – Czy Zamawiający wymaga aby aparat posiadał wielkość bramki dopplerowskiej co najmniej 1-22 mm?
5. **Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 15** – Prosimy o potwierdzenie, że poprzez zapis punktu 15 Zamawiający wymaga, aby aparat był wyposażony w moduł Dicom- kartę sieciową i pełne wsparcie standardu DICOM 3.0 (m.in. SEND, PRINT, WORKLIST).
6. **Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 16** – Prosimy o potwierdzenie, że poprzez zapisu punktu 16 Zamawiający wymaga, aby przystawka biopsyjna była metalowa wielorazowego użytku, co zapewnia dużą trwałość i długą żywotność przystawki.
7. **Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 23** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w razie zaistnienia sytuacji, gdy dostawa aparatu przedłużałaby się ponad wymagane 21 dni Oferent na czas oczekiwania na dostawę aparatu właściwego wstawi aparat zastępczy tej samej lub wyższej klasy?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Dotyczy Załącznika Nr 2 – Zamawiający nie wymaga aby do aparatu zostało dołączone oprogramowanie do zainstalowania na zewnętrznym komputerze.

Ad. 2

Dotyczy Załącznika Nr 2 - Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza aby aparat posiadał powiększenie obrazu (zoom) co najmniej 25 razy.

Ad. 3

Dotyczy Załącznika Nr 2 - Czy Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza aby aparat posiadał w standardzie: Doppler spektralny, Doppler kolorowy, Power Doppler i Power Doppler kierunkowy.

Ad. 4

Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 6 - Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza aby aparat posiadał wielkość bramki dopplerowskiej co najmniej 1-22 mm.

Ad. 5

Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 15 - Zamawiający wymaga, aby aparat posiadał kartę sieciową modułu DICOM i dopuszcza ale nie wymaga, aby aparat posiadał pełne wsparcie standardu DICOM 3.0.

Ad. 6

Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 16 - Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza aby przystawka biopsyjna była metalowa wielorazowego użytku.

Ad. 7

Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 23 - Zamawiający nie wyraża zgody, aby w razie zaistnienia sytuacji, gdy dostawa aparatu przedłużałaby się ponad wymagane 21 dni Oferent na czas oczekiwania na dostawę aparatu właściwego wstawił aparat zastępczy tej samej lub wyższej klasy.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a