



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-62/09

Tarnów, 2009-07-13

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawę aparatu USG przenośnego z kolorowym Dopplerem dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 9** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z zakresem penetracji 24 cm?
2. **Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 15** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat bez stacji dysków optycznych, ale z możliwością archiwizacji na pendrive?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 9 - Zamawiający nie dopuści do przetargu aparatu z zakresem penetracji 24 cm?

Ad. 2

Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 15 – Zamawiający nie dopuści do przetargu aparatu bez stacji dysków optycznych, z możliwością archiwizacji na pendrive.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a