



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-64/09

Tarnów, 2009-07-22

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawy rękawic medycznych Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy pozycji: 4 i 5.** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o AQL 1,0?
2. **Dotyczy pozycji: 4, 5, 6.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic z mankietem prostym
3. **Dotyczy poz. 1, 2, 3.** Czy do oferty ma być dołączony certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający kontrolę i nadzór ze strony jednostki notyfikowanej nad zgodnością rękawic z normą EN 455?
4. **Dotyczy poz. 1, 2, 3.** Czy do oferty mają być dołączone dokumenty potwierdzające testowanie rękawic diagnostycznych na przenikalność dla substancji chemicznych wykorzystywanych w laboratoriach diagnostycznych oraz w środkach myjących i dezynfekujących?
5. **Dotyczy poz. 2, 3.** Czy rękawiczki winylowe mają być pozbawione substancji DOP(=DEHP)?
6. **Dotyczy poz. 8.** Czy Zamawiający dopuści rękawice sekcyjne o długości 305mm. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody, to czy dopuści rękawice ginekologiczne o długości 500 mm zamiast sekcyjnych

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 4 i 5 rękawic o AQL 1,0.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 4, 5, 6 rękawic z mankietem prostym pod warunkiem, że posiadają zakończenie gwarantujące przyleganie rękawicy do odzieży ochronnej i nie zsuwanie się po rękawie.

Ad. 3 i 4. Do oferty mają być dołączone dokumenty określone w SIWZ, z zastrzeżeniem pkt. IV.17 (Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP, które przedłoży Zamawiającemu na każde wezwanie).

Ad. 5 Zamawiający wymaga rękawic spełniających wymagania określone w SIWZ.

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w pozycji 8 rękawic sekcyjnych o długości 305 mm, natomiast wyraża zgodę na zaoferowanie w tej pozycji rękawic ginekologicznych o długości 500 mm.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a